



FL/COMM/106  
31 OTTOBRE 2018

Spett.le  
AZIENDA ZERO  
PADOVA

Oggetto: Osservazioni bozza capitolato ELETTRODI PER MONITORAGGIO

In riferimento alla bozza di gara citata a margine, la presente per sottoporre le seguenti osservazioni sull'attuale stesura:

LOTTO 1

SUB A e SUB B

per 4 cm presumiamo che venga intesa la superficie complessiva dell' elettrodo a prescindere dalla sua forma chiediamo quindi che un elettrodo di misura 28x44mm sia da considerarsi conforme

LOTTO 2

SUB A

trattandosi di elettrodi pediatrici chiediamo conferma che debba essere dotato di cavetto di collegamento con presa femmina da 4 mm e non di un elettrodo con connessione come per la versione per adulti come nel lotto 1 sub a e sub b; . qualora e anche per il pediatrico sia stato previsto che il sistema di connessione debba essere il cursore facciamo presente che sul mercato di elettrodi di dimensione non superiore ai 3 cm ne sono disponibili ben pochi (forse una massimo due aziende)e quindi chiediamo di poter proporre un elettrodo che abbia come destinazione uso la pediatria ma la cui dimensione possa essere anche di 28x44 mm elettrodo rettangolare

SUB D e SUB E

chiediamo se ci sono delle differenze tra l elettrodo del sub lotto D e sub lotto E ed in tal caso quali sono, dalla descrizione sembra che si tratti dello stesso elettrodo. Uno dei due deve forse avere la presa femmina da 4mm invece del din di sicurezza 1.5mm?

LOTTO 4

chiediamo conferma che, anche al fine di una maggiore partecipazione al lotto, sia consentito di rispondere con elettrodi (anche non circolari) che abbiano una superficie che rientra tra quelle indicate, ad esempio 32x44mm

Ringraziando per la cortese attenzione ed a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

FIAB SpA

*simona fuliotti*

ufficio gare

simona fuliotti

Tel. 055/8497923

Fax 055/8497979

e-mail: [ufficiogare@fiab.it](mailto:ufficiogare@fiab.it)

---

FIAB SpA – sede legale: Via P. Costoli, 4 – 50039 VICCHIO – Firenze – Italy

Unità operativa: Via B. Passerini, 2, 4,6 – 50039 VICCHIO – Firenze – Italy – Tel. +39 0558497999 – FAX +39 0558497979 – [www.fiab.it](http://www.fiab.it)

Cap. Soc. Int. Vers. 500.000 € – C.F. e P.I. 01835220482 – Trib. FI n.33541 – C.C.I.A.A. FI n. 339066 REA – c/c postale 14476501

EUROPEAN VAT: IT 01835220482