

Agrate Brianza, 09.11.2018

Spett.le
Azienda Zero
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova

C.att. Dott.ssa Sandra Zuzzi

PEC: protocollo.azero@pecveneto.it

e p.c. Ns. Direzione Commerciale
Ns. Responsabile di zona, Sig. Paolo Corrà – Cell. 393.8822417
Ns. Sale Manager Core, Sig. Giovanni Zanchi – cell. 342.6663076
Ns. National Sales Manager, Dott.ssa Lina Ermocida – cell. 380.6925360

Oggetto: Per U.O.C. CRAV: Osservazioni bozza capitolato Elettrodi per monitoraggio

Spett.le Azienda,

in riferimento a quanto in oggetto, di seguito inoltriamo ns. osservazioni al capitolato tecnico:

- Saranno previste delle basi d'asta?
A tal proposito si chiede cortesemente se è possibile non utilizzare come base d'asta i prezzi riferiti alla pregressa gara in essere, ma di considerare anche i prezzi degli elettrodi, di alto livello qualitativo, acquistati in diversi ospedali della vostra regione. Questo potrebbe offrire la possibilità alle aziende di partecipare con prodotti di diversa qualità
- In merito alla "connessione decentrata", si chiede di non considerare tale caratteristica un'alternativa a quella "non decentrata" ma che rappresenti una caratteristica peculiare migliorativa a cui si auspica sarà riferito un punteggio di maggior qualità, perché tecnicamente la connessione decentrata può portare i seguenti vantaggi:
 - Assicura l'assenza di artefatti dovuti all'usuale trazione meccanica
 - Permette una corretta adesività sulla cute.
- Cosa si intende per "gel ad alta conduttività"? si chiede di considerare il gel liquido una caratteristica peculiare migliorativa a cui sarà riferito un punteggio di maggior qualità, visto e considerato il beneficio tecnico funzionale (maggior conduzione) che il gel liquido porta all'esecuzione dell'esame
- Considerate la confezione primaria la busta sigillata che contiene gli elettrodi?
- Si chiede di specificare meglio il concetto di impermeabilità e di esplicitare quali saranno i parametri di valutazione che verranno presi in considerazione. Nel caso non si possa oggettivamente parametrizzare chiediamo di omettere tale requisito e relativa dichiarazione.
- L'aggiudicazione può essere considerata per sub lotti o avverrà a lotti completi e indivisibili con il rapporto 70 qualità 30 prezzo? Nel caso di aggiudicazione a lotto completo ci permettiamo di suggerire di aumentare il numero di lotti ed eliminare i "sub lotti"

- Si chiede se sarà prevista la possibilità di presentare delle alternative nei vari lotti
- In merito all'indicazione delle misure riportate si chiede se verrà previsto un range di tolleranza. Se sì, quale sarà la percentuale di scarto indicata?
- In merito alla caratteristica "adesività che aumenta con il tempo", si chiede cortesemente di specificare in modo oggettivo come verrà valutata, per permettere alle aziende di interpretare al meglio il requisito. Nel caso non sia possibile comprovare e valutare oggettivamente tale caratteristica si suggerisce di ometterla.

Osservazioni valide per il lotto n°6

Considerato che le caratteristiche dei sub lotti A e B sono sovrapponibili e si riferiscono ad esami diagnostici di diversa durata ed esecuzione, si evidenzia che gli elettrodi destinati ad "holter" e "prova da sforzo" hanno caratteristiche diverse, per questo motivo si chiede di specificare meglio le caratteristiche del prodotto richiesto nei due sub lotti inserendo più dettagli che differenzino i due elettrodi richiesti. Esempio: tipo di materiale diverso (foam/tessuto) per ogni tipo di esame, dimensioni diverse dell'elettrodo, decentrata, gel liquido ad alta conduttività, adesività specifica per i due esami.

Osservazioni valide per il lotto n°2 sub E

"Elettrodi per monitoraggio ECG di neonati a lunga tenuta con cavetto radiotrasparente e RNM compatibile di lunghezza non inferiore a 45 cm e con connettore di sicurezza standard"

Si chiede di valutare la possibilità di estrapolare il "sub E" considerandolo un lotto completo allo scopo di garantire la massima pluralità di offerta in merito agli elettrodi neonatali. La caratteristica del cavetto RNM compatibile ridurrebbe, in base alle informazioni di mercato, il numero di offerte per il lotto 2. (nel caso di aggiudicazione a lotto unico indivisibile)

Certi di un Vs. positivo riscontro a quanto sopra indicato, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Ambu S.r.l.
Il Direttore Generale/Procuratore Speciale
Dott. Milko Volanti

Il Referente della pratica
Sig.ra Lorella Tagliabue
Tel. 039-6578106