

Saluggia (VC), 13 Febbraio 2018

**Spett.le** Azienda Zero – U.O.C. CRAV Veneto  
Passaggio Luigi Gaudenzio, n. 1  
35131 PADOVA (PD)

**PEC** [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it)

**OGGETTO: OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO STENT CORONARICI**

Gent.mi,

con riferimento a quanto in oggetto, siamo a proporre le seguenti osservazioni:

- Riteniamo utile uniformare tutti i lotti di stent DES (a rilascio di farmaco) dal punto di vista del materiale costituente la piattaforma degli stessi, considerando uniformemente la dicitura “piattaforma in lega” ed escludendo la possibilità dell’acciaio, presente solo nel lotto n. 4 (Stent DES senza polimero);
- Riteniamo altresì utile uniformare tutti i lotti di stent DES (a rilascio di farmaco) dal punto di vista dello spessore di maglia al valore riportato nel lotto n. 3 ( $\leq 90 \mu\text{m}$ ), che riteniamo essere un valore più significativo dal punto di vista tecnico-clinico;
- Con riferimento in particolare al lotto n. 4, osserviamo che nulla si specifica con riguardo alla voce/criterio “rilascio di farmaco”: pensiamo che sia molto importante approfondire questo aspetto dal punto di vista delle modalità e delle tempistiche della cinetica di rilascio, essendo quest’ultimo punto fondamentale per assicurare la maggiore o minore efficacia del farmaco eluito.

Ringraziamo per la cortese collaborazione, e cogliamo l’occasione per porgerVi i ns più cordiali saluti



**CID S.p.A.**  
Un Procuratore  
*Matteo Di Giacinto*