

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE ARTICOLAZIONI DI SERVIZIO TRASFUSIONALE - AUTOEMOTECA UDR

Accordo n. 29/CSR del 25 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

I Servizi Trasfusionali sono le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

Forma Giuridica: _____

Indirizzo: _____ N°: _____

Ragione Sociale: _____

CAP: _____ Provincia: _____

Natura: _____

Sede Legale: _____

Tipologia: _____

P.I./C.F.: _____

COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione/Accreditamento				Indicare il nome del documento che da evidenza al requisito (rev. e data)	NOTE VALUTATORE
		Auto valutazione		Verifica valutatori			
US.6	Le autoemoteche sono idonee all'uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all'esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni.	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.7	Le autoemoteche sono dotate di spazi di dimensioni adeguate ai volumi di attività, con specifico riferimento all'esigenza di assicurare le basilari manovre di primo soccorso.	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8	Nelle autoemoteche sono garantiti almeno:						
US.8.1	un'area di accettazione;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.2	un'area o soluzioni organizzative atte a garantire che il colloquio e la valutazione delle condizioni generali di salute del donatore avvengano in modo tale da tutelare il diritto dello stesso alla privacy e da assicurare la confidenzialità;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.3	un'area destinata alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturata in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori durante le procedure di raccolta;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.4	un'area adibita alla conservazione temporanea del sangue e, ove applicabile, degli emocomponenti, accessibile solo a personale autorizzato;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.5	uno spazio per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		

COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione/Accreditamento				Indicare il nome del documento che da evidenza al requisito (rev. e data)	NOTE VALUTATORE
		Auto valutazione		Verifica valutatori			
US.8.6	uno spazio per il deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue ed emocomponenti, campioni biologici);	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.7	adeguata illuminazione, ventilazione e climatizzazione;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.8	continuità di alimentazione elettrica;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.9	un lavabo per il lavaggio delle mani;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.8.10	adeguati strumenti di comunicazione con il Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.9	Per la raccolta effettuata attraverso autoemoteca, sono chiaramente identificate aree accessorie e soluzioni atte a garantire:						
US.9.1	la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori;	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		
US.9.2	l'attesa e il riposo/ristoro dei donatori in condizioni adeguate e la disponibilità di servizi igienici.	SI	NO	SI	CRIT NO no racc		