

Le apparecchiature elettromedicali sono suddivise in cinque gruppi in base al criterio dell'incidenza del costo di manutenzione sul valore di riferimento.

Gruppo A - Altissima incidenza del costo di manutenzione.

Gruppo B - Alta incidenza del costo di manutenzione.

Gruppo C – Media-Alta incidenza del costo di manutenzione.

Gruppo D - Media incidenza del costo di manutenzione.

Gruppo E - Bassa incidenza del costo di manutenzione.

Il valore di riferimento dell'apparecchiatura biomedica è il valore di carico riportato nell'inventario aziendale nonché il prezzo d'acquisto per le nuove apparecchiature biomediche. Nel caso in cui il valore non fosse reperibile nei dati inventariali dell'Azienda si fa riferimento al valore a nuovo per apparecchiatura biomedica simile per genere e prestazioni.

L'elenco delle categorie è contenuto nel file xls "Suddivisione_gruppi_AB.xls".

Nel caso in cui la categoria di un'AB non fosse riconducibile ad una delle categorie presenti nell'elenco, verrà aggregata ad uno dei 5 gruppi in base all'incidenza del costo di manutenzione.

Nello stesso file xls è presente un sesto gruppo che fa riferimento alle tipologie di apparecchiature escluse dall'appalto.