

**U.O.C. CRAV**

**BOZZA CAPITOLATO TECNICO**

***CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO***

**FORNITURA DI MEDICAZIONI SEMPLICI**

**CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE MEDICAZIONI SEMPLICI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO**

***Caratteristiche generali dei prodotti a pena di esclusione***

**Tutti i prodotti inseriti nel presente capitolato, nonché le relative confezioni, devono essere latex-free.**

All'atto della consegna i prodotti dovranno presentare un **periodo di validità** non inferiore a  $\frac{3}{4}$  dell'intero periodo di validità.

***I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per i dispositivi medici; dovranno inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura e in particolare devono essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e, per i prodotti in cotone da Norma UNI EN 14079 "Requisiti di prestazione e metodi di prova per le garze di cotone assorbente e le garze di cotone e viscosa assorbente", nonché essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42/CEE sui dispositivi Medici recepita con D.Lgs. 46 del 24/02/1997 e s.m.i.***

Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del fabbricante, la marchiatura CE, il lotto di produzione, la scadenza.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili.

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione.

Nella confezione, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con relative indicazioni d'uso.

Per i prodotti sterili, il confezionamento dovrà garantire la sterilità per il periodo indicato.

Per i prodotti sterili la confezione deve essere idonea allo stoccaggio negli armadi di reparto e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo.

Le CND indicate, lotto per lotto, sono indicative, non a pena di esclusione.

## **LOTTO N. 1**

### **OVATTA DI COTONE IDROFILO**

**CND: M010101 COTONE IDROFILO**

#### **LOTTO 1 SUB A), B)**

SUB A) UNITA' DI MISURA: Ovatta Peso Netto 250 g A ZIG ZAG

SUB B) UNITA' DI MISURA: Ovatta Peso Netto 1000 g ARROTOLATO

#### DESCRIZIONE:

Ovatta di cotone idrofilo al 100%, inodore, di colore bianco, non deve contenere parti estranee al fiocco di cotone, e deve essere costituita da falda unica di spessore uniforme. Deve essere resistente allo stiramento, non deve produrre polvere all'agitazione.

#### CONFEZIONAMENTO:

Il confezionamento primario deve essere costituito da sacchetti opportunamente chiusi e sigillati, in polietilene o altro idoneo materiale, richiudibili dopo l'uso, atti a preservare l'integrità del contenuto durante la conservazione e ad evitare eventuali inquinamenti.

Ogni singolo sacchetto deve riportare in lingua italiana e a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Il confezionamento secondario deve essere costituito da robusti imballaggi contenenti dai 10 ai 20 Kg di cotone (al netto del peso dell'imballo). Gli imballaggi dovranno essere realizzati in modo da permettere uno stoccaggio per sovrapposizione.

Campionatura: 2 confezioni primarie della misura da 250 g A ZIG ZAG e 2 confezioni primarie della misura da 1000 g ARROTOLATO

## **LOTTO N. 2**

### **GARZA IDROFILO DI COTONE TAGLIATA NON PIEGATA NON STERILE**

**CND: M0201010102 GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI**

#### UNITA' DI MISURA:

Garza Cm 36 x cm 40 (peso Netto 1 Kg)

#### DESCRIZIONE:

Garza idrofila, non sterile, di puro cotone, tagliata, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, sterilizzabile. La garza non deve ingiallire dopo la sterilizzazione, deve avere bordi senza cimose. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40.

#### CONFEZIONAMENTO:

Deve essere confezionata in confezioni da 1 Kg, opportunamente chiuse e sigillate, di polietilene o di altro materiale idoneo a preservare l'integrità del contenuto da eventuali inquinamenti durante la conservazione.

Ogni singolo sacchetto deve riportare in lingua italiana e a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni da 1 kg e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

### **LOTTO N. 3 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e)**

#### **BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE ORLATA NON STERILE**

**CND: M030101 BENDE IN GARZA IDROFILA**

##### UNITA' DI MISURA:

- a) Benda Cm 5 x m 5
- b) Benda Cm 7 x m 5
- c) Benda Cm 10 x m 5
- d) Benda Cm 15 x m 5
- e) Benda Cm 20 x m 5

##### DESCRIZIONE:

Benda di garza idrofila orlata, non sterile, di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40.

##### CONFEZIONAMENTO:

Deve essere confezionata singolarmente in confezioni opportunamente chiuse e sigillate di polietilene, e raccolte in confezioni di massimo 10 pezzi di polietilene o di altro materiale idoneo a preservare l'integrità del contenuto da eventuali inquinamenti durante la conservazione.

Ogni singola confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni di massimo 10 pezzi di bende della misura cm 10 x m 5 e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

### **LOTTO 3 Sub f), Sub g), Sub h), Sub i), Sub j)**

#### **BENDA DI GARZA IDROFILA DI COTONE NON ORLATA NON STERILE**

**CND: M030101 BENDE IN GARZA IDROFILA**

##### UNITA' DI MISURA:

- f) Benda Cm 5 x m 5
- g) Benda Cm 7 x m 5
- h) Benda Cm 10 x m 5
- i) Benda Cm 15 x m 5
- j) Benda Cm 20 x m 5

##### DESCRIZIONE:

Benda di garza idrofila non orlata, non sterile, di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua. Riduzione del filato per  $\text{cm}^2$ : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33  $\text{g/m}^2$ , titolo del filato: 32/40.

**CONFEZIONAMENTO:**

Deve essere opportunamente confezionata singolarmente, e raccolte in confezioni di massimo 10 pezzi di materiale idoneo a preservare l'integrità del contenuto da eventuali inquinamenti durante la conservazione.

La confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni di massimo 10 pezzi di bende della misura cm 10 x m 5 e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 3 Sub k), Sub l)**

### **RULLO DI GARZA IDROFILA IN COTONE NON STERILE**

*CND M02106*

**UNITA' DI MISURA:**

- a) M5 x cm 120
- b) M10 x cm 120

## **LOTTO 4**

### **GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIU' STRATI IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE**

*CND M0201020101 GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI*

**UNITA' DI MISURA:**

- c) Garza Cm 18 x cm 40
- d) Garza Cm 36 x cm 40

**DESCRIZIONE:**

Garza idrofila sterile in puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare, esente da sfilacciature, con i bordi tagliati sempre rivolti verso l'interno. Riduzione del filato per  $\text{cm}^2$ : 12/8, peso: compreso tra 29 e 33  $\text{g/m}^2$ , titolo del filato: 32/40. Le misure si intendono riferite alla garza da piegare.

**CONFEZIONAMENTO:**

La garza deve essere confezionata singolarmente in confezione resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. La confezione deve essere facilmente apribile e maneggiabile.

Ogni singola confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 10 garze della misura cm 18 x cm 40 raccolte in un contenitore e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 5 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d), Sub e)**

### **TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO MORBIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE**

**CND: M0201050201 TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI**

#### UNITA' DI MISURA:

- a) Tampone Diametro mm 9 morbido (confezione da 10 pezzi)
- b) Tampone Diametro mm 15/16 morbido (confezione da 10 pezzi)
- c) Tampone Diametro mm 25 morbido (confezione da 5 pezzi)
- d) Tampone Diametro mm 30 morbido (confezione da 5 pezzi)
- e) Tampone Diametro mm 40 morbido (confezione da 5 pezzi)

#### DESCRIZIONE:

Tampone in garza idrofila sterile, di puro cotone, di colore bianco, inodore. La garza deve essere ripiegata. I bordi devono essere sempre rivolti all'interno della compressa e privi di sfilacciature. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo della garza) e visibile. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

#### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 10 pezzi per le misure da 9 mm, da 15/16 mm, e 5 pezzi per le misure da 25 mm, da 30 mm e da 40 mm, in doppia busta, resistente alla rottura e tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ogni singola confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni da 10 pezzi per i diametro dei sub lotti A) e B), 2 confezioni da 5 pezzi per i diametro dei sub lotti C), D) e E) raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per ciascuna delle misure richieste.

## **LOTTO 5**

### **TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO RIGIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE**

**CND: M0201050201 TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI**

**UNITA' DI MISURA:**

- f) Tampone Diametro 6 mm rigido
- g) Tampone Diametro mm 9/10 rigido
- h) Tampone Diametro mm 12 rigido
- i) Tampone Diametro mm 15/16 rigido

**DESCRIZIONE:**

Tampone in garza idrofila sterile, di puro cotone, di colore bianco, inodore, deve essere ripiegata. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo della garza) e visibile. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso. I bordi devono essere sempre rivolti all'interno della compressa e privi di sfilacciature. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

**CONFEZIONAMENTO:**

La confezione deve contenere 10 pezzi, in doppia busta, resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ogni singola confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni da 10 pezzi per ciascun diametro raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 6**

### **TAMPONE ROTONDO IN GARZA MORBIDO IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE\_SENZA FILO DI BARIO**

**CND: M0201050101 TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX STERILI**

**UNITA' DI MISURA:**

- a) Tampone Diametro mm 30 morbido
- b) Tampone Diametro mm 40 morbido

**DESCRIZIONE:**

Tampone in garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore. La garza deve essere ripiegata. I bordi devono essere sempre rivolti all'interno della compressa e privi di sfilacciature. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

**CONFEZIONAMENTO:**

La confezione deve contenere 5 pezzi, in involucro resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile. L'incarto dell'involucro deve essere resistente alla rottura e tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti.

Ogni singolo involucro deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni da 5 pezzi per ciascun diametro raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

**LOTTO 7****TAMPONE ROTONDO IN GARZA NON STERILE**

*CND: M0201050102 TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX NON STERILI*

UNITA' DI MISURA:

- a) Tampone Diametro mm 30 morbido
- b) Tampone Diametro mm 40 morbido
- c) Tampone Diametro mm 50 morbido

DESCRIZIONE:

Tampone in garza idrofila non sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore. La garza deve essere ripiegata. I bordi devono essere sempre rivolti all'interno della compressa e privi di sfilacciature. Sterilizzabile, non deve ingiallire dopo la sterilizzazione. L'eventuale elastico non deve deformarsi se sottoposto ai normali metodi di sterilizzazione in autoclave a vapore. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 100 pezzi, in involucro resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti.

Ogni singolo involucro deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni da 100 pezzi per ciascun diametro e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

**LOTTO 8 Sub a), Sub b)****TAMPONE IN TNT ROTONDO STERILE SENZA FILO DI BARIO**

*CND: M0202030101 TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX STERILI*



UNITA' DI MISURA:

- a) Tampone mm 30
- b) Tampone mm 40

DESCRIZIONE:

Tampone sterile in tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere, senza leganti, di colore bianco, inodore. Peso: non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>. Deve essere ripiegato e racchiuso. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 5 pezzi, in busta resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le buste dovranno essere raccolte in confezioni da massimo 100 tamponi; le buste devono essere di facile estrazione dalla confezione secondaria.**

Campionatura: 2 confezioni della misura 30 mm da massimo 100 tamponi, 2 confezioni della misura 40 mm da massimo 100 tamponi e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegato per ciascuna delle misure richieste.

## LOTTO 9

### TAMPONE IN TNT ROTONDO NON STERILE SENZA FILO

*CND: M0202030102 TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX NON STERILI*

UNITA' DI MISURA:

- a) Tampone mm 30

DESCRIZIONE:

Tampone costituito da fibre non tessute di viscosa e/o poliestere, senza leganti chimici, di colore bianco, inodore, inalterabile ai liquidi organici. Peso non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>. Deve essere ripiegato e racchiuso. Deve essere sterilizzabile. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere al massimo 100 pezzi, in involucro resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni della misura 30 mm da massimo 100 pezzi e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## LOTTO 10

### TAMPONI/COTONINI CHIRURGICI STERILI CON FILO DI REPERE E FILO DI BARIO

*CND: varie*

#### UNITA' DI MISURA:

Varie misure da.....a.....

#### DESCRIZIONE:

Tamponi/COTONINI sterili in fibra di Rayon con elemento radiopaco con filo di repere, cordoncino per la localizzazione e l'identificazione e cartoncino per la conta.

La confezione deve contenere al massimo 100 pezzi, in involucro resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti.

## LOTTO 11

### COTONINI CHIRURGICI IN TNT STERILI CON FILO DI BARIO

*CND: varie*

#### UNITA' DI MISURA:

Varie misure da.....a.....

#### DESCRIZIONE:

Tamponi/COTONINI sterili in fibra di Rayon con elemento radiopaco, cordoncino per la localizzazione e l'identificazione e cartoncino per la conta.

## LOTTO 12

### GARZA IDROFILA DI PURO COTONE PIEGATA A PIÚ STRATI CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE

*CND: M0201020201 GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI*

#### UNITA' DI MISURA:

- a) Garza Cm 5 x cm 5 - 12 strati
- b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati
- c) Garza Cm 10 x cm 10 - 12 strati
- d) Garza Cm 10 x cm 10 - 16 strati
- e) Garza Cm 10 x cm 20 - 12 strati
- f) Garza Cm 10 x cm 20 - 16 strati

#### DESCRIZIONE:

Garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilaccature, con i bordi tagliati sempre rivolti verso l'interno. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

#### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 10 pezzi, in doppia busta, resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ognuna delle predette buste deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni della misura cm 7,5 x cm 7,5 - 16 strati, 2 confezioni della misura cm 10 x 10 - 12 strati, 2 confezioni della misura cm 10 x 20 - 16 strati, raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per ciascuna delle misure richieste.

### **LOTTO 13**

#### **GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA CUCITA CON ASOLA (FETTUCCIA) E CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE (LAPAROTOMICA) STERILE**

**CND: M0201030201 GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI**

#### UNITA' DI MISURA:

- a) Garza Cm 10 x cm 60 - 4 strati
- b) Garza Cm 30 x cm 30 - 4 strati
- c) Garza Cm 40 x cm 40 - 4 strati
- d) Garza Cm 45 x cm 70 - 4 strati
- e) Garza Cm 50 x cm 50 - 4 strati

#### DESCRIZIONE:

Garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature, cucita con cuciture ripiegate internamente. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo). Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40.

La cucitura deve essere eseguita con bordi completamente rivoltati verso l'interno della pezza laparotomica, con cuciture rettilinee ai quattro lati. Il laccio di repertamento deve essere a forma di asola, e costituito da fettuccia di puro cotone fissata ad un angolo della pezza.

#### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 5 pezzi in doppia busta resistente alla rottura, tale da garantirne il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ognuna delle predette buste deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni da 5 pezzi della misura cm 40 x cm 40 - 4 strati, 2 confezioni da 5 pezzi della misura cm 50 x cm 50 - 4 strati raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per ciascuna delle misure richieste.

## **LOTTO 14**

**LUNGHETTE DI GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A QUATTRO STRATI CUCITURA RETTILINEA CON FILO DI BARIO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE**

***CND: M0201030201 GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI***

### UNITA' DI MISURA:

- a) Cm 3 x cm 15 4 strati
- b) Cm 3 x cm 50 4 strati
- c) Cm 5 x cm 60 4 strati
- d) Cm 5 x cm150 4 strati
- e) cm 3 x 30.....
- f) Cm 5 x 30.....
- g) Cm 2 x 60.....

### DESCRIZIONE:

Lunghette di garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature, cucita con cuciture ripiegate internamente. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo). Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

La cucitura deve essere eseguita con bordi completamente rivoltati verso l'interno della lunghetta, con cuciture rettilinee ai quattro lati.

### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 5 pezzi, in doppia busta resistente alla rottura, tale da garantirne il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ognuna delle predette buste deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni da 5 pezzi della misura cm 5 x cm 60 - 4 strati raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 15**

### **GARZA LAPAROTOMICA IN TNT PIEGATA CON FETTUCCIA E CON FILO DI BARIO O TARGHETTA RADIOPACA 4 STRATI IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE**

**CND: M0202020201 GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI**

#### UNITA' DI MISURA:

- a) Garza Cm 30 x cm 40
- b) Garza Cm 40 x cm 40
- c) Garza Cm 40 x cm 60

#### DESCRIZIONE:

Medicazione sterile in tessuto non tessuto viscosa e/o poliestere, senza leganti, di colore bianco, inodore, cucita . La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo (oppure la targhetta) di bario deve essere saldamente fissato su tutto il lato della medicazione. Peso non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

La cucitura deve essere eseguita con bordi completamente rivoltati verso l'interno della pezza laparotomica, con cuciture rettilinee ai quattro lati. La fettuccia a forma di asola deve essere fissata ad un angolo della pezza.

Il filo di bario deve essere inalterabile dai liquidi organici e dai processi di sterilizzazione termosaldato senza utilizzo di leganti chimici.

#### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere 5 pezzi, in doppia busta resistente alla rottura, tale da garantirne il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.

Ognuna delle predette buste deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le confezioni dovranno essere raccolte in contenitori che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezione da 5 pezzi della misura Cm 30 x cm 40 raccolte in contenitori e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 16**

**GARZA ALLO IODOFORMIO AL 10%**

***CND M020301 GARZE ALLO IODOFORMIO***

***CND M020201 BENDE MEDICATE CON IODOFORMIO***

### DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivo chirurgico a breve termine (Classe 2a).

## **LOTTO 16 SUB A), B) – ZAFFO**

SUB A) UNITA' DI MISURA: Garza Cm 5 x m 5 - 4 strati

SUB B) UNITA' DI MISURA: Garza Cm 7 x m 5 - 4 strati

### DESCRIZIONE:

Garza idrofila di puro cotone, impregnata allo iodoformio 10%, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilaccature, con bordi ripiegati internamente. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: minimo 12/8.

Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 5 x m 5 - 4 strati.

## **LOTTO 16 SUB C), D), E) - BENDA ORLATA**

SUB C) – UNITA' DI MISURA: Benda Cm 1 x m 5

SUB D) – UNITA' DI MISURA: Benda Cm 2 x m 5

SUB E) – UNITA' DI MISURA: Benda Cm 5 x m 5

### DESCRIZIONE:

Benda di garza idrofila orlata di puro cotone in bende, con tessitura regolare, non obliqua ed impregnata allo iodoformio al 10%. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 2 x m 5.

## **LOTTO 16 SUB F), G), H) – GARZA**

SUB F) – UNITA' DI MISURA: Garza Cm 25 x cm 50-60 (1/4 m)

SUB G) – UNITA' DI MISURA: Garza Cm 50 x cm 50-60 (1/2 m)

SUB H) – UNITA' DI MISURA: Garza Cm 100 x cm 50-60 (1 m)

### DESCRIZIONE:

Garza idrofila di puro cotone tagliata, tessitura regolare e non obliqua, impregnata allo iodoformio al 10%. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8.

Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 50 x cm 50-60 (1/2 m).

CONFEZIONAMENTO – per tutti i sublotti del lotto n. 2:

La confezione primaria deve essere costituita da un doppio involucro (di colore scuro quello esterno) impermeabile agli agenti esterni, resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti e da mantenere inalterate le caratteristiche dello iodoformio.

Ogni involucro deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Il confezionamento secondario deve essere costituito da robusti imballaggi realizzati in modo da permettere uno stoccaggio per sovrapposizione

## **LOTTO 17 Sub a), Sub b), Sub c), Sub d)**

### **GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI STERILE**

***M0202010101 GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX STERILI***

#### UNITA' DI MISURA:

- a) Garza Cm 5 x cm 5
- b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5
- c) Garza Cm 10 x cm 10
- d) Garza Cm 10 x cm 20

#### DESCRIZIONE:

Garza sterile in tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere, senza leganti, di colore bianco, inodore. Peso: non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

#### CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere al massimo 5 pezzi, in busta resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le buste dovranno essere raccolte in confezioni da massimo 100 garze; le buste devono essere di facile estrazione dalla confezione secondaria.**

Campionatura: 2 confezioni della misura cm 10 x cm 10 raccolte in confezioni da massimo 100 garze e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

## **LOTTO 17 Sub e), Sub f), Sub g), Sub h)**

### **GARZA IN TNT PIEGATA 4 STRATI NON STERILE**

***CND: M0202010102 GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI***

#### UNITA' DI MISURA:

- e) Garza Cm 5 x cm 5
- f) Garza Cm 7,5 x cm 7,5
- g) Garza Cm 10 x cm 10
- h) Garza Cm 10 x cm 20

**DESCRIZIONE:**

Garza non sterile in tessuto non tessuto, viscosa e/o poliestere, senza leganti, di colore bianco, inodore. Peso: non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>. Deve essere sterilizzabile. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

**CONFEZIONAMENTO:**

La garza deve essere confezionata in numero massimo di 200, in involucro resistente alla rottura e a tenuta di polvere.

L'etichetta di ciascun involucro deve riportare in lingua italiana e a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni di massimo 200 pezzi della misura cm 10 x cm 10 e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

**LOTTO 18 Sub a), Sub b), Sub c)**

***LOTTO 18 SUB A), B), C) - COMPRESSE IN TNT AD ALTA ASSORBENZA STERILE***

***CND: M030201 MEDICAZIONI ASSORBENTI CON TAMPONE IN CELLULOSA ED INVOLUCRO IN TNT***

SUB A) – UNITA' DI MISURA: Compressa Cm 10 x cm 10

SUB B) – UNITA' DI MISURA: Compressa Cm 10 x cm 20

SUB C) – UNITA' DI MISURA: Compressa Cm 20 x cm 20

**DESCRIZIONE:**

Medicazione sterile, in tessuto non tessuto, sigillata su tutti e quattro i lati, composta internamente da cellulosa o altro idoneo materiale, racchiuso in modo da formare una compressa morbida. Peso non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.

La compressa deve presentare un riconoscimento indicante la superficie destinata ad entrare a contatto con la cute.

**CONFEZIONAMENTO:**

La compressa deve essere confezionata singolarmente, in busta resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE. Il confezionamento secondario deve essere costituito da robusti imballaggi realizzati in modo da permettere uno stoccaggio per sovrapposizione

**Le buste dovranno essere raccolte in scatole che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Le buste dovranno essere raccolte in scatole resistenti da 60 buste massimo per la misura cm 10 x cm 10, 30 buste massimo per le altre misure.



Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 10 x cm 20 da massimo 30 buste raccolte in scatole.

**LOTTO 18 SUB D), E), F) - COMPRESSE IN TNT AD ALTA ASSORBENZA NON STERILE**

**CND: M030201 MEDICAZIONI ASSORBENTI CON TAMPONE IN CELLULOSA ED INVOLUCRO IN TNT**

UNITA' DI MISURA:

SUB D) – UNITA' DI MISURA: Compresa Cm 10 x cm 10

SUB E) – UNITA' DI MISURA: Compresa Cm 10 x cm 20

SUB F) – UNITA' DI MISURA: Compresa Cm 20 x cm 20

DESCRIZIONE:

Medicazione in tessuto non tessuto, sigillata su tutti e quattro i lati, composta internamente da cellulosa o altro idoneo materiale, racchiuso in modo di formare una compressa morbida. Peso non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.

La compressa deve presentare un riconoscimento indicante la superficie non applicabile. Il prodotto deve essere privo di lattice. Deve essere sterilizzabile.

CONFEZIONAMENTO:

La confezione deve contenere al massimo 100 pezzi, in involucro resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile.

Ogni singola confezione deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Il confezionamento secondario deve essere costituito da robusti imballaggi realizzati in modo da permettere uno stoccaggio per sovrapposizione.

Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 20 x cm 20 da massimo 100 pezzi

**LOTTO 19**

**GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI STERILE CND: M0201020101 GARZE IN COTONE  
PIEGATE SENZA FILO RX STERILI**

UNITA' DI MISURA:

a) Garza Cm 5 x cm 5	8 strati	(confezione da 5 pezzi)
b) Garza Cm 7,5 x cm 7,5	12 strati	(confezione da 5 pezzi)
c) Garza Cm 10 x cm 10	8 strati	(confezione da 5 pezzi)
d) Garza Cm 10 x cm 10	12 strati	(confezione da 5 pezzi)
e) Garza Cm 10 x cm 20	12 strati	(confezione da 5 pezzi)
f) Garza Cm 10 x cm 20	12 strati	(confezione da 25 pezzi)

DESCRIZIONE:

Garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature, con i bordi tagliati sempre rivolti verso l'interno. Riduzione del

filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

**CONFEZIONAMENTO:**

La confezione deve contenere 5 pezzi (ad eccezione dell'ultima misura da 25), in involucro resistente alla rottura tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabile.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

**Le buste dovranno essere raccolte in scatole che consentano una facile estrazione, riportanti all'esterno – oltre alle informazioni suddette- anche le indicazioni d'uso in lingua italiana.**

Campionatura: 2 confezioni della misura Cm 10 x cm 10 - 12 strati raccolte in scatole da 5 pezzi e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

**LOTTO 20**

**GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÙ STRATI NON STERILE**

***CND: M0201020102 GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI***

**UNITA' DI MISURA:**

- |    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| a) | Garza Cm 5 x cm 5     | 8 strati  |
| b) | Garza Cm 7,5 x cm 7,5 | 12 strati |
| c) | Garza Cm 10 x cm 10   | 8 strati  |
| d) | Garza Cm 10 x cm 20   | 8 strati  |
| e) | Garza Cm 10 x cm 20   | 12 strati |

**DESCRIZIONE:**

Garza idrofila non sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilaccature, con i bordi tagliati sempre rivolti verso l'interno, sterilizzabile, non deve ingiallire dopo la sterilizzazione. Riduzione del filato per cm<sup>2</sup>: 12/8, peso: compreso tra 29 e 33 g/m<sup>2</sup>, titolo del filato: 32/40. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l'uso.

**CONFEZIONAMENTO:**

La confezione deve contenere al massimo 100 garze, in involucro resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti.

Ogni singola busta deve riportare in lingua italiana a caratteri ben leggibili TUTTE LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA MARCATURA CE.

Campionatura: 2 confezioni da massimo 100 garze della misura Cm 10 x cm 10 - 8 strati e 2 imballaggi esterni di trasporto (scatolone) anche ripiegati per la misura richiesta.

**LOTTO 21**

**COMPRESSA OCULARE OVALE STERILE COMPOSTA DA TAMPONE DI OVATTA RIVESTITO NELLA PARTE A CONTATTO CON LA PALPEBRA DI GARZA IDROFILA/TNT, BORDO ADESIVO IPOALLERGENICO**

***CND: M040301 COMPRESSE OCULARI IN COTONE O IN TNT***