

Spettabile
Azienda Zero
Passaggio Luigi Gaudenzio 1
35131 Padova PD

pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Milano, 15 Novembre 2018
Nostro Protocollo N: **ITV0008125/18/sc**

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica della gara regionale per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto

Spettabile Azienda Zero,
in merito alla bozza di capitolato analizzata per la gara inerente "Reti chirurgiche", vogliamo riproporre alla vostra attenzione per il **LOTTO 21: Dispositivo in materiale biologico di origine animale per trattamento di fistola** la seguente osservazione :

Non è specificato il tipo di dispositivo richiesto e la tipologia delle fistole (chirurgica, perianale, retto vaginale, etc..). supposto che sia quella perianale, nel mercato esistono dispositivi di natura e tecnologia diverse, difficilmente confrontabili tra loro. Nel precedente appalto, in questo stesso lotto, sono stati comparati device completamente differenti, rigidi per fistole lineari contro materiale fluido adattabile anche a fistole ramificate. Si chiede pertanto di considerare la suddivisione per materiali/tecnologia come nei lotti precedenti.

A supporto di questa richiesta la documentazione in allegato. Inoltre comunichiamo i seguenti lavori appena pubblicati e in pubblicazione, per altro frutto del lavoro spontaneo di un chirurgo operante in un ospedale della regione Veneto.

- [International Journal of Colorectal Disease](#)
December 2018, Volume 33, [Issue 12](#), pp 1723–1731
Comparison of porcine collagen paste injection and rectal advancement flap for the treatment of complex cryptoglandular anal fistulas: a 2-year follow-up study
- "Permacol™ collagen paste injection for treatment of complex cryptoglandular anal fistulas: an observational cohort study with a 2-year follow-up" in its current form for publication in Surgical Innovation

Rendiamo altresì noto che, pur essendo il prodotto non aggiudicato nel precedente appalto, sono stati acquistati circa 25000 euro del presidio nel periodo della gara (stimato tra metà 2015 ad oggi) negli ospedali di Dolo, Conegliano, Montebelluna, Santorso, san Antonio, Rovigo, Treviso, Verona.

Questo perché il device costituisce un prodotto insostituibile nei casi di fistola complessa e ramificata, laddove il presidio aggiudicato in gara non può essere utile.

Chiediamo pertanto la suddivisione dei device per tipologia di utilizzo e materiale.

Cordiali saluti.

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Un Procuratore
PATRIZIA ZARANTONIELLO

