

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA
DI KIT PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.**

VERBALE DEL 04/12/2018

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 4 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 09:30 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto in oggetto, indetta con Decreto del Direttore dell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV n. 203 del 30.11.2017 (e successive modifiche apportate con Decreto n. 66 del 07.02.2018 del Commissario dell'Azienda Zero).

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero n. 141 del 07.05.2018 e successivamente modificata con Decreto n. 487 in data 23 novembre 2018, risulta ora così composta:

Presidente: Dott. Giuseppe Feltrin – Coordinatore Regionale per i Trapianti – Regione del Veneto;

Componenti: Dott.ssa Alessandra Marchesi – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 3 Serenissima;

Dott. Massimo Refosco – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 8 Berica;

Dott. Enrico Ceccherini – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria ad Indirizzo Chirurgico – Azienda Ospedaliera di Padova;

Ing. Davide Fasoli – Dirigente Ingegnere – Responsabile della UOS Servizio di Ingegneria Clinica – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Presidente richiama il Decreto del Direttore dell'U.O.C. CRAV n. 141 del 07.05.2018 con il quale la Commissione era stata nominata nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Giuseppe Feltrin – Coordinatore Regionale per i Trapianti – Regione del Veneto;

Componenti: Dott.ssa Alessandra Marchesi – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 3 Serenissima;

Dott. Massimo Refosco – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 8 Berica;

Dott. Enrico Ceccherini – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria ad Indirizzo Chirurgico – Azienda Ospedaliera di Padova;

Ing. Chiara Bresolin – Ingegnere Clinico – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Rammenta che, essendo sopravvenuta una situazione di impossibilità oggettiva dell'Ing. Chiara Bresolin a proseguire l'incarico, il Direttore dell'U.O.C. CRAV, con Decreto n. 487 in data 23 novembre 2018, ha ricostituito la stessa Commissione Giudicatrice nell'odierna composizione.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV.

Nel periodo maggio – dicembre 2018, la Commissione si è più volte riunita per procedere alla disamina della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle ditte concorrenti.

In particolare, nella seduta del 22.05.2018 sono stati esaminati i Lotti:

Handwritten signatures of the commission members, including the President and the four technical members, at the bottom of the document.

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
1	Kit ossigenante adulto Piccolo con filtro integrato	GADA ITALIA SRL
6	Kit ossigenante adulto per interventi complessi, con circuito eparinato e ossigenatore con fibre in polimetilpentene	PROMED SRL

Nella seduta del 12.06.2018 sono stati esaminati i Lotti:

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
9	Kit ossigenante Prematuri	MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.
10	Kit ossigenante Neonatale con filtro integrato	GADA ITALIA SRL
13	Kit ossigenante Pediatrico	GADA ITALIA SRL
14	Circuito cardioplegia ematica adulto	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
15	Circuito cardioplegia ematica 4:1 pediatrico	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
16	Circuito cardioplegia ematica 4:1 neonatale	EUROSETS SRL
19	Sistema ECMO/ECLS 14 gg compatibile Rotaflow	PROMED SRL

Nella seduta del 13.07.2018 sono stati esaminati i Lotti:

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
20	Sistema ECMO/ECLS 30 gg	MAQUET ITALIA S.P.A.
21	Ossigenatore a fibre cave in polimetilpentene per ECMO-ECLS Neonatale.	GADA ITALIA SRL
22	Ossigenatore a fibre cave in polimetilpentene per ECMO-ECLS Infantile	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
23	Ossigenatore a fibre cave in polimetilpentene per ECMO-ECLS Pediatrico.	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
26	Cannule ECMO pediatriche	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
28	Cannule da ECMO venose giugulari a doppio lume pediatrico	MAQUET ITALIA S.P.A.
30	Kit di introduzione cannula adulto	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
31	Kit di introduzione cannula pediatrica	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

Nella seduta del 20.09.2018 sono stati esaminati i Lotti:

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
2	Kit ossigenante adulto Piccolo senza filtro integrato	PROMED SRL; MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.
3	Kit ossigenante Adulto con filtro integrato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.; MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
4	Kit ossigenante Adulto senza filtro integrato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.; PROMED SRL
5	Kit ossigenante adulto Oversize con filtro integrato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.; GADA ITALIA SRL

Nella seduta del 27.09.2018 è stato esaminato il Lotto:

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
7	Kit ossigenante adulto con Separazione aspiratori	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.; EUROSETS SRL

Nella seduta odierna la Commissione, così come ricostituita, prende atto di quanto sopra e concorda fin d'ora di procedere in successive sedute ad una nuova analisi delle medesime offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti e dei relativi campioni.

Nella seduta odierna la Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica e dei campioni relativi al Lotto n. 12 e 32 inviati dalle seguenti ditte concorrenti:

Lotto	Descrizione	Ditte partecipanti
8	Kit completo a Circuito chiuso/aperto	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.; MEDTRONIC ITALIA SPA; EUROSETS SRL
12	Kit ossigenante Infantile 2	PROMED SRL; MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.; EUROSETS SRL
17	Circuito cardioplegia cristalloide con e senza cardioto	SORIN GROUP ITALIA SRL; EUROSETS SRL
32	Cardiotomi	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.; SORIN GROUP ITALIA S.R.L.; EUROSETS SRL

La Commissione, in riferimento all'offerta tecnica della ditta Promed Srl per il lotto n. 12 ritiene necessario richiedere il seguente chiarimento:

- Tra la documentazione tecnica presentata in gara, sono presenti le IFU versione 1.0; all'interno della campionatura prodotta son state rinvenute le IFU versione 2.2 d. MANUALE D'USO OXY PEDIATRICO_HMO 30000 & 31000 e IFU versione 1.1 d. MANUALI D'USO TUBING SET, entrambe riportanti alcuni dati relativi alle caratteristiche tecniche diversi rispetto a quelli presenti nelle IFU prodotte con la documentazione di gara.
- Inoltre, il campione di circuito pervenuto presenta due monconi in corrispondenza del filtro arterioso previsto nello schema del campione di gara.

Preso atto di quanto richiesto, la Commissione ritiene di chiedere alla ditta Promed Srl di precisare le motivazioni delle predette discordanze e la motivazione di tale configurazione del campione.




La Commissione, nell'impossibilità di terminare i lavori, alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne; il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9:30 del 7 dicembre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:



I COMPONENTI:



Il Segretario verbalizzante

