

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA
DI KIT PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.**

VERBALE DEL 17/04/2019

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 08:45 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto in oggetto, indetta con Decreto del Direttore dell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV n. 203 del 30.11.2017 (e successive modifiche apportate con Decreto n. 66 del 07.02.2018 del Commissario dell'Azienda Zero).

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero n. 141 del 07.05.2018 e successivamente modificata con Decreto n. 487 in data 23 novembre 2018, risulta così composta:

Presidente: Dott. Giuseppe Feltrin – Coordinatore Regionale per i Trapianti – Regione del Veneto;

Componenti: Dott.ssa Alessandra Marchesi – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 3 Serenissima;

Dott. Massimo Refosco – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare – Azienda ULSS 8 Berica;

Dott. Enrico Ceccherini – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria ad Indirizzo Chirurgico – Azienda Ospedaliera di Padova;

Ing. Davide Fasoli – Dirigente Ingegnere – Responsabile della UOS Servizio di Ingegneria Clinica – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV.

La Commissione, in riferimento alle richieste di chiarimenti alla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per il lotto n. 32, di cui al precedente Verbale del 14.03.2019, procede all'esame del campione pervenuto.

La Commissione procede poi ad esaminare tutti i chiarimenti forniti dalle ditte, inviati in riscontro alle richieste formulate come da verbale della precedente seduta del 26 marzo 2019.

All'esito delle predette verifiche, la Commissione relativamente ai chiarimenti forniti dalla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA**, consultata la banca dati dei Dispositivi Medici, rileva che non ci sono riscontri univoci delle dichiarazioni di conformità relative a tutti i codici dei prodotti offerti nei lotti nn. 3, 5, 11, 33, 34, 35 e 36. Ritiene pertanto di chiedere alla stessa ditta di trasmettere le dichiarazioni richieste, anche relative a versioni precedenti di dichiarazioni di conformità.


La Commissione, nell'impossibilità di terminare i lavori, alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne; il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 8:45 del 2 maggio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:



I COMPONENTI:



David Tosol

Il Segretario verbalizzante

Gloria Rossi