

Lotto 37: Sistema di protesi di ginocchio da revisione in materiale anallergico con coni metaepifisari							
		Ditta		SMITH&NEPHEW		J-TECH	
		Prodotto offerto		Legion		VANGUARD 360	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure,	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : vedere se cambiare il criterio:da rivedere.Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE fino a 12=3 punti; da 13 a 15=4 punti; sopra 15=5 punti	7 misure femorali	3	5 femori	1
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	elevato numero di accoppiamenti	7	discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui					
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui					
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	strumentario medio nelle componenti proposte di semplicità, versatilità e facilità d'uso	8
3b)	ergonomia del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	garantiscono adeguata ergonomia	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui					
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	documentazione scientifica appena sufficiente	2	documentazione scientifica numerosa	3
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate	scarso follow up	1	ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui					
5a)		9	La offerta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4

[Handwritten signatures and initials]

