

Lotto 25: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura variabile non cementata ed inserto mobile

			Ditta	ORTHOLAB		PERMEDICA		JOHNSON & JOHNSON	
			Prodotto offerto	GEMINI SL PorEx		GKS Prime Flex bioloy Mobile		LCS	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI- misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	Punteggio assegnato	Giudizio	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	3	sufficiente numero di taglie disponibili:5 femori	elevato numero di taglie disponibili (9 taglie femorali)	5	7 femori sufficiente numero di taglie disponibili	4
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	6	materiale con caratteristiche di ergonomicità standard	materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	9	materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	9
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti- 7:elevato numero accoppiamenti	7	7 in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	(7 taglie tibiali) in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	7	(8 taglie tibiali), in base al numero di taglie è possibile un discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	4	taglia poco evidente; no lingua italiana	Scatola ricoperta in cellophane: necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura	4	la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del	5
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base	4	presenti solo quattro etichette per il	Piena corrispondenza	5	la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della	10	lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione	lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della	10	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	8
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività	4	Il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e	Il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e	4	garantiscono sufficiente ergonomicità	2
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui							
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti,	2	documentazione scientifica sufficiente	documentazione scientifica sufficiente	2	documentazione scientifica numerosa	3
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste	6	follow up medio considerato il numero di impianti negli ultimi due anni e il tipo di rivista	follow up limitato (dati dichiarati dalla ditta, non specificate pubblicazioni); (su questo lotto cita più registri e dà due valori di sopravvivenza; file CC032)	3	ottima documentazione presentata da cui si desume un elevato follow-up	9
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui							
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che	6	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6	,pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze	5
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4

