

Lotto 34: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con componente tibiale all poly

Ditta Prodotto offerto				SMITH&NEPHEW JOURNEY		ORTHOLAB MITUS Porex		PERMEDICA GKS ONE BIOLOY®	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : vedere se cambiare il criterio da rivedere.Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili.	taglie femorali n. 7	3	taglie femorali n. 4	1	taglie femorali n. 4	1
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro).	Contiene Oxinium	9	le caratteristiche del sistema rientrano nello standard	6	vitamina E e filo di repere	9
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti.	taglie tibiali n. 6 e 5 spessori (13 taglie totali - elevato numero di accoppiamenti	7	taglie tibiali n. 4taglie e 4 spessori - 8 taglie - discreto numero di accoppiamenti	5	taglie tibiali n. 6 e 8 spessori - tot. 10 taglie - elevato numero di accoppiamento.	7
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto.	a protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del	5	taglia poco evidente; no lingua italiana	4	difficoltà apertura: necessarie forbici	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle	prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche	5	solo 4 etichette per registro paziente (poche)	4	garantiranno il massimo isolamento in base alle	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della	strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento	10	strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione	10	strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione	10
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	garantisce la miglior praticità, sicurezza e	4	garantisce la miglior praticità, sicurezza e	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui							
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto).	documentazione scientifica nello standard	2	documentazione scientifica nello standard	2	scarsa letteratura	1
4 b)	follow up	9	Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su	follow up elevato	9	follow up nello standard	6	follow up nello standard	6
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui							
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6	supporto tecnico e formativo scarso , audit non specificati	6
5b)		4		piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4

