

Lotto 23: Sistema di protesi di ginocchio da 1° impianto in materiale anallergico con raggio di curvatura costante cementata ed inserto fisso													
			Ditta	WALDNER TECNOLOGIE		J-TECH		FINE CERAMICA FAENZA		SAMO		B. BRAUN MILANO	
			Prodotto offerto	Triathlon		NEXGEN TIVANIUM PROTESI DI GINOCCHIO ANALLERGICA		First Mobile e First Fixed		Trekking		Columbus	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI	MAX 21 di cui:	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE <7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure;	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	taglie femorali n. 8	3	5 femori	1	n. 6 taglie femorali	1	5 taglie femorali	1	7 taglie femorali	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	materiali ergonomici con caratteristiche standard	6	lega ad alta resistenza e basso tasso usura	9	materiali ergonomici con caratteristiche standard	6	materiali ergonomici con caratteristiche standard	6	materiali ergonomici con caratteristiche standard	6
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE=3 suff. numero accoppiamenti;5 discreto numero accoppiamenti, 7 elevato numero accoppiamenti	discreto numero di accoppiamenti	5	elevato numero di accoppiamenti	7	sufficiente numero di accoppiamenti	3	sufficiente numero di accoppiamenti	3	discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui											
2A)	confezionamento esterno	5	verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior	5	5	la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del	5	la taglia è scritta in piccolo ed è pertanto poco riconoscibile; necessità di forbici per aprire il	3	scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura	4	riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	5	I prodotti garantiscono il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	mancano nome protesi, e nome fornitore oltre al marchio CE il che rende più difficile il riconoscimento della protesi	4	nome della Ditta difficilmente riconoscibile manca anche marchio CE	4	con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a	3
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui											
3a)	facilità e versatilità	10	sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica	garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento	10	nelle componenti proposte, nella precisione facilità e	8	la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento	10	la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima	10	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella	8
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui											
4a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli	documentazione scientifica molto approfondita e molto numerosa	3	ricerca scientifica presente ma datata	2	documentazione scientifica difficilmente valutabile; presentato solo elenco degli articoli	1	documentazione scientifica discreta	2	documentazione scientifica molto limitata	1
4b)	follow up	9	follow up clinico e non di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati.	buon follow up	9	buon follow up	9	follow up dati da registri e percentuali di revisioni standard	6	follow up limitato ma pubblicato su riviste di una certa rilevanza	6	follow up, con percentuali di revisioni standard,ma su un periodo di tempo	3
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui											
5a)		9	I seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	5	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9	descrive solo sede, dichiara disponibilità in sala e formazione in caso di up-grade ma supporto formativo non dettagliato	2	vengono indicati pochi recapiti e non viene specificata la qualifica del personale.	7	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	4
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza	garantisce quanto richiesto dal capitolato	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarazione. A seguito di specifica richiesta della stazione appaltante, la società dichiara espressamente di aver	0	garantisce quanto richiesto dal capitolato	4	garantisce quanto richiesto dal capitolato	4

totale

59

63

40

ESCLUSA

51

47

