

| | | | | Ditta | | MATHYS ORTOPEDE | | GRUPPO BISHOPMANN | | EXAMEDICAL | | ORTHOLAB | | PRIMEDICA | |
|------|---------------------------------------|---------------|---|---|----|--|----|--|----|---|----|---|----|-----------------------|--|
| | | | | Prodotto offerto | | BularSys Allergy | | E.MOO | | Zen Knee | | GEMINI | | GK3 Prime Flex Mobile | |
| 1 | | | MAX 21 di cui: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CARATTERISTICHE DELLE PROTESI: | | Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure: femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI | | | | | | | ok chiarimento: il raggio è variabile, pag 2-3 scheda tecnica dichiara che la componente femorale è anatomica | | ok chiarimento: il raggio è variabile, pag 2-3 scheda tecnica dichiara che la componente femorale è anatomica | | | |
| 1A) | gamma di misure. | 5 | Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : | 7 taglie femorali | 3 | 6 FEMORI+3 SKINNY | 5 | 6 taglie femorali | 1 | sufficiente numero di taglie disponibili:5 femori | 1 | elevato numero di taglie disponibili (9 taglie femorali) | 5 | | |
| 1b) | caratteristiche dell'impianto/sistema | 9 | Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro) | materiale ergonomico con caratteristiche standard | 6 | materiale ergonomico con caratteristiche standard | 6 | materiale ergonomico con caratteristiche standard | 6 | materiale con caratteristiche di ergonomia standard | 6 | materiale con caratteristiche di massima ergonomia e desing | 9 | | |
| 1c) | modularità e varietà di accoppiamenti | 7 | Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE 3 suff numero accoppiamenti;5 discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti | 8 MISURE TIBIALI :in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti | 7 | 6 taglie tibiali:discreto numero di accoppiamenti | 5 | 6 taglie tibial | 3 | in base al numero di taglie è possibile un discreto numero di accoppiamenti | 5 | (7 taglie tibiali) in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti | 7 | | |
| 2 | CONFEZIONAMENTO | MAX 10 di cui | | | | | | | | | | | | | |
| 2A) | confezionamento esterno | 5 | Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior | non sono presenti i simboli (es. latex) | 5 | GLI INSERTI SON OCONFEZIONATI IN doppia busta di carta, la prima busta durante | 5 | non ha lingua italiana | 4 | taglia poco evidente; no lingua italiana | 4 | scatola ricoperta in cellophane: necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito | 4 | | |
| 2b) | confezionamento interno | 5 | Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo | piena corrispondenza | 5 | GLI INSERTI SON OCONFEZIONATI IN | 3 | poche etichette per registro paziente (4) | 4 | presenti solo quattro etichette per il registro/paziente (poche) | 4 | piena corrispondenza | 5 | | |
| 3 | STRUMENTARIO | MAX 14 di cui | | | | | | | | | | | | | |
| 3a) | facilità e versatilità | 10 | Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera | lo strumentario garantisce il massimo della versatilità | 10 | lo strumentario garantisce il massimo della versatilità | 10 | lo strumentario garantisce il massimo della versatilità | 10 | lo strumentario garantisce il massimo della versatilità | 10 | lo strumentario garantisce il massimo della versatilità | 10 | | |
| 3b) | ergonomia del kit | 4 | Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e | il Kit garantisce una adeguata ergonomia | 4 | il Kit garantisce una adeguata ergonomia | 4 | il Kit garantisce una adeguata | 4 | il Kit garantisce una adeguata ergonomia | 4 | il Kit garantisce una adeguata ergonomia | 4 | | |
| 4 | FOLLOW UP E VALUTAZIONE | MAX 12 di cui | | | | | | | | | | | | | |
| 4 a) | documentazione scientifica | 3 | Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli | documentazione scientifica discreta | 2 | documentazione scientifica sufficiente | 1 | documentazione scientifica discreta | 2 | documentazione scientifica discreta | 2 | documentazione scientifica discreta | 2 | | |
| 4 b) | follow up | 9 | Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate. | follow up discreto | 6 | dalla documentazione scientifica non si desumono i dati di follow up | 0 | follow up discreto | 6 | follow up discreto | 6 | follow up discreto | 6 | | |
| 5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA | MAX 13 di cui | | | | | | | | | | | | | |
| 5a) | | 9 | La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre | pochi recapiti, no reperibilità, non molto dettagliata la qualifica del personale | 7 | pochi recapiti, non indicata la reperibilità, non specificata la qualifica del personale | 6 | no reperibilità, non specificata qualifica e numerosità del personale | 7 | supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati | 6 | supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati | 6 | | |
| 5b) | | 4 | Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non senza | piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara | 4 | piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara | 4 | piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara | 4 | piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara | 4 | piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara | 4 | | |

CA



