

LOTTO 21			Ditta	WALDNER TECNOLOGIE		J-TECH		JOHNSON& JOHNSON	
			Prodotto offerto	TRIATHLON		Nexgen		MBT revision	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	8 componenti femorali	3	5 femori	1	6 componenti femorali	1
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	8 tibie+8 femori +5 coni=modularità elevata alto numero di coni e camice	7	10 tibie+5 femori=15 accoppiamenti+12 coni	7	6 tibie+6 femori + 3coni	6
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	strumentario medio nelle componenti proposte di semplicità, versatilità e facilità d'uso	8	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui							

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	documentazione scientifica numerosa	3	documentazione scientifica numerosa	3	documentazione scientifica adeguata	3
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9	ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9	follow up discreto	6
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui							
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	5	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9	pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze	5
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4
				totale	63		63		57

