

			Ditta	PERMEDICA	
			Prodotto offerto	GK5 PRIME FLEX	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	8 taglie femorali	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione	materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	9
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff. numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7.elevato numero accoppiamenti	in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti(10 tibie)	7
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui			
2A)	confezionamento esterno	5	isce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento	scatola ricoperta in cellophane: necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	4
2b)	confezionamento interno	5	giormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle car	piena corrispondenza	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui			
3a)	facilità e versatilità	10	maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisio	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10
3b)	ergonomicità del kit	4	zato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitiv	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui			
4 a)	documentazione scientifica	3	a dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia	mediocre bibliografia (numero di lavori scientifici modesti)	1
4 b)	follow up	9	dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scienti	numero di impianti modesto	6
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui			
5a)		9	ifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utili	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6
5b)		4	in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4

*Handwritten signature and initials.*