

Lotto 31: Sistema innovativo di protesi di ginocchio da primo impianto in materiale anallergico cementata o non ad alto numero di taglie (superiore a 9)

			Ditta	SMITH&NEPHEW		J-TECH		PERMEDICA		MEDACTA		ADLER ORTHO		B. BRAUN MILANO	
			Prodotto offerto	Legion		VANGUARD		GKS PRIME PS		GMK PRIMARY		Genus		COLUMBUS	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili. Vedere se cambiare il criterio da rivedere. Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili. RANGE fino a 12+3 punti, da 13 a 15+4 punti, sopra 15+5 punti	componente femorale PS-7 taglie+4 femori narrow	5	10 taglie femorali	3	10 taglie femorali	3	15 taglie: 8 standar +7 minus	4	7 femori anallargici+6minus	4	7 standard +5 narrow	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complinanze (mobilitazione, usura, altro)	oxinium , oag 3 scheda tecnica test FDA durabilità fino a 30 anni	9	materiali ergonomici con caratteristiche di miglior prevenzione dell'usura	9	materiali ergonomici con caratteristiche di miglior prevenzione dell'usura	9	sistema standard	6	sistema standard	6	sistema standard	6
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente. RANGE 5 più numero accoppiamenti. S: discreto numero accoppiamenti. 7 elevato numero accoppiamenti	elevato numero di accoppiamenti	7	elevati accoppiamenti	7	elevati accoppiamenti	7	elevati accoppiamenti	7	elevati accoppiamenti	7	tibia: 5 + 4 plus discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui													
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	difficoltà di apertura necessaria forbice per cellophane, e necessario tagliare i due sigilli	4	difficoltà all'apertura, necessarie le forbici	4	la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	confez. in plastica; necessaria la forbice per aprire le scatole, sigillate da scotch.	4	riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	6 etichette (si staccano e si applicano tra loro, molto difficile recuperarle)	3	etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a barre, materiale, taglia per esteso)	3
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui													
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	strumentario completo	10	strumentario completo	10	strumentario completo	10	strumentario completo	10	strumentario completo	10	strumentario completo	10
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	kit garantisce migliore praticità	4	kit garantisce migliore praticità	4	kit garantisce migliore praticità	4	kit garantisce migliore praticità	4	kit garantisce migliore praticità	4	kit garantisce migliore praticità	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui													
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corrette da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	documentazione scientifica numerosa	3	documentazione scientifica significativa	3	documentazione scientifica mediocre	2	documentazione scientifica mediocre	2	buona dimostrazioni tecniche di efficacia e buoni studi a livello di bibliografia	3	documentazione scientifica mediocre	2
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	piena corrispondenza	9	follow up importante	9	POCHI LAVORI perché LA PROTESI è RECENTE. STUDI ANCHE RECENTI.....ma pochi	6	numero impianti modesto, documentazione follow up molto scarsa protesi recente quindi scarso numero impianti	3	to follow up breve protesi recente quindi	6	pochi lavori benchè recenti	6
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui													
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9	supporto tecnico e formativo scarso, audit non specificati	6	no reperibilità, strumentario consegnato di volta in volta in caso di pochi interventi	7	ersonale, non indicata la reperibilità, sup	5	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	4
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	la disponibilità nella relazione di assisten	4	disponibilità nella relazione di assi	4

SW
F
H
G
M

