

			Ditta	KRYOS		J-TECH	
			Prodotto offerto	UNIGLIDE		OXFORD™ MICROPLASTY CEMENTED	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : vedere se cambiare il criterio:da rivedere.Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE fino a 12=3 punti; da 13 a 15=4 punti; sopra 15=5 punti	tre taglie (2-3-4)	5	taglie femorali n.5.	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	Disponibile in rivestimento con TiN	9	piena corrispondenza	9
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	TAGLIE TIBIALI n. 7 discreto numero di accoppiamenti	7	TAGLIE TIBIALI n. 7 alto numero di accoppiamenti	7
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui					
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	DIFFICOLTà apertura: necessarie forbici	4	DIFFICOLTà apertura: necessarie forbici per cellophane, necessario tagliare due sigilli	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	etichette piccole	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle	5
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui					
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	8	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	8
3b)	ergonomia del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	garantiscono adeguata ergonomia	4	garantiscono adeguata ergonomia	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui					
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	solo due studi ma in buone riviste	2	documentazione scientifica elevata	3
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	follow up molto rendicontato e preciso	9	follow up elevato	9
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui					
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	no reperibilità, non specifica qualifica e numerosità del personale, supporto scarso, non specificati audit semestrali, controllo scadenze e formazione per upgrade	3	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4

Handwritten signature and initials.

