

Lotto 33: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico cementata con inserto fisso

Ditta				SMITH&NEPHEW		ORTHOLAB		B. BRAUN MILANO	
Prodotto offerto				UNI GENESIS		MITUS		UNIVATION X F	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : vedere se cambiare il criterio:da rivedere.Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE fino a 12=3 punti; da 13 a 15=4	6 FEMORI	1	taglie femorali n. 4	1	Taglie femorali n. 5	1
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	presenza di Oxinium	9	materiale standard	6	materiale standard	6
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	taglie tibiali n. 6:tot. 12 accoppiamenti	7	taglie tibiali n. 4 :DISCRETO NUMERO DI ACCOPPIAMENTI	5	7 taglie tibiali:elevatonumero di accoppiamenti	7
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento	5	taglia poco evidente; no lingua italiana	4	nessuna informazione sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle	garantiranno il massimo isolamento in base alle	5	solo 4 etichette per registro paziente (poche)	4	etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza,	3
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e	10	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità	8	strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	8
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	garantiscono adeguata ergonomicità	4	garantiscono adeguata ergonomicità	4	garantiscono adeguata ergonomicità	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui							
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve Follow up clinico e indice di sopravvivenza	letteratura nella media	2	letteratura nella media	2	non presentata letteratura specifica	1
4 b)	follow up	9	dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio	follow up importante con indice di sopravvivenza elevato	9	follow up specifico al prodotto non elevato, pur essendo riconosciuta l'efficacia del design della protesi	6	non documentato il follow up	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui							
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata: per un numero massimo di 3 volte	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	4
5b)		4		dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4

