

Lotto 35: Sistema di protesi femoro-tibiale monocompartimentale da 1° impianto in materiale anallergico non cementata con inserto mobile

| | | Ditta | | KRYOS | |
|------|---------------------------------------|------------------|---|---|---------------------|
| | | Prodotto offerto | | Corin Uniglide | |
| 1 | CARATTERISTICHE DELLE PROTESI: | MAX 21 di cui: | | Giudizio | Punteggio assegnato |
| 1A) | gamma di misure. | 5 | Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili : vedere se cambiare il criterio:da rivedere.Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE fino a 12=3 punti; da 13 a 15=4 punti; sopra 15=5 punti | tre taglie (2-3-4) | 1 |
| 1b) | caratteristiche dell'impianto/sistema | 9 | Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro) | Disponibile in rivestimento con TiN | 9 |
| 1c) | modularità e varietà di accoppiamenti | 7 | Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti | TAGLIE TIBIALI n. 7 (con dieci taglie totali 7 punti - elevato numero di accoppiamenti | 7 |
| 2 | CONFEZIONAMENTO | MAX 10 di cui | | | |
| 2A) | confezionamento esterno | 5 | Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto | difficoltà apertura, necessarie forbici | 4 |
| 2b) | confezionamento interno | 5 | Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni. | l massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni. | 5 |
| 3 | STRUMENTARIO | MAX 14 di cui | | | |
| 3a) | facilità e versatilità | 10 | Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso | lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso | 10 |
| 3b) | ergonomicità del kit | 4 | Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo. | garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo. | 4 |
| 4 | FOLLOW UP E VALUTAZIONE | MAX 12 di cui | | | |
| 4 a) | documentazione scientifica | 3 | Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.) | solo due studi ma in buone riviste | 2 |
| 4 b) | follow up | 9 | Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate. | follow up molto rendicontato e preciso | 9 |
| 5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA | MAX 13 di cui | | | |
| 5a) | | 9 | La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario. | no reperibilità, non specifica qualifica e numerosità del personale, supporto scarso, non specificati audit semestrali, controllo scadenze e formazione per upgrade | 3 |
| 5b) | | 4 | Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte. | dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica | 4 |

