

Lotto 36: Sistema di protesi di ginocchio da revisione in materiale anallergico

			Ditta	SMITH&NEPHEW		J-TECH		ORTHOLAB		PERMEDICA		B. BRAUN MILANO	
			Prodotto offerto	Legion Revision		vanguard		Endomodel		GKS BUTTERFLY		Columbus	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili: vedere se cambiare il criterio da rivedere. Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili: RANGE fino a 12=3 punti; da 13 a 15=4 punti; sopra 15=5 punti	7 misure femorali	3	10 misure femorali	5	4 misure femorali con troclea e 4 senza troclea	3	2 componenti femorali: si presenta come un assieme costituito da femore, tibia e inserto. Si riporta pertanto codifica che rimanda all'assieme.	1	7 misure femorali	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (immobilizzazione, usura, altro)	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente: RANGE: 3 suff numero accoppiamenti; 5: discreto numero accoppiamenti; 7: elevato numero accoppiamenti	elevato numero di accoppiamenti	7	elevato numero di accoppiamenti	7	sufficiente numero di accoppiamenti	3	sufficiente numero di accoppiamenti	3	discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui:											
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	difficoltà nell'apertura. Necessarie forbici per apertura cellophane; necessario tagliare due sigilli	4	taglia poco evidente; no lingua italiana	4	scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	4	riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nell'etichetta piccola con poche informazioni	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	viene garantito il massimo isolamento in base alle	5	solo 4 etichette per registro	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	5	etichetta piccola con poche informazioni	3
3	STRUMENTARIO	MAX 24 di cui:											
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10	lo strumentario è completo e consente il bilancio legamentoso	9
3b)	ergonomia del kit	4	Verrà apprezzata maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce buona praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	3
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 12 di cui:											
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.). Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto.	documentazione scientifica non molto numerosa	2	documentazione scientifica appena sufficiente	2	documentazione scientifica molto approfondita e molto numerosa	3	documentazione scarsa ma pertinente	2	vedi dichiarazione allegata della Ditta	0
4 b)	follow up	9	Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate	scarso follow up	1	follow up con un limitato numero di articoli	5	follow - up molto specificato e con riviste scientifiche di alto spessore	9	follow up scarso ma pertinente	2	vedi dichiarazione allegata della Ditta	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 15 di cui:											
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di un grado tecnologico delle	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6	supporto tecnico e formativo scarso, audit non specificati	6	no reperibilità, non specificata: la qualifica del personale, l'audit, il controllo scadenze, informazione se upgrade	4
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata disponibilità nella documentazione tecnica	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4



