

Lotto 42: Sistema di cementazione con cemento precaricato

Ditta Prodotto offerto				Johnson e Johnson		Orthofix	
				SmartMix Cemvac		CEMEX SYSTEM FAST	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 36 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A )	assortimento	12	Verrà apprezzato il maggior numero di assortimento disponibile	presenti confezionamenti da 60 e 80 gr	10	presenti vari assortimenti :60-70- 80 gr	12
1b )	caratteristiche e affidabilità del prodotto	12	tempo di miscelazione e di polimerizzazione: verrà apprezzato il prodotto che si comporta in vivo come indicato in scheda tecnica	dai 9 ai 12 minuti	10	10 minuti	10
		12	resistenza alla compressione	la Ditta dichiara nei chiarimenti chiesti che tale parametro non è presente nella documentazione tecnica fornita in sede di gara	0	secondo i limiti ISO 5833	10
2	CONFEZIONAMENT O	MAX 11 di cui					
2A )	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente il prodotto che garantisce la maggior semplicità di apertura la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	confezionamento garantisce la maggior semplicità di apertura la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	confezionamento garantisce la maggior semplicità di apertura la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5
2b )	confezionamento interno	6	Verranno apprezzate maggiormente le offerte che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	confezionamento garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	6	confezionamento garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	6
3	SISTEMA DI MISCELAZIONE	MAX 14 di cui					

or  
22

3a )	facilità	7	Facilità di utilizzo e semplificazione della tecnica di miscelazione sottovuoto	sistema è da assemblare ,laborioso, necessita di una pompa aspirante	3	acilità di utilizzo e semplificazione della tecnica di miscelazione sottovuoto	7
3b )	versatilità	7	gamma di terminali	sufficiente gamma di terminali	3	sufficiente gamma di	3
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 9 di cui					
4 a)	documentazione scientifica	9	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	nessuna documentazione presentata	0	scarsa documentazione presentata	1

37  
ESCLUSA

54

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.