

Da: "pegasusmedical@pec.it" pegasusmedical@pec.it
A: protocollo.azero@pecveneto.it
Cc:
Data: Wed, 14 Feb 2018 09:34:54 +0100
Oggetto: Per U.O.C. CRAV: osservazioni bozza capitolato stent coronarici

- > Buongiorno,
- > in riferimento a quanto in oggetto si inviano i seguenti suggerimenti:
- > \hat{A}
- > Relativamente al lotto 3 si richiede la sostituzione delle diciture:
- > \hat{A}
 - > - $\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}$ "Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio)" con "Stent con piattaforma in lega o acciaio medicale non ferromagnetico", come gi \hat{A} indicato nel lotto 4.
- > \hat{A}
 - > - $\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}\hat{A}$ "Spessore delle maglie senza rivestimento $\hat{\alpha}\hat{\alpha}\hat{\alpha}$ 90 $\hat{I}\hat{I}\hat{I}$ " con "Spessore delle maglie $\hat{\alpha}\hat{\alpha}\hat{\alpha}$ 130 $\hat{I}\hat{I}\hat{I}$ ", come gi \hat{A} indicato nel lotto 4.
- > \hat{A}
- > Osservazioni:
- > \hat{A}
- > Tale modifiche permetterebbero lâ€™aumentazione del numero di partecipanti con conseguente maggiore opportunit \hat{A} di scelta da parte dei clinici.
- > \hat{A}

> Cordiali Saluti

\hat{A}

> \hat{A}

- > Pegasus Medical S.r.l.
- > Via Venezia, 90/A
- > 35131 Padova
- > Tel. +39 049 774708
- > Fax. +39 049 8252895