

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione delle emoglobine glicate e patologiche e degli assetti emoglobinici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

**VERBALE DEL 15/10/2019
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2019, alle ore 10:30 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice, inerente la gara d'appalto in oggetto.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 30/07/2019, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Maria Visconti, Direttore USD Laboratorio Analisi, P.O. Bussolengo - AULSS 9 Scaligera

Componenti: Dott. Marco Bassan, Dirigente Medico presso la UOC Laboratorio Analisi - AULSS 4 Veneto Orientale

Dott.ssa Daniela Rubin, Dirigente Medico presso la UOC Laboratorio Analisi, P.O. Conegliano - AULSS 2 Marca Trevigiana.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede quindi alla valutazione delle caratteristiche preferenziali richieste ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

In merito al primo criterio di valutazione la Commissione rileva che in un nuovo contesto sociale mutevole per i sempre maggiori flussi migratori e l'organizzazione regionale in presidi HUB e presidi Spoke, rende particolarmente delicata ed importante la valutazione dell'emoglobina glicata dati i forti costi sociali e per l'aumento della patologia diabetica nella popolazione.

Per tali ragioni è importante la modalità di gestione delle interferenze di tale parametro e l'eventuale verifica.

In ordine al secondo criterio di valutazione la Commissione rileva che, nel contesto indicato anche per il primo criterio, ritiene particolarmente importante, per la strumentazione inerente le emoglobine patologiche, le performance della stessa e le caratteristiche di separazione, dove il coefficiente di variazione (CV) per l'HbA2 (frazione emoglobinica) ricopre un ruolo fondamentale, a differenza dei CV per le emoglobine glicate.

La Commissione rileva che tutte le Ditte hanno dichiarato valori di CV per emoglobine glicate inferiori all'1%, ritenendo pertanto sotto tale aspetto tutte le offerte equivalenti.

La strumentazione per emoglobine patologiche deve consentire una buona separazione delle varianti emoglobiniche.

Per il terzo criterio di valutazione la Commissione rileva che la cadenza analitica e il tempo per il primo risultato sono fondamentali nell'ottica di ottimizzazione dell'esecuzione dei test oggetto dell'appalto in ambito regionale.

I punteggi assegnati dalla Commissione e le relative motivazioni sono riportati nell'Allegato 1 al presente Verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Non avendo nessuno dei concorrenti conseguito un punteggio tecnico complessivo pari al massimo previsto dal Disciplinare di Gara (70 punti), la Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici assegnati secondo la formula indicata nel Disciplinare medesimo.

I punteggi complessivi riparametrati sono i seguenti:

- A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. Punti 70
- TOSOH BIOSCIENCE S.r.l. Punti 51,60
- BIO-RAD LABORATORIES S.r.l. Punti 47,64

Alle ore 15.15 il Presidente sospende la seduta e riconvoca la Commissione in data odierna alle ore 15.25 presso la sede dell'UOC CRAV in Passaggio Gaudenzio 1, Padova.

IL PRESIDENTE:

Klaus May, G. J. J. J.

I COMPONENTI:

David Lee

Young Gosses

Il Segretario verbalizzante

M. G.