



**GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE
E ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE
IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
DELL'IRCCS IOV E DI O.R.A.S DI MOTTA DI LIVENZA**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI da 1 a 50

QUESITO N. 1

Nel file Allegato 1_sez. 1 l'Azienda ULSS N. 5 Polesana, è indicata appartenente al Lotto N. 3. Da quanto è riportato nella documentazione di gara ed in particolare nell'Allegato B.4 Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati 17 "Importi a base d'asta", l'Azienda ULSS N. 5 Polesana è indicata appartenente al LOTTO 2. Si chiede di indicare il lotto di appartenenza.

Risposta al quesito n. 1

Si conferma che il lotto di appartenenza dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana è il lotto n. 2: viene ripubblicato l'Allegato 1_sez. 1 con la corretta indicazione (nome file: Allegato 1_sez. 1_con valori)

QUESITO N. 2

Con riferimento all'art.12 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che il ricorso ai costruttori, o a centri di assistenza autorizzati in esclusiva non è considerato subappalto, come confermato dal Consiglio di Stato (sent. n. 1661 del 3 marzo 2016, inerente la precedente normativa, che comunque è stata riproposta nella disciplina legislativa attualmente applicabile).

Risposta al quesito n. 2

Si conferma quanto previsto dalla normativa di riferimento.

QUESITO N. 3

Si chiede conferma che per l'Allegato A ai criteri di valutazione si intendano le tabelle riportate in coda all'Allegato B.5 "Criteri di Valutazione", in quanto l'Allegato A non è riportato nella documenta di gara.

Risposta al quesito n. 3

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N. 4

In merito ai paragrafi della relazione tecnica "MANUTENZIONE CORRETTIVA" e "MANUTENZIONE PREVENTIVA" si chiede di specificare cosa debba essere prodotto in merito al punto *"la congruità e completezza del piano operativo con riferimento allo schema di cui all'Allegato A ai Criteri di valutazione"*. In particolare si chiede se sia sufficiente inserire all'interno del progetto le tabelle debitamente compilate riportate in coda all'Allegato B.5 "Criteri di Valutazione"?

Sempre in merito al medesimo allegato, si chiede di chiarire se con l'acronimo DM si intenda Dispositivo Medico.

Risposta al quesito n.4

Le ditte dovranno compilare l'allegato A ai criteri di valutazione ed inoltre potranno aggiungere precisazioni/spiegazioni a supporto nella relazione tecnica.

QUESITO N. 5

Nelle tabelle riportate in coda all'Allegato B.5 "Criteri di Valutazione" si chiede di indicare:

- % degli interventi risolti dal personale dell'appaltatore
- % degli interventi risolti con ausilio di ditte esterne
- % di interventi con utilizzo di parti di cambio
- rapporto ricambi compatibili su ricambi originali

Al fine di fornire una risposta il più veritiera possibile, si chiede di fornire uno storico della tipologia e del numero dei guasti che si sono verificati negli ultimi due anni.

Risposta al quesito n. 5

Vedasi risposta al quesito n. 4

QUESITO N. 6

In merito all'Art. 6 del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità economico finanziaria", si chiede di specificare qual è il triennio di riferimento, se l'ultimo triennio con bilancio approvato alla data di

pubblicazione del bando di gara, o comunque il triennio antecedente la data di pubblicazione e quindi il 2016 2017 2018. Si fa presente che per il 2018 i bilanci definitivi non sono ancora stati depositati.

Risposta al quesito n. 6

Vedasi l'art. 6 del disciplinare come rettificato: in applicazione del favor participationis le ditte dovranno prendere a riferimento gli ultimi tre "esercizi", intesi come periodi amministrativi di durata ordinariamente annuale, coincidenti con l'anno solare.

QUESITO N. 7

Come riportato negli Artt. 6 e 13 del disciplinare i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Si chiede conferma che le mandanti debbano possedere la restante percentuale del requisito, indipendentemente dalla quota di partecipazione nell'RTI, fermo restando che il requisito debba essere soddisfatto nel suo complesso.

Risposta al quesito n. 7

Si conferma quanto previsto negli atti di gara.

QUESITO N. 8

All'interno dell'Allegato 17 nel file UDO_Facoltative-Base_asta Lotti 2 3 4 5 6 7 per quanto riguarda il Lotto 7 come importi annuali base d'asta IVA esclusa Totali sono riportati due importi differenti. Si chiede di specificare quale dei due importi sia quello corretto. Di conseguenza si chiede di confermare quale sia l'importo complessivo totale per il medesimo Lotto.

Risposta al quesito n. 8

In merito al lotto 7, relativamente alla UDO B7 – AB-INV il fabbisogno annuale indicato risulta pari a 0 e il valore unitario pari a 4 Euro, quindi, conseguenzialmente, l'importo annuale a base d'asta deve intendersi come pari a 0 e non a 4 euro (come indicato per mero errore materiale nell'allegato 17).

QUESITO N. 9

All'Art. 2 pagina 13 si chiede di predisporre una relazione tecnica descrittiva del servizio proposto di massimo 100 pagine. Si chiede di chiarire se siano da intendersi 100 pagine fronte e retro, quindi 200 facciate, oppure 100 facciate, quindi 50 pagine fronte e retro

Risposta al quesito n. 9

Si deve intendere massimo 100 facciate.

QUESITO N. 10

Con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria si chiede di specificare se il triennio di riferimento è quello relativo agli anni 2016,2017,2018 ovvero se si debba prendere in considerazione l'arco temporale compreso tra febbraio 2016 e gennaio 2019.

Risposta al quesito n. 10

Vedasi l'art. 6 del disciplinare come rettificato: in applicazione del favor participationis le ditte dovranno prendere a riferimento gli ultimi tre "esercizi", intesi come periodi amministrativi di durata ordinariamente annuale, coincidenti con l'anno solare.

QUESITO N. 11

Si chiede di confermare che il triennio di riferimento per la dimostrazione del fatturato specifico richiesto all'art. 6 – Requisiti di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di gara si riferisca al triennio 2016-2017-2018

Risposta al quesito n. 11

Vedasi l'art. 6 del disciplinare come rettificato: in applicazione del favor participationis le ditte dovranno prendere a riferimento gli ultimi tre "esercizi", intesi come periodi amministrativi di durata ordinariamente annuale, coincidenti con l'anno solare.

QUESITO 12

Si chiede conferma che la sezione C – parte IV del DGUE (riferita al possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale) non debba essere compilato, in quanto per la presente procedura di gara non è previsto il possesso (e relativa dimostrazione) di alcun requisito relativo alla capacità tecnico-professionale.

Risposta al quesito n. 12

Si conferma quanto previsto all'art. 6 del disciplinare di gara.

QUESITO 13

Si chiede conferma che in caso di ricorso al subappalto (indicazione della terna dei subappaltatori) gli stessi subappaltatori debbano generare il PassOE richiesto nel Disciplinare di gara selezionando sul sito dell'ANAC allo step "Selezionare il ruolo in gara" la forma di partecipazione "mandante in RTI (art.34, comma 1, lettera d), del D.lgs. 163/06" ed inserendo nel campo "Codice fiscale della Mandataria/Capogruppo" il Codice fiscale della società partecipante alla procedura.

Pertanto, ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI" ed il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

Risposta al quesito n. 13

Si rinvia a quanto previsto nelle istruzioni presenti nel sito dell'ANAC.

QUESITO 14

Si chiede di dettagliare le forme e modalità delle cauzioni definitive richieste in caso di aggiudicazione, in quanto tali informazioni non risultano presenti nella documentazione di gara.

Risposta al quesito n. 14

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito nella misura del 10% dell'importo contrattuale, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: vedasi l'art. 1 del disciplinare di gara, così come rettificato.

QUESITO 15

Si chiede di confermare che le seguenti voci da IMPUTARE A SISTEMA sulla piattaforma Sintel siano da indicare quali COSTI QUINQUENNALI:

- a. "costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", ovvero i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. "costi del personale", ovvero i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016.

Risposta al quesito n. 15

Si conferma quanto richiesto; si rinvia all'art. 2 del disciplinare di gara, così come rettificato

QUESITO N. 16

Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto 2 – ULSS 5 Polesana, si chiede di specificare presso quale Presidio Ospedaliero sono ubicati i locali messi a disposizione per la costituzione del laboratorio dell'aggiudicatario di cui è stata fornita la planimetria.

Risposta al quesito n. 16

I locali messi a disposizione si riferiscono all'Ospedale di Adria; non vi sono invece locali messi a disposizione negli ospedali di Rovigo e di Trecenta.

QUESITO N. 17

Con riferimento alla procedura in oggetto, essendo la stessa suddivisa in sette lotti territoriali e funzionali, si chiede se sia previsto un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico concorrente ovvero se un medesimo concorrente possa risultare aggiudicatario contemporaneamente di tutti e sette i lotti in gara.

Risposta al quesito n. 17

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

QUESITO N. 18

Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare ai requisiti di capacità economico finanziaria - Art. 6 - del disciplinare di gara si chiede conferma che per "triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara" sia da intendersi il triennio 2016 - 2017 - 2018.

Risposta al quesito n. 18

Vedasi l'art. 6 del disciplinare come rettificato: in applicazione del favor participationis le ditte dovranno prendere a riferimento gli ultimi tre "esercizi", intesi come periodi amministrativi di durata ordinariamente annuale, coincidenti con l'anno solare.

QUESITO N. 19

In merito ai requisiti di capacità economico finanziaria, come indicato all'art. 6 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se il triennio antecedente la pubblicazione del bando si riferisca al 2015-2016-2017 (esercizi finanziari fiscalmente chiusi).

Risposta al quesito n. 19

Vedasi l'art. 6 del disciplinare come rettificato: in applicazione del favor participationis le ditte dovranno prendere a riferimento gli ultimi tre "esercizi", intesi come periodi amministrativi di durata ordinariamente annuale, coincidenti con l'anno solare.

QUESITO N. 20

RIF. ART. 16 CAPITOLATO SPECIALE

Con riferimento alle Penali prescritte da Codesta Amministrazione, chiediamo conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

Risposta al quesito n. 20

Le penali verranno applicate nel rispetto della normativa di riferimento.

QUESITO N. 21

RIF. ART. 17 CAPITOLATO SPECIALE

Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia

Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell'articolo succitato.

Risposta al quesito n. 21

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO N. 22

Con riferimento al lotto 1 si evidenzia che i documenti pubblicati presentano alcune incongruenze che non consentono di compilare correttamente il modello di offerta economica, infatti:

- il contenuto dei file "01.UDO_Facoltative-Base_asta" e "02.UDO_Ezero" non coincide con i contenuti dei file "Allegato_17_IMPORTI_BASE_D'ASTA_UDO_Facoltative-Base_asta LOTTO 1" nè con il modello di offerta economica "Modello Offerta economica_lotto_1 2 3 4 5 6 7", con specifico riferimento alla ORAS DI MOTTA DI LIVENZA; non è chiaro se le attività UdO (da A8 a D2) e UDO E0 – LAT siano previste per la ORAS

in conseguenza alle incongruenze indicate, il totale risultante dal modello di offerta economica non corrisponde alla base d'asta del lotto 1.

Risposta al quesito n. 22

Nel file "UDO Facoltative base d'asta Lotto 1" alla voce B5.2 - GES.T-O-INT relativa a Oras Motta di Livenza il fabbisogno indicato è pari a 0: per mero errore materiale è stato calcolato un importo annuale base d'asta pari a 9.380 anziché 0. Si pubblica il file UDO Facoltative base d'asta Lotto 1 rettificato (nome file: All_17_UDO_Facoltative- base d'asta Lotto 1 rettificato).

Si precisa che in relazione alle UDO facoltative gli importi a base d'asta sono quelli unitari indicati nel file suddetto.

QUESITO N. 23

Nel file di gara compaiono oltre 800 righe relative ad apparecchiature sprovviste dell'indicazione della descrizione (campo "c_descrizione" vuoto), di cui 61 nel lotto1, 366 nel lotto 2, 68 nel lotto 3, 255 nel lotto 4, 32 nel lotto 5, 3 nel lotto 6, 58 nel lotto 7.

Si chiede di voler indicare la tipologia di tali apparecchiature, o in alternativa, di considerarle escluse dalla base d'asta ed eventualmente di poterle inserire secondo i meccanismi definiti nell'articolo 14 del Capitolato Speciale.

Si chiede cortesemente di voler pubblicare le singole valorizzazioni delle apparecchiature oggetto di gara, infatti è stato indicato il valore totale per classe tecnologica (per singolo ente), ma non il valore del singolo sistema.

In tal modo la gara appare indeterminata, non essendo evidente il peso specifico di ogni bene rispetto al parco tecnologico complessivo. Inoltre, in caso di partecipazione in ATI, la mancanza delle singole valorizzazioni non consente di pervenire a una corretta distribuzione delle quote di lavoro.

Risposta al quesito n. 23

Si pubblica il file denominato "Allegato1_sez_1_con valori" ricomprensivo, a puro titolo indicativo, le singole valorizzazioni delle apparecchiature oggetto di gara: si precisa che ai fini della redazione della offerta economica il dato da prendere a riferimento come base d'asta è rappresentato dai valori d'acquisto complessivi per gruppo tecnologico, come indicati nell'allegato 17 al disciplinare di gara.

Si precisa che, come riportato all'art. 11 del capitolato rettificato, il canone riferito al primo anno di esercizio contrattuale verrà calcolato prendendo a riferimento l'elenco delle AB consegnato dalle Aziende Sanitarie all'atto della stipula del contratto (fase A Art. 9). I valori delle singole apparecchiature appartenenti alla stessa tipologia tecnologica, ricomprese nei predetti elenchi, possono risultare anche sensibilmente diversi, essendo determinati da un'ampia variabilità di fattori (per es. per diversità di accessori acquistati, acquisti con garanzia full-risk inclusa, acquisti multipli rispetto al singolo acquisto, etc.); qualora il valore di una singola apparecchiatura risultasse essere inferiore di oltre il 20% rispetto alla media dei valori delle apparecchiature relativi al modello della AB (laddove possibile), o alla più stretta fascia tecnologica di riferimento, l'appaltatore potrà richiedere una rivalutazione della singola AB in contraddittorio con la stazione appaltante: al fine di individuare l'adeguato valore da imputare all'apparecchiatura si farà riferimento al costo di acquisto o, qualora non presente o inferiore alla media dei valori come sopra evidenziata, al valore di rinnovo per apparecchiatura biomedica simile per genere e prestazioni.

QUESITO N. 24

Si chiede di confermare che i servizi proposti per la "UdO D Servizi Ingegneristici e Formazione" non sono oggetto di valutazione tecnica. In caso contrario, si chiede di precisare dove tali servizi devono essere descritti all'interno della Relazione Tecnica, con indicazione del relativo criterio di valutazione.

Risposta al quesito n. 24

I servizi proposti per la UDO D Servizi Ingegneristici e Formazione, saranno oggetto di valutazione nel criterio n. 3 "Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio"

QUESITO N. 25

Si chiede cortesemente di fornire maggiori dettagli relativamente ai software che saranno oggetto dei servizi previsti dalla UdO A8 "Gestione Sw Medicali". In particolare, si richiede il dettaglio di Produttore, denominazione commerciale del prodotto ed attuale impiego all'interno delle Aziende che richiedono i servizi di cui alla suddetta UdO.

Risposta al quesito n. 25

I dati richiesti con il quesito sono parte dell'attività dell'UDO A8 che prevede di (...) "redigere l'inventario di tutti software oggetto della presente UdO(...) Tale attività consiste nell'effettuare un censimento dei SW medicali DM raccogliendo per ciascuno di essi tutte le informazioni e documenti necessari ai fini della mappatura ed inserimento all'interno del gestionale, documentazione che andrà ad integrare o costituire il libro macchina del SW.(...)".

QUESITO N. 26

Con riferimento all'allegato di gara denominato "UDO_EZero.pdf" si chiede di confermare che l'Azienda ORAS Motta di Livenza, non comparando all'interno degli elenchi, non richiede alcun servizio relativo alla Unità di Offerta "E" – Tarature, controlli metrici e convalide – LAT.

Risposta al quesito n. 26

Si confermano gli atti di gara

QUESITO N. 27

Si chiede di confermare che, relativamente alla Unità di Offerta “E” – Tarature, controlli metrici e convalide – LAT, solo l’Istituto Oncologico Veneto afferente al Lotto 5 richiede la taratura delle “pipette a volume variabile e fisse monocanale” e delle “pipette a volume variabile multicanale/dispenser”.

Risposta al quesito n. 27

Si confermano gli atti di gara.

QUESITO N. 28

In riferimento all’allegato “UDO_Facoltative-Base_asta LOTTO 1.pdf” si segnala che, relativamente alla UdO B5.2 – GES.T-O-INT per l’O.R.A.S. Motta di Livenza, a fronte di un servizio non richiesto (UDO richiesta: no; fabbisogno totale: zero) è stato quantificato un importo annuale a base d’asta pari a € 9.380,00 i.e.. Si chiede di chiarire se l’importo indicato debba essere considerato un refuso e, in tal caso, di ricalcolare l’importo a base d’asta per il Lotto 1.

Risposta al quesito n. 28

Vedasi risposta al quesito n. 22.

QUESITO N. 29

In riferimento all’allegato “Allegato1_sez1.xlsx” si chiede di confermare che le apparecchiature afferenti all’azienda sanitaria “505.AZIENDA ULSS N. 5 – POLESANA” sono da intendersi come afferenti al Lotto 2 e non, come riportato nel suddetto allegato, al Lotto 3.

Risposta al quesito n. 29

Si conferma che il lotto di appartenenza dell’Azienda Ulss n. 5 Polesana è il lotto n. 2 (viene ripubblicato il file Allegato 1_sez. 1 con la corretta indicazione).

QUESITO N. 30

In riferimento all’Allegato_1_sez1 nel quale viene riportato l’inventario analitico delle apparecchiature oggetto di gara con specifico riferimento alla relativa classe manutentiva (colonna D “classe_tec”) si fa notare come vi siano numerose differenze, più di 2.400, tra le classi manutentive ivi riportate e le classi manutentive definite nell’allegato “Allegato7_Tipologie_apparecchiature_incluse”. Si chiede pertanto conferma che la classificazione da considerare ai fini progettuali sia quella di cui all’Allegato 7 che specifica peraltro le tipologie di apparecchiature escluse dalla presente procedura e per le quali in allegato 1 vengono invece associate classi manutentive.

Risposta al quesito n. 30

Si conferma che la classificazione da considerare ai fini progettuali è quella dell'allegato 7. Si precisa che, ai fini della redazione della offerta economica, il dato da prendere a riferimento come base d'asta è rappresentato dai valori d'acquisto complessivi per gruppo tecnologico, come indicati nell'all. 17 al disciplinare di gara: il canone riferito al primo anno di esercizio contrattuale verrà calcolato prendendo a riferimento l'elenco delle AB consegnato dalle Aziende come precisato all'art. 11 del capitolato rettificato.

QUESITO N. 31

L'allegato alla documentazione di gara "Allegato7_Tipologie_apparecchiature_incluse.pdf" definisce la classe manutentiva associata a ciascuna tipologia di apparecchiatura, classe presente anche nell'Allegato_1_sez1. Si rileva che per alcune tipologie di apparecchiature è presente una classificazione doppia, introducendo un fattore di indeterminabilità relativamente all'identificazione della classe manutentiva associata. Si chiede pertanto di chiarire quale sia la classe manutentiva da associare a ciascuna classe elencata nella seguente tabella:

DESCRIZIONE Gruppo Allegato 7 Gruppo Allegato 1

- 1 APPARECCHIATURA PER DISSEZIONE IN AUTOPSIA D E
DISSEZIONE IN AUTOPSIA, APPARECCHIO PER E E
- 2 CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER OUT B
CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMI PER B B
- 3 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI MOLECOLARI OUT D
SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINO MOLECOLARI D D
- 4 SISTEMA RADIOGRAFICO POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA C B
SISTEMI RADIOGRAFICA POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA B B
- 5 SISTEMI CR MULTI-INPUT B A
SISTEMI CR ONE-INPUT B A
SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) A A

Risposta al quesito n. 31

Trattasi di meri errori materiali, viene ripubblicato il file Allegato7_Tipologie_apparecchiature_incluse con le corrette indicazioni.

QUESITO N. 32

Con riferimento all'art. 6 'Requisiti di capacità economico finanziaria' del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la comprova del possesso del fatturato minimo specifico, trattandosi di requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (e cioè appunto di capacità economico e finanziaria), può essere effettuata, in alternativa a quanto riportato nel detto articolo 6, mediante i mezzi di prova previsti nell'Allegato XVII, Parte I, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e cioè mediante la presentazione di estratti di bilancio (riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari depositati antecedentemente la pubblicazione del bando di gara) in cui è certificata apposita voce.

In caso di risposta negativa al quesito precedente, si chiede conferma che per 'triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara' si intende il periodo costituito dagli anni solari interi 2016-2017-2018, in

quanto i certificati di regolare esecuzione vengono rilasciati dai committenti riferendosi abitualmente agli anni solari interi.

Risposta al quesito n. 32

Si confermano gli atti di gara.

Vedasi risposta al quesito n. 10.

QUESITO N. 33

Con riferimento al punto 5) di pagina 9 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che trattasi di refuso l'indicazione relativa alla iscrizione alla Piattaforma CSAMED.

Risposta al quesito n. 33

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara

QUESITO N. 34

Con riferimento al punto 7) di pagina 9 del Disciplinare di gara, si chiede se gli eventuali subappaltatori, non essendo prevista dal sistema AvCPass una specifica voce, devono presentare un proprio PassOE generato in qualità di operatori economici monosoggettivi, oppure, seguendo le indicazioni ANAC, devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come Mandante in RTI. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

Risposta al quesito n. 34

Si rinvia a quanto previsto nelle istruzioni presenti nel sito dell'ANAC.

QUESITO N. 35

- a. Con riferimento al punto 8) di pagina 9 del Disciplinare di gara, si chiede se la marca da bollo da € 16,00 è da intendersi riferita a qualche documento in particolare della documentazione amministrativa, ed in tal caso si chiede di precisare quale, oppure se deve intendersi riferita all'offerta economica.
- b. Si chiede se per l'assolvimento del pagamento della marca da bollo è consentito l'utilizzo di un modello F23 da fornire in copia nella documentazione amministrativa.
- c. Si chiede conferma che l'impegno del fideiussore può essere contenuto nella cauzione provvisoria.
- d. Si chiede conferma che gli importi indicati nell'Allegato 'B.7 - Riepilogo oneri da DUVRI' sono da considerarsi: a) annui; b) NON ricompresi negli importi posti a base di gara; c) da riportarsi, con importo annuo, SOLO negli ALLEGATI B.3 (riportando € 0 -zero- nel corrispondente campo in Sintel).
- e. Poiché nell'apposito campo 'Offerta economica' nel sistema Sintel occorre riportare l'importo complessivo offerto quinquennale e nell'Allegato 'B.3 - Modello offerta economica' occorre riportare l'importo complessivo offerto sia annuale che quinquennale, si chiede conferma che trattasi di refuso la parte del punto B) – Prezzo, a pagina 25 del Disciplinare di gara, in cui viene attribuito il massimo punteggio alla ditta che offre il totale complessivo TRIENNALE, intendendosi in realtà ANNUALE.

- f. Nella tabella relativa all'organico di personale residente minimo richiesto per ciascuna Azienda, riportata all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è indicata l'azienda O.R.A.S. di Motta di Livenza. Si chiede se trattasi di refuso o se non è richiesta, per tale Azienda, una presenza minima di personale residente.

Risposta al quesito n. 35

- a. La marca da Bollo da € 16 si riferisce all'offerta.
- b. Il pagamento della marca da bollo è consentito con tutte le modalità previste dalla normativa di riferimento.
- c. L'impegno a costituire il deposito cauzionale definitivo può essere contenuto nella cauzione provvisoria.
- d. Gli importi indicati nell'Allegato 'B.7 - Riepilogo oneri da DUVRI' sono relativi alla durata contrattuale di 5 anni, NON ricompresi negli importi posti a base di gara; sono da riportare come importo relativo a 5 anni solo nell'allegato B.3 Offerta economica (vanno invece indicati come pari a 0 -zero- nel corrispondente campo in Sintel).
- e. Trattasi di errore materiale, vedasi il disciplinare di gara rettificato.
- f. Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

QUESITO N. 36

Con riferimento a quanto indicato a pagina 11 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che un RTI che intenda partecipare a più lotti possa, pur lasciando invariata la composizione soggettiva, variare le quote di partecipazione all'interno del medesimo RTI.

Risposta al quesito n. 36

E' consentita la possibilità di variazione delle quote di partecipazione tra i componenti del RTI per i vari lotti di gara: vedasi l'art. 2 del disciplinare rettificato .

QUESITO N. 37

Al fine di poter effettuare un'adeguata stima dei costi, anche nell'eventuale ipotesi di partecipazione in RTI, preso atto dell'indicazione del valore totale per classe tecnologica per singolo Ente, all'interno dello schema di offerta economica, si chiede cortesemente di conoscere altresì le valorizzazioni unitarie delle apparecchiature oggetto dell'appalto con particolare riguardo a quelle contenute nell'allegato 1.

Risposta al quesito n. 37

Vedasi la risposta al quesito n. 23

QUESITO N. 38

Si chiede di confermare che il valore a base d'asta del servizio opzionale del lotto 1 "B5.2 - GES.T-O-INT" relativamente all'ORAS di Motta di Livenza sia da considerarsi quello indicato nell'allegato 'UDO facoltative base d'asta lotto 1.pdf, in quanto nell'equivalente file xls modello offerta economica il fabbisogno è pari a zero. Con riferimento al lotto 1 si evidenzia infatti che i documenti pubblicati presentano alcune incongruenze che non consentono di compilare correttamente il modello di offerta economica: in

particolare il contenuto dei file 01.UDO_Facoltative-Base_asta e 02.UDO_Ezero non coincide con i contenuti dei file Allegato_17_IMPORTI_BASE_D'ASTA_UDO_Facoltative-Base_asta LOTTO 1 nè con il modello di offerta economica Modello Offerta economica_lotto_1 2 3 4 5 6 7, con specifico riferimento alla ORAS DI MOTTA DI LIVENZA; non è chiaro quindi se le attività UdO (da A8 a D2) e UDO E0 LAT siano previste per la ORAS in conseguenza alle incongruenze indicate, il totale risultante dal modello di offerta economica non corrisponde alla base d'asta del lotto 1.

Risposta al quesito n. 38

Vedasi la risposta al quesito n. 22

QUESITO N. 39

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato N. 01350/2019 (REG.PROV.COLL. N. 04863/2018), e di quanto previsto nel disciplinare di gara, in particolare laddove si precisa che l'operatore economico che intende partecipare a più lotti di gara è tenuto a presentarsi per i vari lotti nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI/Consorzi/GEIE/Reti sempre con la stessa composizione, pena l'esclusione da tutti i lotti di gara del soggetto stesso e del concorrente in forma associata in cui intende partecipare; si precisa quindi che: - l'operatore economico che intenda partecipare alla gara per un lotto singolarmente, non potrà partecipare alla gara per i restanti lotti in RTI/Consorzio/GEIE/RETI ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine; - l'operatore economico che intenda partecipare alla gara per un lotto in forma aggregata (RTI/Consorzio/GEIE/RETI ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine), non potrà partecipare alla gara per i restanti lotti in altro RTI/Consorzio/GEIE ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine, si chiede di confermare che: a) nel caso un Operatore Economico partecipi a più di un lotto, ovvero a tutti i lotti, in RTI sia esso costituendo o costituito, tale RTI dovrà avere la stessa compagine, le stesse qualifiche di Mandario e Mandanti e medesime percentuali di partecipazione per tutti i lotti per i quali intende presentare offerta; b) che non sussistano limiti di aggiudicazione dei singoli lotti alla presente procedura di gara da parte di un medesimo operatore economico concorrente, fino ad arrivare quindi alla possibilità di aggiudicazione di TUTTI i lotti al medesimo operatore economico, malgrado possa configurarsi il rischio di una evidente distorsione del mercato a vantaggio di un unico operatore, anche alla luce della durata prevista dell'appalto.

Risposta al quesito n. 39

Si confermano gli atti di gara: vedasi la risposta al quesito 36 e l'art. 2 del disciplinare rettificato.

QUESITO N. 40

Al fine di consentire la corretta predisposizione delle offerte e di garantire un veloce e trasparente avvio del contratto, senza il concreto rischio di eventuali controversie, si chiede di ripubblicare l'Allegato 1-sez.1 (sia di ORAS che dei restanti Enti) comprensivo delle valorizzazioni di ogni singolo bene in inventario che hanno portato alla definizione dei valori complessivi delle singole classi A-B-C-D-E e delle conseguenti basi d'asta UDO A0-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7.

Risposta al quesito n. 40

Vedasi risposta a quesito 23

QUESITO N. 41

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto risultano presenti 4 apparecchi portatili per radioscopia digitali in classe "B", tuttavia tale tipologia di apparecchiature, secondo quanto riportato nell'Allegato 7 al Capitolato Speciale d'Appalto, risulta esclusa (Gruppo OUT).

Denominazione azienda Sanitaria	Lotto	classe_tec	civab	c_descrizione	inventario	Fabbricante	nome_commerciale	anno_acquisto	struttura_ubicazione	unita_operativa
502.AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA	1	B	PRD	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	088138	ZIEHM IMAGING GMBH	VISION RFD	15/12/2008	P.O. DI CONEGLIANO	NUOVO BLOCCO OPERATORIO
508.AZIENDA ULSS N. 8 - BERICA	4	B	PRD	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	15600	ZIEHM IMAGING GMBH	VISION RFD	2011	OSPEDALE DI VICENZA	UROLOGIA OSP.VI
508.AZIENDA ULSS N. 8 - BERICA	4	B	PRD	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	19852	ZIEHM IMAGING GMBH	VISION FD	2014	OSPEDALE DI VICENZA	SALA OPERATORIA
901.AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	5	B	PRD	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	897367	ZIEHM GMBH	VISION FD VARIO 3D	2010	Azienda Ospedaliera Padova	NEUROCH.SR OPERATORIO

Si chiede di correggere la classe associata a suddette apparecchiature indicandone il relativo valore

Risposta al quesito n. 41

I quattro portatili di radioscopia segnalati, essendo digitali, sono del Gruppo OUT e non B come erroneamente riportato.

QUESITO N. 42

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto risultano presenti 2 mammografi digitali in classe "B", tuttavia tale tipologia di apparecchiature, secondo quanto riportato nell'Allegato 7 al Capitolato Speciale d'Appalto, risulta esclusa (Gruppo OUT).

Denominazione azienda Sanitaria	Lotto	classe_tec	c_cnd	civab	c_descrizione	inventario	Fabbricante	nome_commerciale	anno_acquisto	struttura_ubicazione	unita_operativa
912.AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	6	B	Z11030202	MAG	MAMMOGRAFO, MAMMOGRAFO CONVENZIONALI, MAMMOGRAFO DIGITALI	03000023336	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MAMMO DIAGNOST DR		BORGO TRENTO	MODULO DI ATTIVITA' DIAGNOSTICA RADIOLOGIA E
912.AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	6	B	Z11030202	MAG	MAMMOGRAFO, MAMMOGRAFO CONVENZIONALI, MAMMOGRAFO DIGITALI	03000029890	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MAMMO DIAGNOST DR		BORGO ROMA	MODULO DI ATTIVITA' DIAGNOSTICA RADIOLOGIA

Si chiede di correggere la classe associata a suddette apparecchiature indicandone il relativo valore.

Risposta al quesito n. 42

Le apparecchiature essendo digitali, sono del Gruppo OUT e non B come erroneamente riportato.

QUESITO N. 43

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto risulta presente 1 tavolo telecomandato digitale in classe "B", tuttavia tale tipologia di apparecchiature, secondo quanto riportato nell'Allegato 7 al Capitolato Speciale d'Appalto, risulta esclusa (Gruppo OUT).

Denominazione azienda	Lotto	classe_tec	c_cnd	civ ab	c_descrizione	inventario	Fabbricante	nome_commerciale	anno_acquisto	struttura_ubicazione	unita_operativa
901.AZIENDA			Z11030		TAVOLO TELECOMANDATO ,TAVOLI TELECOMANDATO CONVENZIONALI,TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALI,TAVOLI		SIEMEN	AXIOM	28/10/200	Azienda	RADIOLOGI
OSPEDALIERA	5	B	704	TTE	TELECOMANDATO CON ARCO POLIFUNZIONALE CONVENZIONALE, TAVOLI TELECOMANDATO CON ARCO POLIFUNZIONALE DIGITALE	890707	SAG	LUMINOS DRF	8	Ospedaliera Padova	A 1 C/O PRONTO SOCC.

Risposta al quesito n. 43

L'apparecchiatura essendo digitale, è del Gruppo OUT e non B come erroneamente riportato.

QUESITO N. 44

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto sono presenti 4 apparecchiature classificate come Mammografi ma che da nome commerciale, fabbricante ed ubicazione non risultano essere mammografi

Denominazione azienda Sanitaria	Lotto	classe_tec	c_cnd	civ ab	c_descrizione	inventario	Fabbricante	nome_commerciale	anno_acquisto	struttura_ubicazione
901.AZIENDA			Z11030	MA	MAMMOGRAFO.MAMMOGRAFO		ZIMMER BIOMET	MANIPOLO	24/07/201	CALIA
A ULSS N. 5	3	B				317068				OPERATORIA

- POLESANA			202	G	CONVENZIONALI,MAMM OGRAFO DIGITALI		ITALIA SRL	MOTORIZZATO	5	ORTOPEDIA
505.AZIEND A ULSS N. 5 - POLESANA	3	B	Z11030 202	MA G	MAMMOGRAFO.MAMM OGRAFO CONVENZIONALI,MAMM OGRAFO DIGITALI	317069	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MANIPOLO MOTORIZZATO	24/07/201 5	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA
505.AZIEND A ULSS N. 5 - POLESANA	3	B	Z11030 202	MA G	MAMMOGRAFO.MAMM OGRAFO CONVENZIONALI,MAMM OGRAFO DIGITALI	317070	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MANIPOLO MOTORIZZATO	24/07/201 5	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA
505.AZIEND A ULSS N. 5 - POLESANA	3	B	Z11030 202	MA G	MAMMOGRAFO.MAMM OGRAFO CONVENZIONALI,MAMM OGRAFO DIGITALI	207440	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MANIPOLO PNEUMATICO RODAL 1000 RM	08/02/200 2	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA

Si chiede di volere correggere i dati inventariali forniti indicando il valore dei singoli beni.

Risposta al quesito n. 44

Trattasi di manipoli motorizzati per chirurgia ortopedica che devono considerarsi in classe C come riportato nell'allegato 7 e non in classe B come erroneamente indicato nell'all 1 Sez 1.

QUESITO N. 45

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto sono presenti 453 apparecchiature della ULSS 5 Polesana per cui non è possibile stabilire il Presidio di ubicazione. Al fine di consentire un'analisi corretta e

completa dell'inventario di gara si chiede di indicare a quale Presidio Ospedaliero afferiscono le seguenti ubicazioni indicate nel suddetto allegato:

Denominazione azienda Sanitaria	struttura ubicazione	unita operativa
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMB.ORT.C/O P.SOCCORSO - SALA GESSI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMB.OSTETRICO-GINECOLOGICO	AMB.OSTETRICO-GINECOLOGICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO CARDIOLOGICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO CARDIOLOGICO	AMBULATORIO CARDIOLOGICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO CHIRURGICO	AMBULATORIO CHIRURGICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO DERMATOLOGICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO NEUROLOGICO	AMBULATORIO NEUROLOGICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO O.R.L.	
Denominazione azienda Sanitaria	struttura ubicazione	unita operativa
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO O.R.L.	AMBULATORIO O.R.L.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO OCULISTICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO OCULISTICO	AMBULATORIO OCULISTICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO ORTOPEDICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO OSTETRICO-GINECOLOGICO	AMBULATORIO OSTETRICO-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO PNEUMOLOGICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO REPARTO ORL	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO URGENZE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO URGENZE	AMBULATORIO URGENZE
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	AMBULATORIO UROLOGICO	AMBULATORIO UROLOGICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOLOG.-COSTI COMUNI-	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOLOG.-COSTI COMUNI-COM	ANATOMIA PATOLOG.-COSTI UNI-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOL.IMMUNOISTOCHIMICA E	ANATOMIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOL.SALA ANATOMICA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOLOGICA ISTOLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ANATOMIA PATOLOGICA ISTOLOGIA	ANATOMIA PATOLOGICA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	CENTRO FECONDAZIONE ASS.-T-C.BIOL.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	CENTRO FECONDAZIONE ASS.-T-C.BIOL.	CENTRO FECONDAZIONE ASS.-T-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	CHIRURGIA GEN.TR AMB.UROCOLONSTOM.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	CHIRURGICO SPECIALISTICO DEGENZA	CHIRURGICO SPECIALISTICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DAY HOSPITAL GERIATRICO	DAY HOSPITAL GERIATRICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DAY HOSPITAL OCULISTICO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DAY HOSPITAL OCULISTICO	DAY HOSPITAL OCULISTICO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DAY HOSPITAL UROLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA CHIRURGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA DERMATOLOGIA	DEGENZA DERMATOLOGIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA O.R.L.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA OCULISTICA/DAY HOSPITAL	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA OCULISTICA/DAY HOSPITAL	DEGENZA OCULISTICA/DAY
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DEGENZA OSTETRICA-GINECOLOGIA	DEGENZA OSTETRICA-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SERVIZIO PREVENZIONE E
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SERVIZIO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZ.MALATTIE INFETT.-COSTI COMUNI	DIREZ.MALATTIE INFETT.-COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE CENT.TRASF.COSTI COMUNI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE CENT.TRASF.COSTI COMUNI	DIREZIONE CENT.TRASF.COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE DERMATOLOGIA-COSTI COMUNI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE DERMATOLOGIA-COSTI COMUNI	DIREZIONE DERMATOLOGIA-COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE MICROBIOLOGIA-COSTI COMUN	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE MICROBIOLOGIA-COSTI COMUN	DIREZIONE MICROBIOLOGIA-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE NEUROCHIRURGIA-COSTI COM.	DIREZIONE NEUROCHIRURGIA-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE O.R.L.-COSTI COMUNI	DIREZIONE O.R.L.-COSTI COMUNI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE OCULISTICA COSTI COMUNI	DIREZIONE OCULISTICA COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE ORTOPEDIA C.C.	
Denominazione azienda Sanitaria	struttura ubicazione	unita operativa
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	DIREZIONE PNEUMOLOGIA-COSTI COMUNI	DIREZIONE PNEUMOLOGIA-COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA	EMODINAMICA ED

505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	ENDOSCOPIA RESPIRATORIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	FARMACIA INTERNA-COSTI COMUNI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	FARMACIA INTERNA-COSTI COMUNI	FARMACIA INTERNA-COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	FISICA SAN.DIAGNOST.CLINICA STRUM.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	FISICA SAN.DIAGNOST.CLINICA STRUM.	FISICA SAN.DIAGNOST.CLINICA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	GRUPPO OPERATORIO	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO ANALISI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO ANALISI	LABORATORIO ANALISI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO ANALISI C.C.	LABORATORIO ANALISI C.C.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO ANALISI DIREZIONE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO C.TRASFUSIONALE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO C.TRASFUSIONALE	LABORATORIO C.TRASFUSIONALE
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	LABORATORIO MICROBIOLOGIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO MICROCITEMIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	LABORATORIO MICROCITEMIA	LABORATORIO MICROCITEMIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MAGAZZINO EX OSPEDALE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MAGAZZINO EX OSPEDALE	MAGAZZINO EX OSPEDALE
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MAGAZZINO REPARTO PNEUMOLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MAGAZZINO SERVIZIO ECONOMALE	MAGAZZINO SERVIZIO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MALATTIE RICAMBIO - DEPOSITO -	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MALATTIE RICAMBIO RO ATT. AMBUL.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MALATTIE RICAMBIO RO ATT. AMBUL.	MALATTIE RICAMBIO RO ATT.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MEDICINA NUCLEARE COSTI COMUNI	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	MEDICINA NUCLEARE COSTI COMUNI	MEDICINA NUCLEARE COSTI
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	NEFROLOGIA-EMODIALISI C/C	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	NEFROLOGIA-EMODIALISI C/C	NEFROLOGIA-EMODIALISI C/C
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA TR ATTIVITA'	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA TR
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	OSTEOPOROSI DAY HOSPITAL - AMBULAT	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	OSTETRIC.GINECOLOG.TR SALA OPERATOR	OSTETRIC.GINECOLOG.TR SALA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	PRONTO SOCCORSO/AMBULATORI	PRONTO
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	RADIOLOGIA - MAMMOGRAFIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	RADIOTERAPIA BUNKER	RADIOTERAPIA BUNKER
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	RADIOTERAPIA ONCOL. SEZIONE CURE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA CHIRURGIA	SALA OPERATORIA CHIRURGIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA NEUROCHIRURGIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA NEUROCHIRURGIA	SALA OPERATORIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA O.R.L.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA O.R.L.	SALA OPERATORIA O.R.L.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA OCULISTICA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA OCULISTICA	SALA OPERATORIA OCULISTICA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA ODONTOSTOMAT.CH.M.F	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA OSTETRICA E GINEC.	
Denominazione azienda Sanitaria	struttura ubicazione	unita operativa
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SALA OPERATORIA OSTETRICA E GINEC.	SALA OPERATORIA OSTETRICA E
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	SEZIONE BIOMEDICA GAS MEDICALI .*.*.*	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	TERAPIA ANTALGICA AMB.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	TERAPIA ANTALGICA AMB.	TERAPIA ANTALGICA AMB.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	TERAPIA INTENSIVA-RIANIMAZIONE	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	TERAPIA INTENSIVA-RIANIMAZIONE	TERAPIA INTENSIVA-
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	U.T.I.C.	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	U.T.I.C.	U.T.I.C.
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	UNITA' VALUTAZIONE GERIATRICA	
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	UNITA' VALUTAZIONE GERIATRICA	UNITA' VALUTAZIONE GERIATRICA

Risposta al quesito n. 45

Le apparecchiature si riferiscono al Distretto di Rovigo dell'Azienda Ulss 5 Polesana.

QUESITO N. 46

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto sono presenti 798 apparecchiature dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per le quali non è indicata alcuna ubicazione. Al fine di consentire un'analisi corretta e completa dell'inventario di gara si chiede di indicare le ubicazioni mancanti.

Risposta al quesito n. 46

Vedasi Allegato 1-sez.1 rettificato (nome file Allegato1_sez1_con valori).

QUESITO N. 47

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto vi sono 122 apparecchiature per cui è riportato il codice

civab "zzz" e la seguente descrizione:

zzz

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA NEONATALE, APP. PER,ANALIZZATORE VAPORE ACQUEO,ASPIRATORE PER PURIFICAZIONE ARIA AMBIENTALE,BALISTOCARDIOGRAFO,BILANCIA PER SALME,CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME,CONGELATORE PER PLASMA,CONTROLLO INFUSIONE PER ANESTESIA ENDOVENOSA, SISTEMI DI,CRIOMETRO,DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE,DISSEZIONE IN AUTOPSIA, APPARECCHIO PER,ELETTROCONDUTTRICI DEL CUORE MEDIANTE ELETTRODI,ELIMINATORE VENE, SISTEMI PER,ENDOSCOPIO PER INDAGINO AVANZATE,ENTEROSCOPIA A PALLONCINO, SISTEMI PER,ERITROCITOMETRO,FORNETTO PER MEZZI DI CONTRASTO,FOTOMETROA, APPARECCHIO PER,IDROCOLLATORE,INFUSORE A PRESSIONE,INSUFFLATORE OTOCOLARICO,IRRIGATORE PER ASPIRAZIONE OVOCITARIA,ISOLATORE PER FARMACI,ISTEROMETRO,LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI,LETTORE PRODOTTIFINALI AMPLIFICAZIONE,LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL,LITOMETRO,LOMBOSCOPIO,MICROFILMATORE PER BIOIMMAGINI,MICROTOMO AD ULTRASUONI,MISURA DELLA PRESSIONE ESERCITATA DA UN BENDAGGIO, SISTEMI PER,
Si chiede di indicare la tipologia corretta delle apparecchiature in questione e la relativa classe tecnologica associata.

Risposta al quesito n. 41

Si rinvia ai dati presenti nell'allegato 1-sez.1 ad es. Fabbricante, nome commerciale, anno acquisto.

QUESITO N. 42

Nell'Allegato 1-sez.1 al Capitolato Speciale d'Appalto vi sono 818 apparecchiature per cui non è presente il codice CND, non è riportata alcuna descrizione ed il codice civab non è un codice civab ufficiale e pertanto non è rilevabile dal codice la descrizione tipologica mancante. Si riporta di seguito un riassuntivo dei codici e degli enti in cui tali codici sono riportati:

ENTE/CIVAB	Q.TA' CIVAB
------------	-------------

501.AZIENDA ULSS N. 1 - DOLOMITI	10
NEB	7
SVI	1
VPR	2
502.AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA	52
150	3
ENTE/CIVAB	Q.TA' CIVAB
167	1
198	9
287	1
330	3
332	1
341	1
343	1
388	3
402	3
422	1
504	1
546	1
548	6
636	3
693	1
695	3
717	1
793	1
A20	2
N_C	1
N_D	2
N_E	3
503.AZIENDA ULSS N. 3 - SERENISSIMA	347
1PM	6
1SM	4
4FD	23
5AL	1
5FC	1
5LP	3
5UV	3
arr	2
CAF	4
FBL	5
FUS	2
MOD	11
MPM	53
N_C	18
N_D	27

N_E	172
SCT	1
SDB	1
TUR	6
VID	4
504.AZIENDA ULSS N. 4 - VENETO ORIENTALE	15
N_E	15
ENTE/CIVAB	Q.TA' CIVAB
505.AZIENDA ULSS N. 5 - POLESANA	47
1MN	3
5CY	1
AIM	4
ATV	1
CAF	5
CCT	1
CTG	1
DE0	2
N_E	16
SAZ	2
SCT	1
TAT	1
VLC	3
VTA	6
506.AZIENDA ULSS N. 6 - EUGANEA	2
AGS	1
N_E	1
507.AZIENDA ULSS N. 7 - PEDEMONTANA	87
	1
&FA	1
&TR	1
AUO	6
BPP	3
EBM	1
N_C	1
N_D	2
N_E	68
PAA	1
Z12	2
508.AZIENDA ULSS N. 8 - BERICA	166
arr	3
LDE	1
MBE	1
N_B	3
N_C	4
N_D	16

N_E	124
SCT	3
SER	8
SPE	1
TRA	1
VRI	1
509.AZIENDA ULSS N. 9 - SCALIGERA	58
&EN	9
ENTE/CIVAB	Q.TA' CIVAB
N_B	2
N_E	47
901.AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	18
LLP	1
MPI	1
N_C	2
N_D	6
SVI	2
TLC	3
VID	2
ZAW	1
912.AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	3
N_E	3
952.ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	5
BAL	1
N_E	3
TLC	1
ORAS - MOTTA DI LIVENZA	8
LTD	8
Totale complessivo	818

Si chiede di indicare la tipologia delle apparecchiature in questione.

Risposta al quesito n. 42

Si rinvia ai dati presenti nell'allegato 1-sez.1 ad es. Fabbricante, nome commerciale, anno acquisto.

QUESITO N. 43

Premesso che:

- L'Articolo 6 - Organizzazione risorse umane e soluzioni logistiche del CSA prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario della "clausola sociale".
- Il CSA richiede l'impiego di 131 figure professionali per i 7 lotti.
- Attualmente sono impiegate 107 persone (cfr. ALLEGATO_18_Elenco personale impiegato dalle ditte che attualmente gestiscono il servizio).

Stante che:

- il personale che le ditte partecipanti offriranno verosimilmente non sarà nell'attuale disponibilità delle stesse (si tratterebbe di avere la disponibilità di 131 persone in esubero), fatta eccezione che per le Ditte attualmente presenti presso le Aziende dei Lotti
- il personale delle Ditte attualmente presenti presso le Aziende dei Lotti coincide con quello soggetto alla clausola sociale (107 persone – cfr. ALLEGATO_18_Elenco personale impiegato dalle ditte che attualmente gestiscono il servizio)
- in caso di applicazione della clausola sociale ogni aggiudicatario impiegherà per il servizio il medesimo personale, assorbito dal precedente fornitore del servizio e per il quale non sono disponibili dati in merito alle competenze tecniche e professionali
- il Disciplinare di gara prevede di sviluppare i seguenti argomenti oggetto di valutazione tecnica (12 punti/70 punti)

Professionalità del personale sia residente sia non residente messo a disposizione; a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere descritti:

§ corsi di formazione svolti inerenti l'attività dell'appalto

§ certificazioni di capacità tecnica possedute

§ competenze professionali maturate in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto

§ esperienza tecnica specialistica in ambiti tecnologici specifici (ad es. per produttore o per settore tecnico/merceologico)

- quanto richiesto dal Disciplinare di gara ed indicato al precedente punto è riportato a solo "titolo esemplificativo"

- quanto richiesto dal Disciplinare di gara e riportato al precedente non può essere soddisfatto dalle ditte partecipanti tramite una proposta veritiera del personale che verrà realmente impiegato presso l'appalto

Si chiede, a fronte di quanto sopra esposto, di esplicitare i criteri che verranno adottati per la valutazione della "Professionalità del personale sia residente sia non residente messo a disposizione"

Risposta al quesito n. 43

In relazione al criterio "Professionalità del personale sia residente sia non residente messo a disposizione", considerata l'applicazione della clausola sociale, verranno presi a riferimento i corsi di formazione inerenti l'attività dell'appalto, le certificazioni di capacità tecnica possedute, le competenze professionali maturate in attività analoghe e l'esperienza tecnica specialistica in ambiti tecnologici specifici a quelli oggetto dell'appalto del personale ulteriore rispetto a quello già operativo nei servizi, sia residente sia non residente, che verrà messo a disposizione dalla ditta, nonché dei corsi di formazione e delle certificazioni che la ditta si impegna a far acquisire al personale già operante durante la fase di start up - avvio a regime del servizio.

QUESITO N. 44

L'Allegato B.5 – Criteri di valutazione del Disciplinare di Gara riporta le seguenti tabelle A, richiamate all'interno della griglia di valutazione dell'offerta tecnica del medesimo allegato:

Manutenzioni correttive

	Gruppo A (Altissima tecnologia)	Gruppo B (Alta tecnologia)	Gruppo C (Medio-alta tecnologia)	Gruppo D (Media tecnologia)	Gruppo E (Bassa tecnologia)
% degli interventi risolti dal personale					
% degli interventi risolti con ausilio di ditte esterne					

% di interventi con utilizzo di parti di					
rapporto ricambi compatibili su ricambi					
rapporto DM compatibili su DM originali (% sul numero di acquisto)					
elenco dei DM originali e compatibili					

Manutenzioni preventive/programmate

	Gruppo A (Altissima tecnologia)	Gruppo B (Alta tecnologia)	Gruppo C (Medio-alta tecnologia)	Gruppo D (Media tecnologia)	Gruppo E (Bassa tecnologia)
% delle attività risolte dal personale					
% delle attività con ausilio di ditte esterne					
% di attività con utilizzo di parti di cambio o materiali soggetti ad usura					
rapporto ricambi o materiali soggetti ad usura compatibili su ricambi originali (% sul numero di acquisto)					
rapporto DM compatibili su DM originali (% sul numero di acquisto)					
elenco dei DM originali e compatibili					

- Relativamente a “% di attività con utilizzo di parti di ricambio o materiali soggetti ad usura” della tabella “Manutenzioni preventive/programmate” si segnala come tale parametro risulti indipendente dalle competenze e dalle capacità dell’Offerente e di difficile valutazione. Si chiede pertanto di confermare che, al fine di rispondere a quanto richiesto, sia corretto e sufficiente indicare le logiche applicate dall’offerente per l’impiego dei ricambi e/o dei materiali soggetti ad usura.
- Si chiede di confermare che per “DM” in caso di Manutenzioni correttive si intendano “materiali soggetti ad usura e materiali consumabili”, ed in caso di Manutenzioni preventive/programmate si intendano “materiali consumabili”.
- Relativamente all’ “elenco dei DM originali e compatibili (rimando a file elenco)” richiesto in entrambe le tabelle si segnala come risulti oltremodo complesso produrre, e conseguentemente valutare, quanto richiesto, considerando che i 7 lotti comprendono oltre 79.000 apparecchiature. Si chiede pertanto di confermare che, al fine di rispondere a quanto richiesto, sia corretto e sufficiente indicare quali materiali consumabili e soggetti ad usura verranno forniti originali e quali compatibili tra quelli elencati agli allegati 9 e 10 al CSA.

Risposta al quesito n. 44

Per la compilazione delle citate tabelle, l’offerente dovrà inserire i dati derivanti dalla propria esperienza, calcolati in base statistica da servizi analoghi a quelli dell’appalto, realizzati secondo la propria organizzazione, competenza e capacità operativa.

Si sottolinea come il singolo valore richiesto nelle tabelle, può non avere un significativo riscontro ai fini della valutazione, mentre tutti i dati richiesti nelle tabelle nel loro complesso saranno analizzati per

determinare la congruità complessiva del progetto proposto alla luce degli elementi che serviranno per valutare i criteri 1, 2 e 3.

Si precisa che per "DM" si intendano "materiali soggetti ad usura e materiali consumabili", sia in caso di Manutenzioni correttive che in caso di Manutenzioni preventive/programmate.

Si conferma che, al fine di rispondere a quanto richiesto, è corretto e sufficiente indicare quali materiali consumabili e soggetti ad usura verranno forniti originali e quali compatibili tra quelli elencati agli allegati 9 e 10 al CSA.

QUESITO N. 45

Con riferimento alla procedura in oggetto, si inoltra la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che l'Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario richiesto all'art. 4 del Disciplinare di gara possa essere contenuto e riportato come parte integrante nel testo della Garanzia Provvisoria

Risposta al quesito n. 45

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N. 46

Si chiede conferma che la procedura di gara non preveda limiti di aggiudicazione dei lotti ad un singolo operatore economico e che tale operatore economico deve presentarsi sempre nella medesima forma così come indicato nel disciplinare di gara: "...L'operatore economico che intende partecipare a più lotti di gara è tenuto a presentarsi per i vari lotti nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI/Consorzi/GEIE/Reti sempre con la stessa composizione, pena l'esclusione da tutti i lotti di gara del soggetto stesso e del concorrente in forma associata in cui intende partecipare; si precisa quindi che:

- l'operatore economico che intenda partecipare alla gara per un lotto singolarmente, non potrà partecipare alla gara per i restanti lotti in RTI/Consorzio/GEIE/RETI ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine;
- l'operatore economico che intenda partecipare alla gara per un lotto in forma aggregata (RTI/Consorzio/GEIE/RETI ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine), non potrà partecipare alla gara per i restanti lotti in altro RTI/Consorzio/GEIE ecc, indipendentemente dal suo ruolo all'interno della compagine".

Se confermato segnaliamo che tale procedura andrebbe nella direzione opposta rispetto alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.01250/2019 (REG.PROV.COLL. N. 04863/2018) che in merito alla "tutela della concorrenza impone una ragionevole e proporzionata determinazione dell'oggetto e della tipologia delle prestazioni". "...L'articolazione ragionevole di un appalto in lotti diversi è infatti finalizzata proprio ad assicurare la tutela della concorrenza e della non discriminazione tra i contendenti, e cioè di finalità di eminente interesse pubblico,.." e quindi si "potrebbe determinare una evidente distorsione del mercato a vantaggio di un unico operatore, anche alla luce della durata prevista dell'appalto".

Risposta al quesito n. 45

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

Si precisa che è consentita la possibilità di variazione delle quote di partecipazione tra i componenti del RTI per i vari lotti di gara: vedasi l'art. 2 del disciplinare rettificato .

QUESITO N. 46

Con riferimento al criterio di valutazione 3B relativo alle professionalità del personale sia residente sia non residente messo a disposizione di cui all'Allegato B. 5 Criteri di Valutazione", in ragione della clausola sociale di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, che disciplina che nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per la Ditta Aggiudicataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, si chiede cortesemente di specificare se le certificazioni di capacità tecniche possedute, le competenze professionali maturate in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto e la esperienza tecnica specialistica in ambiti tecnologici specifici (ad es. per produttore o per settore tecnico/merceologico) si debbano intendere applicabili solamente al personale aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 18.

Con riferimento ai requisiti professionali di minima specificati all'art. 6 organizzazione risorse umane e soluzioni logistiche del Capitolato, si chiede cortesemente di confermare che il personale attualmente impiegato riportato nello Allegato 18 "Elenco personale impiegato dalla ditte che attualmente gestiscono il servizio" sia in possesso di tali requisiti

Risposta al quesito n. 46

Vedasi la risposta al quesito n. 43.

QUESITO N. 47

Con riferimento al personale attualmente impiegato riportato nello Allegato 18 "Elenco personale impiegato dalla ditte che attualmente gestiscono il servizio", si chiede cortesemente di specificare per ciascuna risorsa: La qualifica (laddove sia riportata genericamente quella di impiegato), La retribuzione lorda annua, unitamente ad anni di esperienza, ed eventuali superminimi.

Risposta al quesito n. 47

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

QUESITO N. 48

Con riferimento al criterio di valutazione 2A relativo alla Manutenzione correttiva e 2B relativo alla Manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali/di qualità di cui all'Allegato B. 5 Criteri di Valutazione, si chiede cortesemente di confermare che l'Allegato A ivi citato sia costituito dall'ultima pagina dello stesso (tabelle "Manutenzioni correttive" e "Manutenzioni preventive/programmate")

Risposta al quesito n. 48

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N. 49

Con riferimento alla Relazione tecnica descrittiva del servizio prestato, si chiede cortesemente di specificare se e dove vadano descritti i servizi delle unità di offerta B, E (per i quali è richiesta solamente la descrizione dell'organizzazione dei servizi) e D.

Risposta al quesito n.49

Le ditte dovranno descrivere le UDO nei paragrafi della relazione maggiormente pertinenti.

QUESITO N. 50

Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria (art. 6 del Disciplinare di gara), si chiede conferma che con la dicitura "Aziende sanitarie pubbliche e/o private" debbano intendersi oltre alle Aziende Sanitarie propriamente dette anche le Aziende Ospedaliere e tutti gli Enti Sanitari facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale (quali a titolo esemplificativo IRCCS, IZS, ecc.). Si chiede altresì conferma che il requisito anzidetto possa essere soddisfatto con servizi resi in regime di subappalto/subaffidamento a favore di Enti Sanitari pubblici e/o privati.

Risposta al quesito n.50

La dicitura "Aziende sanitarie pubbliche e/o private" va interpretata nel rispetto del principio di favor participationis, ricomprendendo anche le Aziende Ospedaliere e gli enti Sanitari facenti parte del SSN.