
Protocollo 0485/2019

Spett.le

AZIENDA ZERO – REGIONE VENETO

Passaggio L. Gaudenzio n. 1

35131 PADOVA

OGGETTO: Avviso di Consultazione preliminare di mercato per la Procedura aperta per infusione accessi vascolari in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto. **OSSERVAZIONI.**

In riferimento alla bozza di capitolato siamo a segnalare che (come espresso e descritto correttamente al lotto 18 dei MIDLINE) che non venga richiesto, per i lotti PICC/PORT 19/20/21/22/26, le pressioni massime tollerate le quali poi potrebbero determinare giudizi maggiormente favorevoli ad aziende che possiedono pressioni di tolleranza molto alte, ininfluenti però ad un corretto utilizzo di somministrazione dello stesso mezzo di contrasto che avviene invece a pressioni relativamente basse, chiediamo che venga solo richiesta la dichiarazione che siano POWER INJECTABLE.

Per il Lotto 27 alle caratteristiche tecniche già presenti nella bozza di capitolato siamo a richiedere che siano integrate, richiedendo che il dispositivo sia completamente trasparente, presenti chiusura ermetica anche laterale, Flusso minimo 180ml/min. , inoltre il prodotto deve essere provvisto di documentazione e relazioni dove si evidenziano Test di attivazione con almeno 700 attivazioni, Test di compatibilità con almeno 5 farmaci, Test microbiologico in vitro per almeno 7 giorni e non dichiarazioni ma Relazioni esterne di supporto.

Si chiede che venga inserito un lotto di cateteri venosi periferici Mini Midline Power in materiale biocompatibile <30GG da 3 e 4FR di lunghezza di 10 cm circa preferibilmente con kit procedurale composto almeno da gel e guaina copri sonda.

Si chiede che venga inserito un lotto di kit procedurali per il posizionamento di Picc e Midline, Bed Side per garantire la sterilità della manovra durante la procedura di incanalamento nei reparti.

Si chiede di inserire anche i sistemi di fissaggio sutureless per adulti e non solo quelli pediatrici.

Si chiede che vengano inseriti i kit dedicati per medicazione settimanale del paziente a cui sono stati impiantati PICC/Midline/Mini Midline.

Si chiede di inserire PICC e Midline con sistema chiuso.

Si chiede di specificare se sarà richiesta la quotazione di un kit di micro introduzioni per cateteri Picc e Midline.

Ai fini di garantire una maggiore partecipazione alla procedura, si richiede che nell'indicazione dei materiali venga espressa la formula "o equivalente".

Viadana, 29/05/2019



Dr. Gabriele Giovanelli
Amministratore Delegato
DELTA MED S.p.A.

Allegati: copia documento di identità del sottoscrittore