

SPETTABILE

REGIONE VENETO

AZIENDA ZERO

U.O.C. CRAV

Arese, 03/06/2019

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE DEL VENETO

Osservazioni Bozza Capitolato Tecnico Dispositivi per infusione accessi vascolari

Di seguito inviamo nostro contributo osservazioni a quanto in oggetto:

**Lotto 7-Lotto 8 rif A- Lotto 9- Lotto10**

si richiede possibilità di inserire non un ago normale ma bensì un ago ecogenico visto come ormai indicato da linee guida il posizionamento sotto controllo ecografico, si richiede inoltre la possibilità di prevedere almeno un lume del CVC ad alta pressione (non meno di 300 PSI) per utilizzo dello stesso CVC anche in radiologia per liquido di contrasto ed una siringa di sicurezza meglio se valvolata (tipo Raulerson) per maggiore sicurezza paziente-operatore nella fase di posizionamento.

**Lotto 8 rif B**

si fa richiesta di scorporarlo dal lotto 8 e renderlo separato perché caratteristiche uniche riconducibili ad unica azienda offerente .

**Lotto 31**

si richiedono per maggiore sicurezza del posizionamento una guida in Nitinol punta j , un ago almeno valvolato e possibilità di dilatatori progressivi meglio se idrofilici per il posizionamento sicuro del catetere per dialisi.



---

M E D I C A L   &   H O S P I T A L   S U P P L I E S

---

Comunichiamo inoltre i nominativi dei rappresentanti della ditta che presenzieranno alla riunione:

LUCA CASTELLANI

DANIO CONCARI

A disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento porgiamo cordiali saluti

**MEHOS SRL**

**Amministratore Delegato**

**Massimiliano Perego**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Perego', written over the printed name.