

Azienda Zero - Prot. n. 0011573/2019 - E - 06/06/2019

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere la possibilità che per il LOTTO 27 vengano indicati i seguenti parametri tecnici:

- “totale trasparenza del dispositivo di infusione” poiché come richiesto nelle linee guida odierne è necessaria per garantire l’ispezione del condotto interno garantendone il successo del lavaggio in ogni sua parte.
- dichiarazione sulla possibilità di rimanere in sito per una settimana con almeno 700 attivazioni (a fronte di bibliografia e test di laboratorio a supporto)
- flusso di portata superiore a 175ml/min

Ringraziando sin da ora per l’attenzione rivoltaci porgiamo distinti saluti.

Valentina

[img: image001.jpg@01D51C3E.8DBA3B00 - NOVA MEDICAL LOGO]

Nova Medical sas

Via Toscanini 38

30016 Jesolo (Ve)

Tel. 0421/951875 Fax 0421/951667

P.iva: 02794210274

E-mail: novamedical@virgilio.it

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

[img: image002.jpg@01D51C3E.8DBA3B00 - Dontprint]