

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI STRUTTURALI

DIAGIM01.AU.1.0	I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.1.1	La dotazione minima di ambienti e spazi è :				
DIAGIM01.AU.1.1.1	- area di attesa con adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi degli accessi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.1.1.2	- spazi adeguati per accettazione , attività amministrativa e archivio		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.1.1.3	- servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.1.1.4	- sala di radiodiagnostica con annessi gli spogliatoi/spazi per gli utenti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI STRUTTURALI					
DIAGIM01.AU.1.1.5	- sala per esami ecografici	qualora previsti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.1.1.6	- locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.1.1.7	- locale per la refertazione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.1.1.8	- area tecnica, di stretta pertinenza per medici e tecnici		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.1.1.9	- locale/spazio per deposito:				
DIAGIM01.AU.1.1.9.1	- materiale pulito		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI STRUTTURALI

DIAGIM01.AU.1.1.9.2 - materiale sporco

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

DIAGIM01.AU.1.1.10 - spazio armadi per deposito materiale d'uso, strumentazione, attrezzatura

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

2 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI TECNOLOGICI

DIAGIM01.AU.2.1 La dotazione minima strumentale è :

quando sono utilizzate radiazioni ionizzanti. Le strutture che erogano prestazioni monospecialistiche o plurispecialistiche devono possedere requisiti strumentali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.

DIAGIM01.AU.2.1.1. - generatore A.T., trifase di potenza non inferiore a 30 Kw e tavolo di comando

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	di potenza non inferiore a 30 Kw
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	

DIAGIM01.AU.2.1.2 - tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo e Potter Bucky

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

2 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI TECNOLOGICI

DIAGIM01.AU.2.1.3	- intensificatore di brillantezza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.2.1.4	- tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.2.1.5	- dotazione minima di primo soccorso		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.2.1.6	- apparecchio radiologico portatile	solamente nelle strutture di ricovero	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
DIAGIM01.AU.2.2	La struttura che eroga prestazioni di diagnostica monospecialistica o plurispecialistica possiedono requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					

3 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI ORGANIZZATIVI

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
3 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - REQUISITI ORGANIZZATIVI					
DIAGIM01.AU.3.1	Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate	Documento ufficiale che dichiara il responsabile della struttura e il personale a tempo pieno equivalente, commisurato alle attività in autorizzazione, comprensivo delle qualifiche professionali e del rapporto di impiego. *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	* I valutatori nella propria relazione di verifica dovranno dare espressa e chiara motivazione dei criteri utilizzati e di come sono pervenuti al giudizio finale formulato.
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.3.2	E' attivato un sistema di controllo qualità		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
DIAGIM01.AU.3.3	Sono comunicati al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica i tempi di consegna dei referti all'utente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni