

Gallarate. 29.03.2018

Spettabile
Azienda Zero – U.O.C CRAV
Passaggio Gaudenzio nr.1
PADOVA

Oggetto. Fornitura di set procedurali in TNT per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto

Con riferimento alla bozza di capitolato tecnico per la fornitura di “ set procedurali in tnt per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto ” , con la presente vogliamo trasmettere le seguenti osservazioni :

ELENCO PRODOTTI

Chiediamo che le misure indicate nel capitolato siano da intendersi “indicative”, sia per le dimensioni totali dei teli, sia per i rinforzi dei teli, sia per il materiale accessorio, purché sia garantito il rispetto delle corrette tecniche di copertura e di utilizzo, nonché il principio di equivalenza prestazionale sancito all’art. 68 del D. Lgs. 50/2016 Riteniamo che ciò permetterà di garantire il principio di massima concorrenza.

In alcuni set, come ad esempio A1, A6, si riportano degli asterischi in fondo alle descrizioni di alcuni componenti. Chiediamo se tale asterisco rimandi a una specifica nota, e in tal caso di indicarla.

In merito all’assortimento delle taglie richieste, non esistendo una regola o norma che stabilisca le dimensioni del camice rispetto alla taglia attribuita ed essendo le dimensioni e vestibilità dei camici differenti, a parità di taglia, tra i diversi produttori, chiediamo di permettere alle aziende concorrenti di offrire un range di almeno 5 taglie.

A3, punto f) chiediamo di accettare telo sottosacrale anche senza adesivo. Ciò in virtù del fatto che la presenza di adesivo non è indispensabile per la tecnica chirurgica, poiché il telo viene posizionato sotto ai glutei.

A5, punto e) chiediamo di confermare se i telini debbano essere per carrello servitore o per allestimento campo chirurgico. Riteniamo infatti che in tale composizione non siano presenti adeguate coperture per il paziente. In caso affermativo chiediamo di specificare se i 3 telini debbano essere con o senza adesivo.

A6, punto m) chiediamo di specificare l’indicazione di utilizzo del telo grande 200x250 e/o di descriverne meglio le caratteristiche richieste

A7, punto f) chiediamo di confermare che tale descrizione sia un refuso, in quanto riteniamo di impossibile fabbricazione un set con tali specifiche (numero 5 teli, di dimensioni 12,30 mt x 150 cm l’uno)

B6, voce f) – Rispetto alle conoscenze del mercato in nostro possesso, ci risulta che tale descrizione identifichi un’unica azienda. Chiediamo pertanto di modificare e/o rettificare conformemente tale voce

B7, voce f) – chiediamo di confermare/verificare tale descrizione

..../.....



Spettabile
Azienda Zero – U.O.C CRAV
Passaggio Gaudenzio nr.1
PADOVA

Oggetto. Fornitura di set procedurali in TNT per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto

H1 – SET PER ORL, voce f) G – MAXILLO FACCIALE voce c), chiediamo di verificare le dimensioni del taglio a U. La specifica misura 60x60 infatti non risulta idonea ad una tale conformazione

H1 – ANESTESIA, voce i) chiediamo di specificare le misure del coprisonda per ecografo richiesto

I2.1 – chiediamo di confermare che siano richieste 2 siringhe 20 LL

I2.4 - - chiediamo di confermare che, alle voci b e d sia richiesto lo stesso prodotto e di specificare il calibro della siringa alla voce c

I2.5, punto d) chiediamo di dettagliare maggiormente la descrizione e l'indicazione d'uso di tale componente e nello specifico di indicare per quale motivo sia necessario il filo di bario

Pagina 15 (note in calce all'elenco prodotti): per camici chiediamo di prevedere, come requisito minimo, la presenza di due salviette asciugamani nella confezione sterile del singolo camice e prevedere che confezionamento primario sia con doppio involucro sterile, busta e carta medicale, per garantire la massima protezione agli operatori.

Pagina 15 (note in calce all'elenco prodotti). Chiediamo di prevedere la fornitura a titolo gratuito solo per il materiale in TNT. Tale richiesta è motivata dal fatto che la fornitura di accessori diversi esula dallo specifico oggetto di gara ed esistono procedure di acquisto vigenti per tali prodotti.

Chiediamo inoltre di specificare le quantità e la tipologia del materiale da fornire a titolo gratuito, per garantire una corretta ed adeguata valutazione della formulazione dell'offerta economica.

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Si suggerisce di prevedere l'inserimento di un sistema idoneo all'immediata identificazione dei set offerti (ad esempio codice colore), al fine di garantire un veloce ed efficace stoccaggio dei materiali e rendere più efficiente l'attività di prelievo dei materiali da parte degli operatori.

Chiediamo di confermare che quanto specificato al sopra citato paragrafo sia riferito solo ai set procedurali, e non al materiale sfuso, come peraltro da voi specificato a pagina 17 (dove si fa specifico riferimento ai 'dispositivi assemblati').

Segnaliamo la conformità dell'etichettatura per tutti i livelli di confezionamento previsti da capitolato (confezione singola sterile e confezione di trasporto), alla normativa vigente. Tuttavia non è possibile riportare tutte le informazioni richieste sulle etichette rimovibili per ovvie ragioni di spazio

Chiediamo di eliminare la specifica "data di sterilizzazione, poiché non richiesta dalla direttiva di riferimento per l'etichettatura. Chiediamo di eliminare la specifica "indicazione LATEX FREE" poiché la direttiva di riferimento prevede solo di inserire apposito simbolo armonizzato "latex" solo in caso di presenza di lattice.

..../.....



Spettabile
Azienda Zero – U.O.C CRAV
Passaggio Gaudenzio nr.1
PADOVA

Oggetto. Fornitura di set procedurali in TNT per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI PRODOTTI

Pagina 18 - chiediamo di prevedere che le variazioni dei protocolli siano valutate economicamente sulla base di un listino componenti che le aziende concorrenti alleggeranno in sede di offerta economica. Tale richiesta è giustificata dal fatto che le variazioni dei protocolli possono incidere in maniera significativa sul valore dell'offerta economica.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI MEDICI

PAGINA 16: chiediamo di eliminare, tra le caratteristiche migliorative oggetto di valutazione il metodo di sterilizzazione. Non è infatti chiaro, ferma restando la conformità agli standard qualitativi, come il metodo di sterilizzazione possa influire sulla valutazione qualitativa del prodotto

Chiediamo di specificare quale sarà la griglia di valutazione qualitativa, esplicitando l'indicazione dei parametri valutati e dei punteggi ad essi attribuiti

PAGINA 17 – chiediamo di prevedere la consegna in 24 ore invece delle 12 ore indicate. Tale richiesta è giustificata dal fatto che una gestione adeguata della fornitura in service garantisce una corretta e continuativa disponibilità di materiale.

PAGINA 18 – segnaliamo che la clausola inerente alla fornitura di materiale sfuso fino alla concorrenza massima del 15% del valore complessivo aggiudicato, risulta sproporzionata e quindi causa ostativa alla partecipazione delle aziende offerenti. A titolo esemplificativo infatti, precisiamo che su un appalto Regionale di un milione di euro, l'azienda aggiudicataria dovrà obbligarsi a fornire materiale sfuso per un importo pari a 150 mila euro.

PROGETTO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Punto 1 – presentazione del progetto di servizio - Chiediamo di prevedere una seduta illustrativa in presenza della commissione giudicante, per la presentazione del progetto, al fine di garantire una specifica ed adeguata illustrazione di tutte le specifiche di gestione e follow-up del servizio.

Punto 2 – Presentazione dei prodotti offerti - Si chiede di prevedere prove in sala con presenza di personale qualificato dell'azienda concorrente, per poter garantire una corretta presentazione e guida al più efficace drappaggio ed utilizzo dei prodotti. Tale richiesta risulta importante alla luce di una adeguata valutazione qualitativa dei prodotti offerti

Punto 3 – Sistema organizzativo della gestione della fornitura in service e assistenza post-vendita -Chiediamo di specificare cosa si intenda per "Gestione ed autorizzazione dei dati sensibili". Per quanto a nostra conoscenza non è possibile concedere ad aziende esterne la gestione/visibilità di dati sensibili dei pazienti.



Spettabile
Azienda Zero – U.O.C CRAV
Passaggio Gaudenzio nr.1
PADOVA

Oggetto. Fornitura di set procedurali in TNT per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto

Segnaliamo inoltre che non è stato fornito il CSA, peraltro citato a pagina 18 del capitolato tecnico. Ai fini della corretta valutazione di questa consultazione di mercato, chiediamo di fornire alle aziende concorrenti anche il CSA e il disciplinare di gara.

Si chiede di prevedere la fornitura del sistema informativo e informatico per ogni blocco operatorio e non per singola sala operatoria, come da voi riportato

5 – Proposte migliorative. Chiediamo di specificare se e come verranno valutate le eventuali proposte migliorative e di meglio definire/specificare quali saranno le tipologie di migliorie ritenute attinenti, per evitare il rischio di indeterminatezza dell'offerta.

SOPRALLUOGO

Chiediamo che il sopralluogo e pertanto la presentazione della relativa attestazione, sia da considerarsi a pena esclusione

Considerata l'importanza della gara regionale si suggerisce di prevedere, come requisito di ammissione delle aziende concorrenti ed al fine di garantire la capacità tecnico-professionale, un fatturato minimo annuale pari ad almeno € 1.000.000,00 (euro un milione) attraverso un elenco delle principali forniture oggetto dell'appalto (set procedurali) eseguite nell'ultimo triennio e di prevedere inoltre un sopralluogo della commissione giudicante presso strutture con " fornitura in service " che già utilizzano il sistema gestionale proposto.

Chiediamo inoltre di specificare quale sarà il flusso di fatturazione della fornitura e di confermare che la fatturazione sarà al pezzo, per singolo set e /o prodotto

Vi segnaliamo infine che parteciperanno all'incontro del prossimo 06 aprile i Sigg.

IVAN PRETTO e FILIPPO RIGAMONTI rispettivamente Regional Sales Manager e Territory Manager della nostra Società

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti


MOLNLYCKE HEALTH CARE srl
Fabio Spinello
Sales Director Surgical