

Spett.le
Regione del Veneto
AZIENDA ZERO
U.O.C. CRAV

Trasmesso via PEC: protocollo.azero@pecveneto.it

Castellina di Soragna 29/03/2018

**OGGETTO: Fornitura di set procedurali in TNT per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Consultazione preliminare di mercato.**

- "Per U.O.C. CRAV - Osservazioni bozza capitolato set in TNT".

In riferimento all'oggetto, con la presente, la Scrivente, Servizi Italia SpA, con Sede Legale in Castellina di Soragna (Parma) 43019 - Via S. Pietro 59/B, pec: si-servizitalia@postacert.cedacri.it, sottopone alla cortese attenzione di Codesto Spett.le Ente, le seguenti osservazioni:

- specificare la modalità di pubblicazione della gara: se a lotto unico / singoli lotti/ per specialità chirurgiche
- specificare le percentuali di tolleranza sulle misure dei teli (copertura tavoli – pazienti) e dei rinforzi
- specificare se il tavolo madre, dove è presente, deve avvolgere il set o deve essere messo in sequenza?
- Sulla tipologia del tessuto non tessuto specificare se su:
impermeabile biaccoppiato o triaccoppiato deve essere in viscosa o polipropilene idrorepellenti in SMS o Sontara.

Indicare nelle teleria le misure della parte rinforzata dove richiesto ed eventuale lato richiesto

- sulle salviette possibilità di inserire misure equivalenti
- salviette asciugamani ca 50x50 loro specificano questa misura
- la configurazione dei prodotti all'interno del pacco deve far riferimento alle lettere delle descrizioni sui singoli set. (es a – b – c - ect)
- specificare come devono essere predisposti i camici all'interno del set:
1 esterno al tavolo porta strumenti per la strumentista, gli altri all'interno del set ?
- Tipologia (standard e/o rinforzati) es:
1 camice standard di misura da s a xl
3 camici standard di misura da s a xl
- Specificare le taglie dei camici
- Sui camici rinforzati la parte interna è richiesta in polietilene (plastica) può essere anche in tnt o carta politenata
- RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

- I1 Kit Base UNIVERSALE PER TUTTE LE PROCEDURE

h) 2 klemmer

specificare la tipologia del materiale (plastica o acciaio) e le misure e se imbustate singolarmente

- I2.4- EMODINAMICA

- 1 telo angiografico 260x350 2 fori di diametro 10 cm

(deve avere 1 o 2 bande laterali trasparenti o in tnt)

- E2 - Set per midollare, scoliosi ed ernia carta medica

4 laparotomiche antiriflesso di circa cm.40x40

(specificare cosa si intende per antiriflesso o tnt)

- In riferimento al materiale sfuso si richiede di inserire i dispositivi medici che fanno parte dei set da utilizzare in caso di inquinamento del campo operatorio per non aprire ulteriori set (accessori, stockinette, tasche porta strumenti, tasche adesive ect, tavoli madre, federa di mayo, teli specialistici)

- possibilità di eliminare nelle CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO il seguente punto:

fornitura di materiale sfuso, per eventuali personalizzazioni dei protocolli originali, fino alla concorrenza massima del 15% dal valore complessivo dell'appalto aggiudicato destinato all'eventuale completamento del campo operatorio qualora il Kit/Set non fosse sufficiente all'esecuzione dell'intervento.

- possibilità di eliminare la specifica "a titolo gratuito" alla voce accessori complementari

Il nominativo del rappresentante della Servizi Italia delegato a presenziare alla riunione del giorno 06.04.2018, alle ore 09.30, è il seguente: Alessandro Parronchi nato a Firenze il 30/03/1964.

Distinti saluti

Servizi Italia Spa

SERVIZI ITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Enea Righi

