

Buongiorno,

in relazione all'avviso di consultazione di mercato 2016.046.01 Gara regionale per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'Ircss IOV della Regione Veneto. Lotti deserti, invio di seguito delle osservazioni alla bozza del capitolato, in relazione al lotto 3 sub A e B:

1. non è chiaro se si richiedano kit ago a farfalla con o senza adattatore luer
2. si richiede che il kit ago a farfalla non sia preassemblato con l'holder, in quanto ridurrebbe di molto la partecipazione di potenziali concorrenti; in alternativa si propone di inserire kit ago a farfalla con sistema di sicurezza con adattatore luer e a parte l'holder.
3. del lotto 3 sub B non è chiara la descrizione del prodotto, si può intuire che sia l'holder. In questa tipologia di kit non c'è mai una siringa, ma aghi a farfalla o aghi multipli, muniti di adattatore luer e a parte l'holder con sistema di sicurezza.
4. nel lotto 3 sub B si richiede che nell'imballaggio primario sia inserita la dicitura fatlati free, si chiede di inserire in alternativa una dichiarazione fatlati free
5. nel lotto 3 sub B si richiede che la camicia (holder) sia confezionato singolarmente, in tal caso sarebbe da inserire che non è necessario che siano confezionati singolarmente, in quanto si tratta di materiale comunemente fornito non sterile e in sacchetti da 100 pz.
6. inserire la dicitura sia sul lotto 3 sub A che sub B: "la protezione da punture accidentali deve essere sull'ago e non sugli accessori", perché più sicuro e pratico per l'operatore durante il prelievo, tranne che per gli aghi multipli in cui si consiglia che la sicurezza venga prevista nella camicia (holder)
7. per gli aghi a farfalla (lotto 3 sub A) il prezzo a base d'asta risulterebbe un po' fuori mercato, valutare meglio la richiesta di offerta.

Di seguito i riferimenti per un eventuale contatto per ulteriori informazioni in merito alla presente
Cordiali saluti

Ambra Baratto
Ufficio Comm.le Italia

e-mail: ambra.baratto@flmedical.com
Skype: ambra.flmedical

F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (Padova)

Tel. 049 5211475
Fax 049 5212566

www.flmedical.it
www.vacumed.it