

Spett.le  
**REGIONE DEL VENETO**  
**AZIENDA ZERO**  
Passaggio Gaudenzio n. 1  
35131 PADOVA (PD)

Prot. n. 0063/LC/ei  
Padova, 05 giugno 2018

Pec: protocollo.azero@pecveneto.it

**OGGETTO: 2016.046.01 – Gara Regionale per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto. Lotti Deserti.**

Il sottoscritto Cortelazzo Dr. Lorenzo nato a Padova il 15/11/1961 ed ivi residente in Via Sibilla De Cetto n. 9, in qualità di legale rappresentante della **KALTEK s.r.l.** iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al n° 02405040284 con sede legale ed amministrativa in Padova - Via Del Progresso 2, tel. 049.8703410, fax 049.8703383, e-mail: [info@kaltek.it](mailto:info@kaltek.it), Codice Fiscale e Partita IVA 02405040284, Codice Attività 46463

#### C H I E D E

di essere invitato alla procedura citata in oggetto per le forniture di:

**- LOTTO 5 (SUB A – SUB B – SUB C – SUB D – SUB E – SUB F – SUB G – SUB H)**

**CONTENITORI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI**

L'invito alla gara potrà essere trasmesso al seguente indirizzo:

**KALTEK s.r.l. - Via del Progresso 2 - 35127 PADOVA**

**E-mail: [venditegare@kaltek.it](mailto:venditegare@kaltek.it)**

**PEC: [kaltek@legalmail.it](mailto:kaltek@legalmail.it)**

Per ogni comunicazione inerente la procedura, potrete contattare

Ufficio Vendite e Gare – Referente Katia Nicoli

Telefono 049.8703410 int. 1 – Telefax 049.8703383

Responsabile Area Nord: Walter Craighero – cell. 348.3337634

Relativamente alla bozza di capitolato oggetto della procedura, di seguito riportiamo le seguenti osservazioni:

- Punto Sub A: il prodotto da noi proposto risulta avere delle dimensioni ridotte rispetto a quanto richiesto ma lo stesso viene fornito con maniglie morbide ed ergonomiche che non necessita di ganci/tracolla per il trasporto e lo stesso ha ottenuto la certificazione senza tale ausilio.
- Contenitore Secondario: siamo a chiedere di potere eliminare il termine "completamente trasparente" ed inserire, invece, la dicitura "deve potere consentire un immediato riscontro visivo di eventuali sversamenti interni, rotture, contaminazioni,....". A tal proposito, si fa presente che il nostro contenitore secondario è




35127 PADOVA Z.I. Sud - Via del Progresso, 2

Tel. +39/049/8703410 r.a. - Telefax +39/049/8703383 - E-mail: [info@kaltek.it](mailto:info@kaltek.it) - [www.kaltek.it](http://www.kaltek.it)

Iscritta Registro Imprese di Padova C.F. e n. Iscriz. 02405040284 - R.E.A. di Padova n. 227519

P.IVA 02405040284 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000002192



dotato alla base di un pannello assorbente che permette di accedere all'interno senza venire a contatto con eventuali liquidi sversati.

- Tasche Trasparenti: il nostro contenitore è dotato di una tasca esterna trasparente per l'identificazione dell'ospedale di provenienza/reparto e di tasche interne per alloggiare i documenti al fine di garantire la custodia fino all'arrivo in laboratorio.

- Rotture dei vari componenti: al fine di evitare costi aggiuntivi agli ospedali si è studiato e realizzato un contenitore (terziario e secondario) in unico stampo (cerniere in corpo unico) utilizzando materiali progettati per resistere all'usura. Inoltre, dato il basso costo degli stessi dopo un lungo utilizzo può essere acquistato nuovo.

Pertanto, per quanto sopra esposto, siamo a chiedere di potere rivedere le caratteristiche riportate nella bozza di capitolato.

Le persone che parteciperanno all'incontro pubblico fissato per il giorno 07/06/2018 ore 15,00 sono le seguenti:

- Sig. Walter Craighero in qualità di Responsabile Area Nord
- Sig. Gianluca Verlato in qualità di agente di zona per le province di Padova, Verona e Vicenza
- Sig.ra Anna Ilacqua in qualità di agente di zona per le province di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia.

Si allegano schede tecniche di prodotto.

Distinti saluti.

kalttek srl  
legale rappresentante

