

**PRO.LAB. Srl**

Via Dai Fraris 4/B

33041 Aiello del Friuli (UD)

CF. e P.IVA 02133080305

REA: 238185

RI:UD-2000-11759

Tel e Fax 0431-99036 Cell. 348.2653979 348.3302654

E-mail:prolab srl@libero.it

**Aiello del Friuli 05/06/2018**

**Oggetto: Per U.O.C. CRAV osservazioni bozza capitolato Dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti – Lotti deserti**

Il sottoscritto Tomat Paolo

nato a Udine il 27/04/1944

e residente ad Aiello del Friuli in via dai Fraris n.4/A in qualità di Amministratore Unico

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società Pro.Lab.srl.

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. n. 496 c.p.

**Osserva:**

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

Gentilissimi,

**Per il lotto 5** come precedentemente già indicato continuiamo a pensare che per le voci C\_D (contenitori secondari ) si debbano richiedere due prodotti diversi. Il capitolato così proposto da la possibilità in offerta di presentare per queste voci lo stesso prodotto che poi verrà inserito nelle voci A-B che invece saranno differenti. Questo comporta che si lasci la possibilità di offrire un unico prodotto per la voci C-D che rischia di essere quello con minor capacità a livello di volume per ovvie motivazioni di prezzo. Essendo noi stati i vecchi aggiudicatari della gara precedente possiamo sottolineare che nella scorsa gara abbiamo offerto 2 tipi di contenitori secondari (1 con capacità 40 provette e l'altro con capacità 80 provette) . In questi 5 anni di fornitura abbiamo praticamente venduto in tutta la Regione solamente il contenitore da 80 provette in quanto, visti gli accentramenti dei laboratori il numero delle provette che vengono trasportate è sempre più alto. Come si può immaginare un contenitore da 40 provette costa di meno di un contenitore da 80 provette quindi per effettuare una offerta competitiva converrebbe alla nostra ditta offrire esclusivamente il contenitore da 40 provette che però sappiamo che non è adatto alle necessità dei vostri operatori. Richiedere come requisito minimo che la voci C e D siano differenti renderà più ampia la possibilità di scelta agli operatori rendendo disponibile alla Regione una soluzione per lo spostamento di poche provette e una soluzione per lo spostamento di un più alto numero di provette.

Si allegano schede tecniche dei due contenitori secondari per rendere più facile la comprensione di quanto sopra specificato.

Infine possiamo indicarvi , sempre da nostra esperienza che i prodotti richiesti soddisfano solo in parte le necessità dei laboratori e più precisamente solo quelle del laboratorio analisi. In questi anni abbiamo cercato anche di risolvere i problemi dei trasporti a laboratori trasfusionali, anatomie patologiche , screening oncologici ecc.. con prodotti diversi da quelli offerti. Ci chiediamo se non sia meglio creare un capitolato che prenda in esame tutte le varie esigenze. Nell'ultimo periodo la Regione Liguria ha espletato una Gara Regionale molto simile con una più ampia gamma di prodotti e con richieste di mantenimento temperature molto più rigide in modo da coprire le esigenze dei grandi Laboratori qualificando i trasporti molto seriamente.

**Per il lotto 3 sub A** indichiamo che il prodotto richiesto va bene , ciò che non è sta sufficiente era la base d'asta che era troppo bassa per poter offrire un qualsiasi prodotto di qualità

**Per il lotto 3 sub B** si tratta di un prodotto che pochissime ditte producono e commercializzano rendendo quindi l'intero lotto accessibile solo a pochi.