

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI DI SOCCORSO E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELL'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA.**

**VERBALE DEL 28/10/2019  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2019, alle ore 9:00 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto in oggetto.

La Commissione risulta oggi presente in composizione plenaria:

Presidente: Dr Edoardo Rossi - Dirigente Medico, Direttore UOC Pronto Soccorso AULSS n. 1 Dolomiti - Ospedale di Feltre;

Componenti: Andrea Gabborin – Infermiere Coordinatore Punto di primo Intervento 118 Centro Sud del Pronto Soccorso di Arzignano - AULSS n. 8 Berica e Gianfranco Civiero – autista soccorritore Suem, Aulss 7 Pedemontana, Ospedale di Bassano del Grappa.

Risultano altresì presenti per la UOC CRAV di Azienda Zero la dott.ssa Chiara Sinigaglia e il dott. Marco Sterzi, in qualità di referenti dell'istruttoria. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Marco Sterzi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta .

La Commissione procede con l'esame nel dettaglio delle offerte tecniche presentate dai concorrenti dei seguenti lotti:

- Lotto 4
- Lotto 8
- Lotto 9

Dalla disamina svolta emerge che, relativamente al Lotto 4, la Ditta Orion srl non presenta le seguenti caratteristiche essenziali previste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico di gara:

- punto 5.2.2 Allestimento vano posteriore, viene offerta una rete metallica divisoria tra posti occupati dal personale e il vano bagagliaio senza menzione della resistenza agli urti fino a 10G.
- punto 5.3.1 La descrizione dell'impianto elettrico del mezzo appare deficitaria in molte delle caratteristiche richieste, in particolare:

- l'impianto elettrico supplementare non è dichiarato di tipo CAN BUS o equivalente;
- non è dichiarata la presenza di breakers o fusibili a protezione di ogni singolo circuito;
- le prese di corrente Jack 12V sono prive della luce che segnala la presenza di alimentazione, dei tappi di protezione, del filtro antidisturbo;
- non è indicata la canalizzazione dedicata dell'impianto con guaina ignifuga e conforme alle normative indicate negli atti di gara;
- non è indicata la presenza del voltmetro indicante la carica della batteria del mezzo.

- punto 5.4 Non viene chiaramente identificato il modello della barra luminosa proposta e se la configurazione sia rispondente alle caratteristiche indispensabili di cui al Capitolato Tecnico (es: numero di LED per modulo).

Pertanto la Commissione non procede all'assegnazione del punteggio qualitativo all'offerta presentata dalla ditta Orion Srl.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica presentata dal RTI Sol Spa - Olmedo srl, con stesura della motivazione correlata a ciascun criterio esaminato, riportata nell'allegato A al presente Verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Dalla disamina della documentazione presentata dai concorrenti per quanto attiene il lotto 8 la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle ditte GGG Elettromeccanica srl e Orion srl con stesura della motivazione correlata a ciascun criterio esaminato, riportata nell'allegato B al presente Verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Dalla disamina svolta emerge che, relativamente al Lotto 9, la Ditta Orion srl non presenta le seguenti caratteristiche essenziali previste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico di gara:

- punto 10.1.1 viene offerto un veicolo con passo superiore alla lunghezza massima prevista nel Capitolato Tecnico;
- punto 10.2.2. non è indicata la presenza di un caricabatteria come richiesto dal Capitolato Tecnico.

Pertanto la Commissione non procede all'assegnazione del punteggio qualitativo all'offerta presentata dalla ditta Orion Srl.

Infine la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio secondo quanto stabilito negli atti di gara per ciascun lotto.

I punteggi riparametrati sono pertanto i seguenti:

Lotto 1 RTI Sol Spa – Olmedo Srl punti 70/70

Lotto 2 RTI Sol Spa – Olmedo Srl punti 70/70

Lotto 3 RTI Sol Spa – Olmedo Srl punti 70/70

Lotto 4 RTI Sol Spa – Olmedo Srl punti 70/70

Lotto 8 GGG Elettromeccanica srl punti 67,50/70 e Orion srl punti 70/70


La Commissione alle ore 17.30 sospende i lavori e riaggiorna la seduta al giorno 5 novembre pv.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:



I COMPONENTI:



I COMPONENTI:



PARTECIPANTI


Il Segretario verbalizzante