



**FORNITURA DI KIT PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA  
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**CHIARIMENTI 2**

**QUESITO 24**

-LOTTO N. 11

In merito al lotto 11, a ns. avviso, c'è incongruenza tra la descrizione tecnica del circuito (rif. B) e il disegno tecnico del circuito di Verona.

In particolare nel disegno tecnico di Verona manca il filtro arterioso e la linea venosa è da ¼, mentre nella descrizione tecnica viene richiesto il filtro arterioso e la linea venosa da 5/16"

Si chiede quindi di specificare come deve essere composto il circuito.

**RISPOSTA 24**

Si conferma che è corretta la descrizione del circuito come riportata nel Capitolato tecnico che identifica la tipologia di prodotto richiesto. Pertanto le ditte possono formulare correttamente l'offerta tecnica ed economica.

Quanto alla campionatura, si conferma lo schema già allegato agli atti di gara.

Ciò tenuto conto che :

come previsto dal Disciplinare di gara (Art. 6 – Campionatura, pag. 17): *"La campionatura si intende a titolo gratuito e, qualora la Commissione Giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le Ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire ulteriore campionatura (sempre a titolo gratuito ed a proprie spese e rischio) su indicazione della Commissione stessa"* e

come previsto dal Capitolato tecnico (a pag. 2) sotto le Specifiche tecniche dei lotti e caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione *"... Qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenga necessario potrà modificare il disegno dei circuiti in corso d'opera"*.

*UOC Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto  
Passaggio Luigi Gaudenzio, 1- 35131 Padova  
pec: [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it)  
tel. 049 8778186*