

LOTTO 5: PLACCHE CON
CERCHIAGGIO PER SINTESI
FRATTURE
PERIPROTESICHE IN LEGA DI
TITANIO

Concorrente		3D System S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	la placca si dimostra particolarmente invasiva per femori di piccole dimensioni	8	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	presente codice UDI	4	dichiarato codice UDI attualmente in fase di implementazione	3
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	entro 18h consegna standard. Entro 6h per consegne urgenti (7 g su 7).	6	12/18 h. in caso di emergenza entro le 12 h	6
TOTALE	70		66		67
Soglia Minima punteggio 42/70					
RIPARAMETRIZZAZIONE			68,96	70,00	





LOTTO 6: PLACCHE PER
FRATTURE METACARPALI E
FALANGI DELLA MANO
IN LEGA DI TITANIO

Concorrente		Biomedika S.r.l.		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Medifix S.r.l.		Next Medical S.r.l.		Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza. Presenti maggiori modularità sulle placche	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza. Presenti maggiori modularità sulle placche	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza. Presenti maggiori modularità sulle placche	10	molto buona la gamma di taglie diametri e lunghezza.	9	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza. Presenti maggiori modularità sulle placche	10	molto buona la gamma di taglie diametri e lunghezza.	9
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia non presente	0	Esiste solo storia della commercializzazio ne ma non bibliografia dedicata	0	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Ampia raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti offerti	0	Raccolta bibliografica non dedicata ai prodotti	0	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5

LOTTO 6: PLACCHE PER
FRATTURE METACARPALI E
FALANGI DELLA MANO
IN LEGA DI TITANIO

Concorrente		Biomedika S.r.l.		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Medifix S.r.l.		Next Medical S.r.l.		Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4	dichiarato codice conforme ad UDI, attualmente non presente per tutti i prodotti commercializzati	2
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	entro 24 ore il reintegro del conto deposito	0	24 h dalla richiesta, in caso di emergenza si impegna a tempi minori	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	Entro 24/72 h	4	Entro 12 h	8	entro 24h dalla ricezione dell'ordine per merce presente a magazzino. Per merce non disponibile entro 10 gg.	4
TOT.	70		50		55		63		53		61		61
Soglia Minima punteggio 42/70													
RIPARAMETRAZIONE			55,56		61,11		70,00		58,89		67,78		67,78

LOTTO 9: VITI CANNULATE
IN LEGA DI TITANIO

Esclusa per non conformità:
trattasi di viti da 2,2 e da 3 di mano
e piedi, non richiesti in tale lotto

Concorrente		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Lima Corporate S.p.A.		Next Medical S.r.l.		Smith & Nephew S.r.l.		Wright Medical Italy S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5			ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5			Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Ampla raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti	0	Raccolta bibliografica non dedicata ai prodotti	0	Bibliografia non presente	0	Raccolta bibliografica non dedicata ai prodotti	0	Raccolta bibliografica non dedicata ai prodotti	0
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4			dichiarato codice conforme ad UDI	3	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	dichiarato codice UDI attualmente in fase di implementazione	3
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8			Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	48 h di norma. In emergenza entro 12h.	6	Entro 12 h	8	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4	48 h di regola. 24 h in caso di emergenza sia per materiali che per strumentario.	4	12/18 h. in caso di emergenza entro le 12 h	6
TOT.	70				65		59		63		58		54		61
Soglia Minima punteggio 42/70															
RIPARAMETRAZIONE				70,00		63,54		67,85		62,46		58,15		65,69	




LOTTO 9: VITI CANNULATE
IN LEGA DI TITANIO

Esclusa per non conformità:
trattasi di viti da 2,2 e da 3 di mano
e piedi, non richiesti in tale lotto

Concorrente		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Lima Corporate S.p.A.		Next Medical S.r.l.		Smith & Nephew S.r.l.		Wright Medical Italy S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10			ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12			ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10			adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6			ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10			ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	buona gamma di misure ma lo spessore maggiore è pari a 6,5 mm.	7	Presenti solo i diametri da 4,5 mm e da 7,3 mm	7	ampia gamma di misure anche se il diametro maggiore è pari a 7 mm	9

RP
P

LOTTO 9: VITI CANNULATE
IN LEGA DI TITANIO

Esclusa per non conformità: la
mancanza di diametri superiori a 4
mm non consente il trattamento
dei vari ambiti scheletrici

Concorrente		Arthrex Italia S.r.l.		Citieffe S.r.l. a socio unico		Episcan S.r.l.		Europa Trading S.r.l.		Gruppo Biolimpianti S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4			ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	Sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia non presente	0			Ampla raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti	0	Discreta raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti	0	Bibliografia non presente	0
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	dichiarato codice conforme ad UDI	3			non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	entro e non oltre 18 h	6			entro 12h per materiale disponibile a magazzino. Entro 24 se non disponibile. In caso di urgenza inferiore alle 12h.	4	entro 24 h	4	24/48 h dalla richiesta di reintegro.	4
TOT.	70		59				57		55		56
Soglia Minima punteggio 42/70											
RIPARAMETRAZIONE		63,54				61,38		59,23		60,31	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

LOTTO 9: VITI CANNULATE
IN LEGA DI TITANIO

Esclusa per non conformità: la
mancanza di diametri superiori a 4
mm non consente il trattamento
dei vari ambiti scheletrici

Concorrente		Arthrex Italia S.r.l.		Citieffe S.r.l. a socio unico		Episcan S.r.l.		Europa Trading S.r.l.		Gruppo Bioimpianti S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10			ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12			ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	adeguato all'utilizzo	10			adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6			ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	molto buona gamma di misure ma lo spessore maggiore è pari a 6,7 mm	8			ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10











Esclusa per le motivazioni contenute
 nel verbale della
 9ª seduta riservata del 08.05.2019

Esclusa per non conformità: presenza
 diametri solo fino a 4 mm

Criteri di Valutazione	Punti Max	3D System S.r.l.		Arthrex Italia S.r.l.		Chieffe S.r.l. a socio unico		Episcan S.r.l.		Europa Trading S.r.l.		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.	
		Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio		
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumento)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multi-prodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA	10	buona gamma di misure ma le viti con testa filettata hanno un diametro massimo di 6,0 mm	7	ampia gamma di misure, perfettamente rispondente alle misure richieste dal capitolato	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	Sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Discreta offerta bibliografica. Presenta un lavoro dedicato al prodotto offerto.	2	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Ampla raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti offerti	0	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dipoitivo	4	presente codice UDI	4	dichiarato codice conforme ad UDI	3	non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3	dichiarato codice conforme ad UDI	3	dichiarato codice conforme ad UDI	3
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18h e le 24h; 4 punti i tempi di consegna fra le 12h e le 18h; 6 punti i tempi di consegna inferiore alle 12h; 8 punti	8	entro 18h consegna standard. Entro 6h per consegne urgenti (7 e su 7).	6	entro e non oltre 18 h	6	entro 12h per materiale disponibile a magazzino. Entro 24 se non disponibile, in caso di urgenza inferiore alle 12h.	4	entro 24 h	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4
TOT	70		65		63		62		55		65				
Soglia Minima punteggio 42/70															
RIPARAMETRAZIONE		67,91		65,82		64,78		57,46		67,91					

		Newpharm S.r.l.		Next Medical S.r.l.		OC Italia S.r.l.		Stryker Italia S.r.l. S.U.		Wright Medical Italy S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: quantità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)													
AMPIEZZA DELLA GAMMA	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICAZIATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Scarna raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti offerti	0	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Raccolta bibliografica non dedicata ai prodotti offerti, l'ultimo lavoro presentato si riferisce a una tecnica chirurgica che non prevede l'impiego di mezzi di sintesi	0	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
	4	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI, attualmente non presente per tutti i prodotti commercializzati	2	non presente codice UDI	0	dichiarato codice UDI attualmente in fase di implementazione	3
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18h e le 24h: 4 punti tempi di consegna fra le 12h e le 18h: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12h: 8 punti TOT.	8	entro 24h	4	Entro 12 h	8	Entro 1 settimana di regola. Entro 3h per urgenze.	0	entro 24 h	4	48 h di regola, 24 h in caso di emergenza sia per materiali che per strumentario.	4	12/18 h, in caso di emergenza entro le 12 h	6
Soglia Minima		70	62	63	58	64	57	67					
Punteggio 42/70													
RIPARAMETRIZZAZIONE		64,78		65,82		60,60		66,87		59,55		70,00	

LOTTO 11: SISTEMA DI
PLACCHE E VITI IN ACCIAIO
AMAGNETICO

Esclusa per le motivazioni contenute
nel verbale della
9^ seduta riservata del 08.05.2019

Esclusa per non conformità: i riff.
nn. 2, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 23 sono in titanio, non acciaio
come richiesto

Concorrente

Citieffe S.r.l. a socio unico

Intrauma S.p.A.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Smith & Nephew S.r.l.

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5					ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5					Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4					dichiarato codice conforme ad UDI	3	presente codice UDI	4	dichiarato codice UDI attualmente in fase di implementazione	3
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8					Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4	12/18 h. in caso di emergenza entro le 12 h	6
TOT.	70						65		66		63

Soglia Minima punteggio
42/70

RIPARAMETRAZIONE

68,94

70,00

66,82

Handwritten signature and initials.

**LOTTO 11: SISTEMA DI
PLACCHE E VITI IN ACCIAIO
AMAGNETICO**




Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
		Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CRITERI DI VALUTAZIONE											
PUNTI MAX											
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)						ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)						ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)						ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	10	adeguato all'utilizzo	10	adeguato all'utilizzo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)						ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (tag						ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	presenta per il rif. 3 solo una misura che può essere causa di una scarsa adattabilità anatomica	6

gh
CP
a

LOTTO 11 bis: Sistema di
PIACCHE METAFASARIE e viti,
in acciaio amagnetico

Esclusa per non conformità: per il rif. 1 presenta solo 3 lunghezze da 4, 6 e 8. I fori non garantendo la gamma di misure richieste; per il rif. 3 non corrisponde a quanto richiesto perché non ha la placca monospessore

Concorrente		Chieffe S.r.l. a socio unico		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10			ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12			ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumento)	10	ottimo	10			ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6			ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ref. 1: le placche arrivano fino a 15 fori	7			ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ref. 1: le placche arrivano fino a 15 fori	7
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5			ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Ampla raccolta bibliografica ma non dedicata ai prodotti offerti (si riferisce alla bibliografia della concorrenza)	0			Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3	presente codice UDI	4
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18h e le 24h: 4 punti tempi di consegna fra le 12h e le 18h: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12h: 8 punti	8	In caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4			Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4
TOT.	70		54				65		63
Soglia Minima punteggio		42/70							
RIPARAMETRIZZAZIONE		58,15				70,00		67,85	

LOTTO 12: SISTEMA DI
PLACCHE E VITI IN ACCIAIO
AMAGNETICO PER
OMERO PROSSIMALE E
CLAVICOLA

Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	La conformazione della placca non limita adeguatamente il contatto con l'osso come richiesto	7	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10




LOTTO 12: SISTEMA DI
PLACCHE E VITI IN ACCIAIO
AMAGNETICO PER
OMERO PROSSIMALE E
CLAVICOLA

Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.		Zimmer Biomet Italia S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata prevalentemente all'est Europa a basso impatto	4	Discreta offerta bibliografica: parzialmente attinente ai prodotti offerti in questo lotto	2	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	non presente codice UDI	0	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3	presente codice UDI	4	dichiarato codice UDI attualmente in fase di implementazione	3
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	In caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	24 h dalla richiesta, in caso di emergenza si impegna a tempi minori	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4	12/18 h. in caso di emergenza entro le 12 h	6
TOT.	70		61		56		65		66		67
Soglia Minima punteggio 42/70											
RIPARAMETRAZIONE			63,73		58,51		67,91		68,96		70,00

LOTTO 13: SISTEMA DI
PLACCHE E VITI IN ACCIAIO
AMAGNETICO PER
FRATTURE DEL GOMITO

Concorrente		Cittiefe S.r.l. a socio unico		Johnson & Johnson Medical S.p.A.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	Considerato lo stretto rapporto anatomico con il nervo radiale la placca appare molto invasiva e meno adatta a garantire un recupero completo dell'articolarià	7	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Discreta offerta bibliografica: parzialmente attinente ai prodotti offerti in questo lotto	2	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	In caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4
TOT.	70		56		65
Soglia Minimo punteggio 42/70					
RIPARAMETRAZIONE			60,31	70,00	

LOTTO 14: PLACCHE PER
POLSO IN ACCIAIO
AMAGNETICO

Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10			rif 2: non è preconformata anatomica e nemmeno conformabile manualmente. Per il radio distale dorsale la conformazione della placca si adatta comunque all'anatomia del radio	2	rif 2: non è preconformata anatomica ma facilmente conformabile/adattabile manualmente Per il radio distale dorsale la conformazione della placca si adatta comunque all'anatomia del radio rif. 4: il prodotto non è preconformato ma è comunque conformabile	6
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12			ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10			ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6			ottimo	6	ottimo	6

Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10			ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5			ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5			Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dpositivo	4			dichirato codice conforme ad UDI	3	presente codice UDI	4
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8			entro 12/24 h standard. entro 12h in emergenza.	4	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4
TOT.	70				57		62
Soglia Minima punteggio 42/70							
RIPARAMETRAZIONE					64,35		70,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

LOTTO 15: PIACCHE CON
CERCHIAGGIO PER SINTESI
FRATTURE
PERIPROTESICHE IN ACCIAIO
AMAGNETICO

Concorrente		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Smith & Nephew S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	presa tocanterica poco versatile per le diverse morfologie del femore prossimale	9
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICAZIONE RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	dichiarato codice conforme ad UDI	3	presente codice UDI	4
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	entro 24h anche per quanto concerne riparazione e/o sostituzione strumenti rotti	4
TOT	70		65		63
Soglia Minima punteggio					
42/70					
RIPARAMETRIZZAZIONE			70,00	67,85	

LOTTO 17: PIACCHE PER LA
SINTESI DEL BACINO IN
ACCIAIO
AMAGNETICO

Concorrente		Johnson & Johnson Medical S.p.A.		Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	discreto: lo spessore è scarsamente adeguato per stabilizzare la chiusura della sinfisi pubblica	7	discreto: non è presente la vite a presa angolare anche se le viti garantiscono una presa altrettanto efficace	7
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	dichiarato codice conforme ad UDI	3	dichiarato codice conforme ad UDI, attualmente non presente per tutti i prodotti commercializzati	2
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 5 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4	entro 24h dalla ricezione dell'ordine per merce presente a magazzino. Per merce non disponibile entro 10 gg.	4
TOT.	70		62		61
Soglia Minima punteggio 42/70					
RIPARAMETRAZIONE			70,00		68,87

LOTTO 18: PLACCHE PER LE
FRATTURE PROSSIMALI DEL
FEMORE IN
ACCIAIO AMAGNETICO

Esclusa per le motivazioni contenute
nel verbale della
9^a seduta riservata del 08.05.2019

Concorrente				Intrauma S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.p.A.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10			ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12			ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10			ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6			ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10			sufficiente: per il rif. 1 è presente solo la misura da 130 mm (risulta comunque adeguato all'impiego clinico) per il rif. 3 sono presenti lunghezze fino a 299 mm (risulta comunque sufficiente per l'impiego clinico)	6	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5			ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5			Discreta offerta bibliografica: parzialmente attinente ai prodotti offerti in questo lotto	2	Bibliografia ampia, dedicata specificatamente ai prodotti offerti e pubblicata su riviste ad elevato impatto	5
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4			non presente codice UDI	0	dichiarato codice conforme ad UDI	3
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8			24 h dalla richiesta, in caso di emergenza si impegna a tempi minori	4	Entro 12/24 h standard. Entro 12h in emergenza.	4
TOT	70				55		65

Soglia Minima punteggio

42/70

RIPARAMETRAZIONE

59,23

70,00





LOTTO 40: FISSATORE
ESTERNO IBRIDO MONOUSO

Concorrente		Citeffe S.r.l. a socio unico		Mikai S.p.A.		Orthofix S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Presenta bibliografia generica: dedicata alla fissazione esterna, senza specifiche per le caratteristiche del lotto corrente.	2	presenta un solo lavoro	2	Presenta due lavori parzialmente pertinenti al lotto corrente.	2
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18h e le 24h: 4 punti tempi di consegna fra le 12h e le 18h: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12h: 8 punti	8	in caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	Entro 10 h dal ricevimento dell'ordine	8	consegna standard in 6 h, in urgenza 3 h	8
TOT.	70		63		62		67

Soglia Minima punteggio

42/70

RIPARAMETRAZIONE

65,82

64,78

70,00





LOTTO 40 bis: FISSATORE
ESTERNO PER POLSO
MONOUSO ARTICOLATO

Concorrente			Citieffe S.r.l. a socio unico		Mikai S.p.A.		Orthofix S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	non sono presenti le viti da spongiosa. Tuttavia in questo distretto anatomico non ha rilevanza clinica	11	non sono presenti le viti da spongiosa. Tuttavia in questo distretto anatomico non ha rilevanza clinica	11	non sono presenti le viti da spongiosa. Tuttavia in questo distretto anatomico non ha rilevanza clinica	11	
CARATTERISTICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	
AMPIEZZA DELLA GAMMA (tagli diametri e lunghezza)	10	ottima gamma di tagli diametri e lunghezza	10	ottima gamma di tagli diametri e lunghezza	10	ottima gamma di tagli diametri e lunghezza	10	
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Presenta bibliografia generica: dedicata alla fissazione esterna, senza specifiche per le caratteristiche del lotto corrente.	2	Presenta un lavoro su una rivista di basso impatto	1	Presenta due lavori parzialmente pertinenti al lotto corrente.	2	
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4	
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	in caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	Entro 10 h dal ricevimento dell'ordine	8	consegna standard in 6 h, in urgenza 3 h	8	
TOT.	70		62		60		66	
Soglia Minima punteggio 42/70								
RIPARAMETRAZIONE			65,76	63,64	70,00			

LOTTO 40 ter: FISSATORE
ESTERNO METADIAFISARIO
MONOUSO

Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Mikai S.p.A.		Orthofix S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto. di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	buona sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	4	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Presenta bibliografia generica: dedicata alla fissazione esterna, senza specifiche per le caratteristiche del lotto corrente.	2	4 lavori pubblicati su riviste a basso impatto	3	Presenta due lavori parzialmente pertinenti al lotto corrente.	2





Concorrente		Citieffe S.r.l. a socio unico		Mikai S.p.A.		Orthofix S.r.l.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4
Tempestività nelle consegne dall'invio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18H e le 24H: 4 punti tempi di consegna fra le 12H e le 18H: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12H: 8 punti	8	in caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	Entro 10 h dal ricevimento dell'ordine	8	consegna standard in 6 h, in urgenza 3 h	8
TOT.	70		63		63		67
Soglia Minima punteggio							
42/70							
RIPARAMETRIZZAZIONE			65,82		65,82		70,00

Alfa *OR* *OR*

LOTTO 40 quater: FISSATORE
ESTERNO PER CAVIGLIA
MONOUSO
ARTICOLATO

Concorrente		Chieffe S.r.l. a socio unico		Europa Trading S.r.l.		Orthofix S.r.l.		Waldner Technologie Medica! S.r.l. a Socio Unico	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (con particolare riferimento a: qualità del materiale, profilo e forma)	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10	ottima dal punto di vista della qualità del materiale, profilo e forma	10
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI (con particolare riferimento a: versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego)	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12	ottima versatilità nelle diverse indicazioni d'impiego	12
CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO (qualità, praticità, semplicità e maneggevolezza dello strumentario)	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10	ottimo	10
CONFEZIONAMENTO (tipologia e praticità del confezionamento, sia nella confezione singola sterile che in cassetta multiprodotto da sterilizzare)	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6	ottimo	6
AMPIEZZA DELLA GAMMA (taglie, diametri e lunghezze)	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10	ottima gamma di taglie diametri e lunghezza	10
ASSISTENZA POST VENDITA E FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIA	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	sufficiente sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	3	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5	ottima sia per l'assistenza post vendita che per l'offerta formativa	5
BIBLIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA INDICIZZATA RELATIVA AL PRODOTTO OFFERTO	5	Presenta bibliografia generica: dedicata alla fissazione esterna, senza specifiche per le caratteristiche del lotto corrente.	2	Bibliografia non presente	0	Presenta due lavori parzialmente pertinenti al lotto corrente.	2	Presenta bibliografia parzialmente pertinenti al lotto corrente.	2
Presenza del codice UDI per la tracciabilità del Dispositivo	4	presente codice UDI	4	non presente codice UDI	0	presente codice UDI	4	dichiarato codice conforme ad UDI, attualmente non presente per tutti i prodotti commercializzati	2
Tempestività nelle consegne dall'inizio dell'ordine: tempi di consegna fra le 18h e le 24h: 4 punti tempi di consegna fra le 12h e le 18h: 6 punti tempi di consegna inferiore alle 12h: 8 punti	8	in caso di urgenza entro 24h, su richiesta entro 12-18h, in caso di estrema necessità entro le 12 h	4	entro 24 h	4	consegna standard in 6 h, in urgenza 3 h	8	entro 24h dalla ricezione dell'ordine per merce presente a magazzino. Per merce non disponibile entro 10 gg.	4
TOT	70		63		55		67		61
Soglia Minima punteggio 42/70									
RIPARAMETRIZZAZIONE		65,82		57,46		70,00		63,73	

