

In rif.to a quanto in oggetto, siamo a sottoporVi le ns.osservazioni:

- *Lotto 4, si chiede di verificare la correttezza del dato di spessore dello strut e del materiale dello stent. In tale lotto lo spessore degli strut può arrivare fino a 130 micron ed il materiale può anche essere acciaio, laddove tale valore viene ridotto a 90 micron e 92 micron rispettivamente negli altri lotti (1, 2 e 3) che univocamente escludono l'acciaio come lega della piattaforma.*

Con l'occasione Vi informiamo che saranno presenti all'incontro pubblico che si terrà il giorno 22 c.m. le seguenti persone:

Sig.Alessandro Pellegrino

Sig.Giorgio Gobbi

Sig.ra Teresa Venturini

Cordiali saluti.

--

B.BRAUN MILANO SPA

UFFICIO GARE

Via Vincenzo da Seregno 14

20161 Milano

Tel 02 66 218 1

Fax 02 66 218 290

Fax uff.gare 02 66 218 369

Fax customer service 02 66 218 350

servizio.clienti@bbraun.com

www.bbraun.com

B.Braun Milano S.p.A. a Socio Unico

Sede Legale - Via Vincenzo da Seregno 14

20161 Milano - Italia

Codice Fiscale/Partita IVA 00674840152

Capitale Sociale Euro 20.688.000 i.v.

Registro Imprese di Milano n. 00674840152

Rea n. Mi- 318326

Societa' soggetta all'attivit  di direzione e coordinamento della B Braun Melsungen AG (D)