

Procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della a Regione del Veneto, di cui alla deliberazione di indizione n. 378 del 14.12.2018 e deliberazione di rettifica n.75 del 21.02.2019.

VERBALE DEL 12.07.2019

Il giorno 12.07.2019 presso la sede della U.O.C. CRAV – Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice in intestazione, per la valutazione tecnica ed economica e l'attribuzione del relativo punteggio, ex art. 7 del disciplinare di gara, per la gara indetta con deliberazione n. 378 del 14.12.2018 e rettificata con deliberazione n.75 del 21.02.2019.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 07.06.2019, risulta così composta:

Presidente: Dott. Stefano Formentini - Direttore della Funzione Ospedaliera - AULSS 2, Marca Trevigiana;
Componenti: Dott.ssa Anna Giuliani - Dirigente Medico UOS Dialisi Peritoneale - AULSS 8 Berica;
Dott.ssa Rossella Zanarotto - Coordinatore Infermieristico Centro Dialisi - AULSS 9 Scaligera.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV – Azienda Zero.

Le ditte partecipanti sono le seguenti:

1. FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A di Palazzo Milano (CR), che dichiara di partecipare per il lotto n.1;
2. BAXTER S.p.A di Roma, che dichiara di partecipare per i lotti 1,2 e 3.

In via preliminare la commissione prende atto delle indicazioni regionali in merito al rispetto delle tempistiche di aggiudicazione prevista entro il mese di settembre e si accorda sulle date per i successivi incontri nei mesi di luglio e settembre.

La Commissione Giudicatrice preso atto della documentazione tecnica scaricata dal personale dell'UOC CRAV, come previsto dall'art.10 del disciplinare di gara, avvia i lavori, verificando la corrispondenza ai requisiti minimi previsti per i 3 lotti di partecipazione.

Lotto 1

La ditta **Fresenius Medical Care Italia** presenta i seguenti prodotti:

Sublotto A):

- sacche EQUIBALANCE 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 2 e 2,5lt), BALANCE 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 2 e 2,5lt), BICAVERA 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 2 e 2,5lt) e BICANOVA 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 2 lt) con i relativi materiali di consumo e soluzione dializzante, come da indicazioni del capitolato tecnico;

Sublotto B):

- sacche EQUIBALANCE 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 5lt), BALANCE 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 5lt), BICAVERA 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 3 e 5lt) e EQUIVERA 1,5% - 4,25% - 2,3% (tutte da 5 lt) con i relativi materiale di consumo e soluzione dializzante , come da indicazioni del capitolato tecnico;
- kit di connessione per APD Set Plus per Cycler Sleep Safe e Set plus Pediatrico per Cycler Sleep Safe;
- Cycler sleep safe HARMONY.

Dall'analisi svolta tutti i prodotti proposti rispondono alle caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico.

La ditta **Baxter** presenta i seguenti prodotti:

Sublotto A):

- Sacche PHYSIONEAL 35 conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (tutte da 2 lt), PHYSIONEAL 40 conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (tutte da 2 e 2,5 lt) e NUTRINEAL PD4 (2 lt) con i relativi materiali di consumo e soluzione dializzante, come da indicazioni del capitolato tecnico;

Sublotto B):

- sacche FIXIONEAL 35 conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (5 lt), FIXIONEAL 40 conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (5 lt), PHYSIONEAL 40 conc.1,36%, 2,27% (2,5lt) e NUTRINEAL PD4 (2,5 lt) con i relativi materiale di consumo e soluzione dializzante, come da indicazioni del capitolato tecnico;
- kit di connessione Miniset;
- Cyclor HOMECHOICE CLARIA

Dall'analisi svolta tutti i prodotti proposti rispondono alle caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico.

Lotto 2

La ditta **Baxter**, unica partecipante, presenta i seguenti prodotti:

Sublotto A):

- Sacche Twin Bag per CAPD conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (tutte da 2 lt) con i relativi materiali di consumo e soluzione dializzante, come da indicazioni del capitolato tecnico;

Sublotto B):

- Single Bag per APD conc.1,36%, 2,27% e 3,86% (tutte da 5 lt) con i relativi materiali di consumo e soluzione dializzante, come da indicazioni del capitolato tecnico
- kit di connessione Miniset;
- Cyclor HOMECHOICE CLARIA.

Dall'analisi svolta tutti i prodotti proposti rispondono alle caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico

Lotto 3


La ditta **Baxter**, unica partecipante, presenta le sacche EXTRANEAL.

Dall'analisi svolta tutti i prodotti proposti rispondono alle caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico.


La commissione, sentiti in merito anche alcuni componenti del GT di gara, prende atto che il lotto si riferisce alla fornitura di sole sacche e non ai relativi materiali di consumo, che, qualora richiesti, sono da riferirsi al lotto 1.

La Commissione alle ore 16.45 conclude le operazioni odierne, rinviando ai prossimi incontri il prosieguo delle operazioni di valutazione qualitativa.

Stefano Formentini



Anna Giuliani



Rossella Zanarotto



Segretario verbalizzante:

Luca Zuffellato

