

## Chiarimenti 11-6-2018

### ***rif. BOZZA CAPITOLATO***

#### Chiarimento 1

Rif. pagina 2 (....Ipotesi di accordo quadro con 60% al primo e rimanente percentuale libera su motivazione)

Si richiede di valutare la riduzione dal 60% al 40% per il primo aggiudicatario in graduatoria in considerazione della natura di "accordo quadro" della presente procedura.

#### Chiarimento 2:

Rif. pagina 2 " Il lotto n.4 verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i."

Per quanto riportato a pagina 10 per il lotto 4 "*Si procederà alla mera individuazione di un elenco di prodotti idonei, dai quali attingere in considerazione delle specifiche esigenze clinico terapeutiche ed organizzative segnalate dal reparto utilizzatore*",

Si chiede di confermare che "...l'aggiudicazione secondo criterio del minor prezzo..." sia da considerare un refuso.

#### Chiarimento 3

rif. pag. 5" Su richiesta fornitura gratuita del raccordo al sistema centralizzato ..."

In considerazione del fatto che a priori non è possibile conoscere i quantitativi e la tecnologia impiegata dal sistema nel singolo centro che aderirà all'accordo quadro della presente procedura, si richiede la cancellazione del suddetto requisito.

#### Chiarimento 4

rif. pag. 5" Preparazione del bagno di dialisi da soluzione acida ..."

In considerazione della specificità metodica richiesta nel lotto 2 si chiede la modifica con la seguente dicitura: " Preparazione del bagno di dialisi da soluzione acida senza tampone, liquida o in polvere, in dose per singola dialisi"

#### Chiarimento 5 :

rif. a 2.2.1 Lotto 1 pag.8

si chiede di confermare la possibilità di offrire oltre ai due filtri obbligatori, di cui ai punti 1 e 2 , ulteriori tipologie di membrane e poter indicare all'interno dell'intera offerta quali filtri saranno oggetto di valutazione.

#### Chiarimento 6:

Con riferimento a pag.10 punto "e. sacche di soluzione infusionale con bicarbonato per un totale da 9 a 12 litri e sacca priva di qualsivoglia tampone per apparecchiature dotate di dispositivi per esecuzione di AFB",

si chiede di confermare che tale punto sia requisito per il lotto 2 e non per il lotto 1

### ***rif. BOZZA CRITERI DI VALUTAZIONE***

#### Chiarimento 7

Rif. Lotto 1 e 2 : "Possibilità di iniziare un trattamento dialitico dopo la disinfezione..." :

si chiede di confermare che sarà attribuito il punteggio massimo anche nel caso in cui nell'offerta tecnica la disinfezione chimica non sia necessaria, in virtù del protocollo di disinfezione validato dal fabbricante sull'azione su microorganismi e agenti patogeni, e quindi vi sia il beneficio di una riduzione di carico di lavoro e assenza di controlli dei residui.

#### Chiarimento 8

Rif. Lotto 1 e 2 : "Tempo di disinfezione: ...".

Si chiede di confermare che per tempo di disinfezione si intenda il periodo intercorrente tra l'invio del comando di disinfezione e il termine dell'intero processo per rendere la macchina utilizzabile per il trattamento successivo senza dover prevedere ulteriori fasi accessorie.

#### Chiarimento 9

Ref. "Caratteristiche della metodica ad ago singolo..."

in considerazione della ridottissima incidenza nel dover ricorrere alla metodica ad ago singolo, si richiede di eliminare tale criterio di valutazione.

#### Chiarimento 10

Rif. "Software di controllo per l'ottimizzazione dei flussi di reinfusione...",

si chiede di confermare che la valutazione sarà effettuata sulla base del manuale d'uso, evidenze cliniche e riferimenti bibliografici sullo specifico sistema offerto.

#### Chiarimento 11:

rif. "Caratteristiche della misurazione del ricircolo..." :

si chiede di prevedere oltre alla possibilità di misurazione del ricircolo anche il monitoraggio del ricircolo tramite test automatico di valutazione.

#### Chiarimento 12

Rif. Lotto 1 e 2 : "Sistema dedicato alla prevenzione degli episodi ipotensivi con metodologia in biofeedback..." :

si chiede di confermare che la valutazione sarà effettuata sulla base del manuale d'uso, evidenze cliniche e riferimenti bibliografici sullo specifico sistema offerto.

#### Chiarimento 13

Rif. "Software di controllo per l'ottimizzazione dei flussi di reinfusione ..."

in considerazione della specificità della tecnica AFB che prevede la regolazione della bicarbonatemia del paziente in base al flusso infusionale, si propone di modificare il criterio di valutazione prevedendo l'assegnazione del punteggio sulla base dell'algoritmo di controllo della bicarbonatemia stessa (manuale d'uso e riferimenti bibliografici sul sistema offerto)