

Spett.le
REGIONE VENETO - Azienda ZERO
U.O.C. CRAV
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA PD

Oggetto: **Osservazioni consultazione di mercato gara emodialisi Regione del Veneto.**

Egregio Direttore,

Vi ringraziamo per averci interpellato per esprimere osservazioni in merito alla procedura di acquisizione in preparazione. E concentreremo il nostro commento sul Lotto 4 dedicato alle membrane speciali.

In primo luogo, vorremmo sottolineare che l'elenco riportato il Lotto 4 include membrane con caratteristiche tecniche e tecnologiche differenti, anche esclusive, in termini di interazione con le tossine uremiche. Lo scopo della differenziazione è quello di agire sull'insufficienza renale cronica, ma anche su comorbidità ad essa correlate. Peraltro, la possibilità di eseguire trattamenti speciali per particolari pazienti sarebbe opportunamente garantita dalla struttura proposta per il Lotto 1 che lascerebbe facoltà alle Amministrazioni Sanitarie contraenti di acquistare fino al 30% del fabbisogno come trattamento senza filtro. Dalla lettura della descrizione del Capitolato allegato alla Consultazione preliminare di Mercato intendiamo che:

- La struttura finale del Lotto 4 si comporrà di tanti sub-lotti quante sono le membrane elencate, aggiudicabili separatamente a formare un elenco di membrane speciali a disposizione dei reparti di dialisi.
- Gli operatori economici potranno, quindi, presentare offerta per uno o più sub-lotti del Lotto 4 in base alla disponibilità di filtri nel loro catalogo
- In caso di unico offerente per sub-lotto, l'aggiudicazione renderà il prezzo d'acquisto, commisurato alla base d'asta, omogeneo sul territorio di riferimento
- In caso di più concorrenti conformi per il medesimo sub-lotto, l'aggiudicazione andrà al concorrente che ha offerto il prezzo più basso, rispetto alla base d'asta.

Questa struttura di gara per il Lotto 4 consentirebbe di acquisire tutte le tecnologie e renderle disponibili per le necessità cliniche dei reparti di dialisi del territorio di riferimento. Tuttavia, non ci risulta completamente chiaro se i sub-lotti saranno associati a fabbisogni annuali oppure più facilmente sarà riferito il solo prezzo a base d'asta, lasciando poi ad ogni Struttura Sanitaria la decisione sui quantitativi da acquisire dei vari sub-lotti in base alle necessità dei pazienti afferenti, ferma restando la proporzione tra trattamenti del lotto 1 già acquistati con filtro e quelli aperti a membrane speciali (70% e 30% rispettivamente).

In secondo luogo, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione che per ogni tecnologia descritta dai sub-lotti, potrebbero esistere varietà costruttive distinte per soddisfare esigenze cliniche differenti. Citiamo il caso di specie della membrana in PoliMetilMetAcrilato (PMMA), distribuito dalla scrivente Estor spa: a parità di materiale costitutivo di base, la tecnica costruttiva di Toray Industries consente di ottenere fino a 5 serie differenti di membrane che, assieme alla rimozione di tossine uremiche, esplicano attività terapeutiche peculiari per ognuna serie (ad es. prurito uremico, compromissione immunologica, rimozione di catene libere leggere, rimozione di tossine uremiche legate a proteine plasmatiche, etc) e sono proposti a prezzi di vendita differenti.

ESTOR S.P.A.

Capitale Sociale 333.600 Euro i.v.

Sede: via Newton n. 12 - 20016 PERÒ (MI)
R.E.A. di Milano n. 1577392 - R.I. di Milano n. 38640/99
Cod. Fisc./Partita IVA n. 12693140159
Tel. 02 339416.1 - Fax 02 3391.2069
N.IVA CEE IT 12693140159

ESTOR

Auspichiamo, quindi, che sia lasciata all'offerente facoltà di offrire più serie di dializzatori nello stesso sub-lotto, sempre aderendo alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Infine, auspichiamo che il processo di consultazione coinvolga gli operatori economici anche nella costruzione delle basi d'asta appropriate per ogni tecnologia, affinché siano adeguatamente apprezzati gli sforzi e le abilità tecnologiche dei produttori, ma anche per fare in modo che i prezzi di mercato siano allineati appropriatamente.

Questo ultimo suggerimento deriva dal disallineamento significativo dei prezzi iscritti nel OPRVE, rispetto a quelli realmente praticati per i nostri dializzatori, già segnalato con nostra comunicazione del 12/01/2018.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimento e confronti.

Distinti saluti

ESTOR S.p.A.

Il Procuratore
(Ing. Antonio Balducci)

