

Fresenius Medical Care Italia S.p.A.  
Società con Unico Socio soggetta a direzione  
e coordinamento di Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Crema, 8  
26020 – Palazzo Pignano (CR)  
Telefax 0039 0373 - 974201

Spettabile  
**U.O.C. CRAV**  
**AZIENDA ZERO**  
Passaggio Gaudenzio, 1  
**35131 PADOVA**

8 Giugno 2018  
Prot. 443/2018 RST/mc

**OGGETTO: OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE DI MERCATO GARA EMODIALISI  
REGIONE VENETO.**

Con riferimento alla consultazione di mercato indicata in oggetto di seguito le ns. osservazioni alla bozza del capitolato pubblicato:

1. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "PREMESSE", pagina 2, si cita la durata di tre anni, con opzione di rinnovo, per la Fornitura di sistemi per emodialisi e materiale di consumo.

Si fa presente che al fine di evitare quote di noleggio troppo elevate, la durata standard per l'ammortamento delle apparecchiature è di 5 anni come prescritto dalla gara nazionale CONSIP di recente aggiudicazione e dalla maggior parte di procedure di gara della stessa tipologia.

Si chiede pertanto la possibilità di estendere la durata del contratto.

2. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "1 – OGGETTO DELLA FORNITURA", si richiedono:
  - pagina 2, Lotto 2: Trattamenti di Acetate Free Biofiltration (AFB)
  - pagina 2, Lotto 3: Trattamenti di emodiafiltrazione con reinfusione endogena (HFR)

Si chiede di confermare la possibilità di proporre offerte tecniche equivalenti come previsto dal vigente Codice degli appalti.

3. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA", pagina 3, per i lotti 2 e 3 si cita che "al fine di garantire il completo utilizzo delle apparecchiature le stesse potranno essere utilizzate anche per i trattamenti in bicarbonato dialisi e/o emodiafiltrazione on line".

Si chiede di specificare se i quantitativi per i trattamenti di bicarbonato dialisi ed emodiafiltrazione on line previsti nei lotti 2 e 3, al fine di garantire il completo utilizzo delle apparecchiature, saranno sottratti dai volumi previsti per il lotto 1.

Si fa presente che in questo modo il lotto 1 verrebbe impoverito di trattamenti di emodialisi e emodiafiltrazione, con danno economico per le ditte aggiudicatrici e creando tra l'altro una condizione di indeterminatezza nella fase di definizione dell'offerta economica del medesimo lotto.

4. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "3.2 2.2 CARATTERISTICHE DEI FILTRI", pagina 8, si richiede per il Lotto 1 la fornitura di "almeno due filtri" di tipologie diverse per i trattamenti di emodialisi a basso flusso/alto flusso ed emodiafiltrazione on line.

Si chiede di confermare se, pur garantendo la fornitura di almeno due filtri diversi per i trattamenti di emodialisi ed emodiafiltrazione in conformità a quanto richiesto dal Capitolato, il fornitore possa offrire le medesime membrane per le due modalità di trattamento.

5. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "2.3 CARATTERISTICHE DEL KIT DI MATERIALI DI CONSUMO", pagina 10, si cita per il Lotto 1:

- "e. sacche di soluzione infusionale con bicarbonato per un totale da 9 a 12 litri e sacca priva di qualsivoglia tampone per apparecchiature dotate di dispositivi per esecuzione di AFB"

Si chiede di confermare che trattasi di refuso in quanto la richiesta afferisce al trattamento AFB richiesto invece per il Lotto 2.

6. Si chiede di confermare che eventuali opzioni o modalità terapeutiche particolari e migliorative per la gestione di pazienti con specifiche esigenze cliniche, proposte in aggiunta ai trattamenti dialitici previsti e non contemplate nella presente bozza di Capitolato, possano essere incluse nella fornitura e che diventino oggetto di valutazione nella griglia del punteggio qualitativo.

7. All'interno della bozza di Capitolato per la Consultazione preliminare di mercato, alla sezione "Caratteristiche tecniche minime dell'Apparecchiature per dialisi", Lotto 1, pagina 5, si specifica:

- "su richiesta fornitura gratuita del raccordo al sistema centralizzato di preparazione del concentrato acido nelle aziende ove presente"

Si chiede di confermare che con tale richiesta si intenda la fornitura di apparecchiature predisposte e complete di tutta la componentistica necessaria al collegamento con il sistema centralizzato di preparazione e distribuzione del concentrato acido, ove presente, senza nessun aggravio di costo per l'ente appaltante.

8. Si chiede la possibilità di inserire, all'interno della griglia di valutazione dei filtri dializzatori, ulteriori elementi che valutino la qualità del prodotto offerto quali, a titolo puramente esemplificativo: processo di sterilizzazione, geometria dei capillari, caratteristiche di eco-compatibilità, peso, etc.

Distinti saluti.

Roberto Stocco

Operation & Sales Effectiveness Director

