



Spett.le: **AZIENDA ZERO**
Passaggio Gaudenzio,1
35131 PADOVA

c.a. **Dr.ssa Sandra Zuzzi –U.O.C. CRAV**

OGGETTO: Consultazione di mercato per la fornitura, suddivisa in lotti, di sistemi per emodialisi e materiali di consumo per le aziende sanitarie della Regione Veneto

Il sottoscritto **Dott. Francesco Caselli** nato a Modena (MO) il 08/01/1974 C.F. CSLFNC74A08F257X, domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità di Amministratore Delegato della Società **Spindial S.p.A.**, C.F. e P. IVA 02141870341, con sede in Strada Nazionale, 18 – 43044 Lemignano di Collecchio (Parma),

con riferimento a quanto in oggetto si sottopongono le seguenti osservazioni:

- **Lotto 3:** Si chiede di escludere il lotto 3 dalla stipula dell'Accordo quadro in quanto trattasi di una metodica riconducibile ad un unico operatore economico.
- **Lotto 1:** si chiede rivalutare l'ipotesi di suddivisione delle forniture (60% al primo e rimanente percentuale libera su motivazione) e ridurla a 50% al primo e 50% ai rimanenti altrimenti si rischierebbe di avvantaggiare notevolmente un unico concorrente creando una situazione dominante di mercato.
- **Lotto 2:** "Caratteristiche tecniche minime dell'Apparecchiatura per dialisi" –Con riferimento alla tabella relativa alla "Trattamento" si chiede di inserire il seguente requisito (peraltro già previsto nel lotto 1) ovvero:
Sistema di preparazione e controllo automatico che permetta l'esecuzione di:
 - a) Bicarbonato dialisi
 - b) Emodiafiltrazione on line
 - c) AFB
- **Lotto 4 "Filtri Speciali":** si chiede di inserire in elenco anche la membrana "**Polyester Polymer Alloy**" (PEPA®) essendo una membrana che rientra tra quelle definite "speciali".
- **Bozza criteri di valutazione:** Riferimento tabella "Preparazione"–"Tempo di preparazione: dall'accensione alla possibilità di collegamento del paziente per l'avvio del trattamento" si chiede di integrare il requisito prevedendo che la preparazione dell'apparecchiatura debba essere eseguita con liquido autoprodotta dalla macchina (on line) come peraltro già previsto nel paragrafo del capitolato relativo alla caratteristiche minime richieste per le apparecchiature.

Spindial S.p.A. Socio Unico
L'Amministratore Delegato
Dott. Francesco Caselli

SPINDIAL SPA UNICO SOCIO
.....Strada Nazionale 18 - Loc. Lemignano
43044 COLLECCHIO (PR)
Tel. 0521 339611 - Fax 0521 339600
Partita Iva 02141870341