

LOTTO 15				KRYOS SRL	MEDACTA ITALIA	J-TECH SRL	WALDNER
				UNIGLIDE	GMK Uni	OXFORD™ MICROPLASTY CEMENTED	Mako Partial Knee
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	monocompartimentale inserto mobile, cementata (non ha molto senso differenziare, i prodotti sono sostanzialmente analoghi ed ha una minore rilevanza il numero di taglie)				chiesto chiarimento: non ha risposto, scheda tecnica non presentata, su repertorio scheda tecnica di AB medica ESCLUSA. <u>SCHEDA TECNICA NON PRESENTATA IN SEDE DI OFFERTA. CAMPIONE DELL'INSERTO NON CONFORME AL CAPITOLATO (VIENE PRESENTATO PIATTO FISSO E CON MISURE COMPLETAMENTE DIFFERENTI).</u>
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	5 tre taglie (2-3-4)	5 taglie n. 10 (ST), offerte 4	5, taglie femorali n.5. offerte 4	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	9 Disponibile in rivestimento con TiN	9 Disponibile in rivestimento con TiN	9, piena corrispondenza	
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5,	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7 TAGLIE TIBIALI n. 7	7 taglie tibiali n. 5 (st)	7 taglie tibiali n. 7	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui					
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	4, DIFFICOLTA' apertura: necessarie forbici	4, necessità di forbici sia per il cellophane sia per la scatola	4, DIFFICOLTA' apertura: necessarie forbici per cellophane, necessario tagliare due sigilli	
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	4, etichette che si staccano	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui					
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, strumentario pienamente adeguato	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui					
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	2 solo due studi ma in buone riviste	1 molta bibliografia ma non studi sulla protesi presentata, solo una revisione non pubblicata di 184 pazienti	3, documentazione scientifica elevata	
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	9 follow up molto rendicontato e preciso	3 follow up molto limitato	9 follow up elevato	

5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui				
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenze e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	3, no reperibilità, non specifica qualifica e numerosità del personale, supporto scarso, non specificati audit semestrali, controllo scadenze e formazione per upgrade	7, no reperibilità, strumentario consegnato di volta in volta in caso di pochi interventi	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica
			60	58	67	



