


AZIENDA ZERO – U.O.C. C.R.A.V.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI PROTESI DI GINOCCHIO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE  
DELLA REGIONE DEL VENETO – LOTTI DA 1 A 19**

**ESITI VERIFICHE IDONEITÀ**

Lotto 11	Ditta:	SMITH&NEPHEW	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI	J-TECH	MBA ITALIA	EXATECH	MATHYS ORTOPEDIA	MICROPORT	JOHNSON& JOHNSON
	Prodotto:	LEGION	TRIATHLON TS	PERSONA	APEX KNEE RECONSTRUCTION SYSTEM	Optetrak	balanSys	ADVANCE	PFC SIGMA E SIGMA TC3
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata cementata costituito da:		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
<ul style="list-style-type: none"> <li>componenti femorale e tibiale con numero di taglie da 1 a 9</li> <li>Inserto fisso CCK</li> </ul>									
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme



Lotto 12	Ditta:	JOHNSON& JOHNSON		
	Prodotto:	M.B.T. DA REVISIONE		
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto semivincolata a rotazione cementata costituito da:  • componenti femorale e tibiale con numero di taglie da 1 a 9  •Perno rotante o inserto CCK rotante		Conforme		
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme		
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme		
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d’uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme		
Lotto 13	Ditta:	JOHNSON& JOHNSON		
	Prodotto:	M.B.T. DA REVISIONE	MRH -Impianto	RT-PLUS Solution
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale di 1° impianto a cerniera cementata costituito da componenti femorale e tibiale con numero di taglie da 1 a 9		Conforme	Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d’uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme	Conforme

Lotto 14	Ditta:	SMITH&NEPHEW	MEDACTA	J-TECH	BIOMEDIKA	PERMEDICA	EXACTECH	LIMA CORPORATE	MICROPORT	ADLER ORTHO	JOHNSON& JOHNSON	B. BRAUN MILANO
	Prodotto:	LEGION™ TKS	GMK Primary	PERSONA THE PERSONALIZED CEMENTED KNEE SYSTEM	KNEETEC DEEP DISH	GKS PRIME FLEX PS	OPTETRAK	Physica System	EVOLUTION	GENUS	ATTUNE	COLUMBUS
• componente femorale a conservazione del crociato posteriore o sacrificio		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
• componente tibiale con inserto in polietilene compatibile con varie misure		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
• componente rotulea		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme



Lotto 15	Ditta:	KRYOS	WALDNER TECNOLOGIE	J-TECH	MEDACTA
MC	Prodotto:	UNIGLIDE	Mako Partial Knee	OXFORD™ MICROPLASTY CEMENTED	GMK Uni
GC					
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto mobile costituito da:		Conforme	Esclusa (non ha risposto ai chiarimenti)	Conforme	Conforme
• componente femorale di varie taglie		Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme
• componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile		Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme

Lotto 16	Ditta:	SMITH&NEPHEW	WALDNER TECNOLOGIE	J-TECH	ORTHOLAB	PERMEDICA	MEDACTA	MATHYS ORTOPEDIA	ARTHREX ITALIA	ADLER ORTHO	JOHNSON& JOHNSON	B. BRAUN MILANO	LIMA CORPORATE
	Prodotto:	JOURNEY™ UNI	Triathlon PKR	Persona Partial Knee	Mitus	GKS ONE BIOLOY	GMK Uni	balanSys UNI	iBalance UKA	GENUS UNI	Sigma® High Performance Partial Knee	UNIVATION X F	ZUK (Zimmer® Unicompartmental Knee) -
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con inserto fisso costituito da:		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
• componente femorale di varie taglie		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
• componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Lotto 17	Ditta:	SMITH&NEPHEW	MEDACTA	BIOMEDIKA	ORTHOLAB	PERMEDICA	EXACTECH	ADLER ORTHO	JOHNSON&JOHNSON	LIMA CORPORATE
	Prodotto:	JOURNEY	GMK Uni	HLS UNI EVOLUTION	GEMINI	GKS ONE BIOLOY®	Optetrak	GENUS UNI	Sigma® High Performance Partial Knee	ZUK
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto cementata con componente tibiale all-poly		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
• componente femorale di varie taglie		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
• componente tibiale all poly di varie taglie		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Lotto 18	Ditta:	KRYOS	J-TECH
	Prodotto:	Corin Uniglide	OXFORD™ MICROPLASTY CEMENTLESS
Sistema di <b>protesi di ginocchio</b> femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto mobile costituito da:		Conforme	Conforme
• componente femorale di varie taglie		Conforme	Conforme
• componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile di varie taglie		Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme

Lotto 19	Ditta:	PERMEDICA	ADLER ORTHO
	Prodotto:	GKS ONE	GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE
Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto fisso costituito da:		Conforme	Conforme
• componente femorale di varie taglie		Conforme	Conforme
• componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, fisso di varie taglie		Conforme	Conforme
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore, essere latex free (anche nei loro confezionamenti primari), ed essere marcati CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme
Le etichette dei prodotti dovranno essere redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE.		Conforme	Conforme
La Ditta dovrà offrire per ogni lotto in comodato d'uso gratuito i set di strumentario e le pompe ove richieste.		Conforme	Conforme

Handwritten signatures and initials, including the word 'Coop' written vertically.