

LOTTO 1				BIOMEDIKA SRL	FIN-CERAMICA FAENZA	J-TECH	B. BRAUN MILANO	WALDNER TECNOLOGIE	SAMO
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	CEMENTATO, RAGGIO COSTANTE, INSERTO FISSO	Kneetek CR	First Mobile e First Fixed	Natural Knee Flex Gender	Columbus	Triathlon	Trekking
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7: 3	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	5 punti: taglie femorali n. 7 più 3 narrow	1 punto: taglie femorali n. 6	5 punti, OFFERTE taglie femorali n. 5 femminili e 5 maschili, in scheda tecnica 7 taglie	5 punti, taglie femorali n. 7 e 5 narrow (solo in offerta economica)	3 punti, taglie femorali n. 8	1 punto, taglie femorali n. 5
1b)	caratteristiche dell'impianto/ sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard
1c)	Modularità e varietà di accoppiamenti . 3, sufficiente numero di accoppiamenti . 5, discreto numero di accoppiamenti . 7, elevato numero di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	5 punti, tibiali n. 8	3 punti tibiali n. 6, Protesi solo PS	5 punti, tibiali n. 7	7 punti, taglie tibiali n. 5 più 4 plus	5 punti, tibiali n. 8	3 punti, tibiali n. 5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	3, la taglia è scritta in piccolo ed è pertanto poco riconoscibile; necessità di forbici per aprire il cellophane e il sigillo	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5, il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	3, etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a barre, materiale, taglia per esteso)	5, il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, il prodotto garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	8 strumentario difficilmente valutabile	6, strumentario basico e con limitata precisione	10, adeguata versatilità e praticità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, adeguata versatilità e praticità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso

*Per Mr Ger ON Cog*

3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	2, garantiscono sufficiente ergonomicità	2, garantiscono sufficiente ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	2, garantiscono sufficiente ergonomicità
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui							
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	1, documentazione scientifica molto limitata	1, documentazione scientifica difficilmente valutabile; presentato solo elenco degli articoli	2, ricerca scientifica presente ma datata	1, documentazione scientifica molto limitata	3, documentazione scientifica molto approfondita e molto numerosa	2, documentazione scientifica discreta
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	0, FOLLOW UP NON PRESENTATO	6, follow up dati da registri e percentuali di revisioni standard	3, follow up limitato come numero di pazienti e pubblicazioni (follow up di 14 anni antecedente al 2001, su 140 pazienti)	3, follow up, con percentuali di revisioni standard, ma su un periodo di tempi limitato (file o Columbus study results)	9, follow - up molto specificato e con riviste scientifiche di alto spessore	6, follow up limitato ma pubblicato su riviste di una certa rilevanza
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui							
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi	4. Non vengono forniti recapiti né indicazioni di reperibilità. Non viene descritta la numerosità né precisata la qualifica dello stesso. La formazione è scarsa e gli audit non sono specificati.	2, descrive solo sede, dichiara disponibilità in sala e formazione in caso di up-grade ma supporto formativo non dettagliato	9, garantisce quanto richiesto dal capitolato	4, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	5, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	7, vengono indicati pochi recapiti e non viene specificata la qualifica del personale.
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, garantisce quanto richiesto dal capitolato	0, non presente dichiarazione. A seguito di specifica richiesta della stazione appaltante, la società dichiara espressamente di aver dimenticato il documento	4, garantisce quanto richiesto dal capitolato	4, garantisce quanto richiesto dal capitolato	4, garantisce quanto richiesto dal capitolato	4, garantisce quanto richiesto dal capitolato
				45	35	58	49	59	48
					ESCLUSA				





