

LOTTO 11				WALDNER SRL	EXATECH SRL	MATHYS ORTOPEDIA	J-TECH SRL	JOHNSON&JOHNS ON	SMITH & NEPHEW SRL	MBA	MICROPORT SRL
				TRIATHLON	OPTETRAK	BALANCYS	PERSONA	SIGMA TC3	LEGION	APEX	ADVANCE
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:									
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	8 taglie femorali, 3 punti	1 punto, 5 taglie femorali	1 punto, 5 taglie femorali	Standard 10 e Narrow 11 - Punteggio 5 punti	7 taglie, 3 punti	7 standard e 4 narrow 5 punti	9 taglie, 5 punti	12 taglie, 5 punti
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo	9 punti . Zimaloy, lega di cromo-cobalto-molibdeno	9 ergonomia e disponibilità di camicie tibiali e femorali	9 Protesi in Lega di Oxinium	3 punti, può ritenersi congruente, per quanto il fittone non sia di dimensioni perfettamente adeguate.	9; possibilità di componente tibiale BIOFOAM; matrice spugnosa in titanio, altamente porosa
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7 punti, 8 taglie tibiali	7 punti, 10 taglie tibiali	5 punti, 5 taglie tibiali	7 punti, 9 taglie tibiali	5 punti, 6 taglie tibiali	7, 8 taglie tibiali	7, discreto numero di accoppiamenti, 6 taglie tibiali + 3 plus	7 punti, 5 taglie tibiali
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui									
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4 punti, difficoltà di apertura delle confezioni, necessarie forbici	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	3 punti, inserti confezionati in buste: la busta più interna confezionata sotto vuoto ha necessità di apertura con le forbici	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui									
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10 punti, strumentario pienamente adeguato	10 punti, strumentario pienamente adeguato	10 punti, strumentario pienamente adeguato	10, strumentario pienamente adeguato	10, strumentario pienamente adeguato	10, strumentario pienamente adeguato	5, sistema standard di buona ergonomia e con normale versatilità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso

3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, garantisce adeguata ergonomicità	4 punti, garantisce adeguata ergonomicità	4 punti, garantisce adeguata ergonomicità	4, garantisce adeguata ergonomicità	4, garantisce adeguata ergonomicità	4, garantisce adeguata ergonomicità	2, sistema standard con normale ergonomicità	4, garantisce adeguata ergonomicità
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui									
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione diefficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	3, bibliografia significativa	3, bibliografia significativa	2, documentazione scientifica mediocre	3, bibliografia significativa	3, bibliografia significativa	3, bibliografia significativa	2, documentazione scientifica mediocre	3, bibliografia significativa
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell’impianto. Nell’offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l’indice di sopravvivenza dell’impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato	6 punti, bibliografia non riferita al prodotto	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato	6, follow up - bibliografia molto limitata	9, follow up importante. Tasso di revisione basso su follow up prolungato
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui									
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull’utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	5, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	7, non specificata qualifica del personale, audit semestrali e controllo scadenze non specificati	7 punti, pochi recapiti, no reperibilità, non molto dettagliata la qualifica del personale	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	5, pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze	7, nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7: pochi recapiti, non indicata reperibilità, non dichiarata numerosità del personale, non specificata formazione per upgrade	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara
				64	61	58	70	62	68	51	68