

LOTTO 13

				JOHNSON&JOHNSON	SMITH & NEPHEW SRL	WALDNER SRL
				M.B.T.	RT PLUS	MRH
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:				
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	5 punti, elevato numero di taglie disponibili	5 punti, elevato numero di taglie disponibili	5 punti, elevato numero di taglie disponibili
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomia dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilità, usura, altro)	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo	9 punti, garantisce ergonomia e il materiale risulta idoneo
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti 7	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7 punti, elevata modularità e varietà di accoppiamenti	7 punti, elevata modularità e varietà di accoppiamenti	7 punti, elevata modularità e varietà di accoppiamenti
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui				
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui				
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10 punti, strumentario versatile	10 punti, strumentario versatile	10 punti, strumentario versatile
3b)	ergonomia del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4 punti, strumentario ergonomico	4 punti, strumentario ergonomico	4 punti, strumentario ergonomico
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui				
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione dell'efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	3, documentazione scientifica adeguata	3, documentazione scientifica adeguata	3, documentazione scientifica adeguata
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	9, follow up adeguato a quanto richiesto	9, follow up adeguato a quanto richiesto	9, follow up adeguato a quanto richiesto
5		MAX 13 di cui				

[Handwritten signatures and initials]

5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	5, pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze	7 nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	5, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4 dichiarata nella relazione di assistenza tecnica	4 dichiarata nella relazione di assistenza tecnica	4 dichiarata nella relazione di assistenza tecnica
				66	68	66



