

Sistema di protesi di ginocchio femoro-tibiale monocompartimentale di 1° impianto non cementata con inserto mobile costituito da: componente femorale di varie taglie; componente tibiale accessoriata di inserto in polietilene, mobile di varie taglie

KRYOS SRL	J-TECH SRL
-----------	------------

Corin Uniglide	OXFORD™ MICROPLASTY CEMENTLESS
----------------	--------------------------------

LOTTO 18

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:			
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	1 punto - tre taglie (2-3-4)	1 punto, taglie femorali n. 3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	9 punti, Disponibile in rivestimento con TiN	9 punti, elevata ergonomicità
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7 punti, TAGLIE TIBIALI n. 7 (con dieci taglie totali) - elevato numero di accoppiamenti	7 punti, taglie tibiali n. 7 - 10 taglie totali - elevato numero di accoppiamenti
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui			
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	4, difficoltà apertura, necessarie forbici	4, difficoltà apertura, necessarie forbici per cellophane, necessario tagliare due sigilli
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui			
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui			
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione d'efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	2, solo due studi ma in buone riviste	3, documentazione scientifica pertinente e completa
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	9 follow up molto rendicontato e preciso	9, elevato follow up



5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui				
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	3, no reperibilità, non specifica qualifica e numerosità del personale, supporto scarso, non specificati audit semestrali, controllo scadenze e formazione per upgrade	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	
					58	65

Handwritten signature and initials, possibly reading 'M. D. P.' with a date '2008' below.