

				FIN-CERAMICA FAENZA	WALDNER TECNOLOGIE	J-TECH	BIOMEDIKA	ADLER ORTHO	SAMO
			LOTTO 5	First Mobile First Fixed		nexgen	KNEETEC	GENUS	Trekking
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:							
1A)	Gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	1 punto 6 +6	8 taglie (femore): 3 punti	5 punti, 11 taglie	5 punti 10 taglie	5 punti 13 (standard + minus)	1 punto, 5 taglie
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	6, materiale ergonomico con caratteristiche standard	9, vitallium	9, lega ad alta resistenza e basso tasso di usura	6, materiale ergonomico con caratteristiche standard	9, design, massima ergonomicità	6, materiale ergonomico con caratteristiche standard (non in acciaio)
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti. 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	3, in base al numero di taglie è possibile un sufficiente numero di accoppiamenti	5, in base al numero di taglie è possibile un discreto numero di accoppiamenti	7, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiame nti	7, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti	7, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti	3, in base al numero di taglie è possibile un sufficiente numero di accoppiamenti
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui							
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	3, la taglia è scritta in piccolo poco riconoscibile; necessità di forbici per aprire il cellophane e il sigillo	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimen to della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimen to della sterilità e la miglior riconoscibilit à	4, necessità di forbici per aprire il cellophane;	4, confez. in plastica; necessaria la forbice per aprire le scatole, sigillate da scotch.	4, necessità di forbici per aprire il cellophane; presente una tabella per gli accoppiamenti






2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	4, nell'etichetta paziente mancano nome protesi e nome fornitore, oltre al marchio CE. Ciò renderà più difficile il riconoscimento della protesi	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	3, 6 etichette (si staccano e si appiccicano tra loro, molto difficile recuperarle)	4, il nome della ditta è difficilmente riconoscibile; manca il marchio CE
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui							
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10, adeguata versatilità e praticità	10, adeguata versatilità e praticità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, adeguata versatilità e praticità	10, adeguata versatilità e praticità	10, adeguata versatilità e praticità
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui							
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione dell'efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	1, documentazione scientifica difficilmente valutabile; presentato solo elenco degli articoli	3, documentazione scientifica numerosa, considerato il numero di lavori negli ultimi 3 anni in riviste indicizzate	3, documentazione scientifica numerosa	1, documentazione scientifica non particolarmente numerosa	3, documentazione scientifica numerosa, considerato il numero di lavori negli ultimi 3 anni in riviste indicizzate	2 (2 LAVORI)
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	6, follow up dati da registri e percentuali di revisioni standard	9 ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9 ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	3, follow up limitato	6, follow up standard	9 ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up
5		MAX 13 di cui							




5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	2, descrive solo sede, dichiara disponibilità in sala e formazione in caso di up-grade ma supporto formativo non dettagliato	5, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se up-grade	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	4, nessun recapito, no reperibilità, no numerosità né qualifica del personale, formazione scarsa, audit non specificati	5, non dichiarata la qualifica del personale, non indicata la reperibilità, supporto tecnico e formativo scarso	7, pochi recapiti, non specificata qualifica del personale
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	0, dichiara che hanno dimenticato di presentare il documento	4, piena corrispondenza a rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, piena corrispondenza a rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza a rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza a rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara
				40	62	68	53	60	54
				ESCLUSA					

